

## AFFIDAMENTO FORNITURA DISPOSITIVI DIAGNOSTICI PER LA U.O.C. DI PATOLOGIA CLINICA

### Richiesta chiarimenti

#### QUESITO N. 1

##### **Voce n. 2 dell'Elenco Dispositivi Medici Diagnostici:**

si chiede chiarimento in merito alla richiesta MALARIA test rapido. Si chiede di specificare quale parassita si vuole rilevare, se solo plasmodium falciparum, o la simultanea dell'antigene di plasmodium falciparum e vivax. In commercio esistono determinazioni per il singolo target pan, oppure singolo target P.F., oppure doppio target pf+pan oppure doppio target PF+PV.

#### RISPOSTA

Doppio target pf+pan.

#### QUESITO N. 2

##### **Voci dalla n. 29 alla n. 38 dell'Elenco Dispositivi Medici Diagnostici:**

si chiede chiarimento in merito alle voci dalla n. 29 alla n. 38. Nella descrizione del suddetto elenco, non viene specificato se devono essere offerti separatamente per ogni voce i controlli positivi, i controlli negativi, slide, diluente e bastoncini.

#### RISPOSTA

I Kit dei prodotti, oltre la sospensione batterica, devono includere controlli positivi, negativi, diluente, e tutto ciò che serve per effettuare l'esame.

#### QUESITO N. 3

**Voci dalla n. 39 alla n. 44 dell'Elenco Dispositivi Medici Diagnostici:** si chiede chiarimento in merito alle voci dalla n. 39 alla n. 44. Nella descrizione del suddetto elenco, non viene specificato che tipo di test è richiesto, ovvero se si tratta di test in sierodiagnosi (se si specificare se qualitativo o quantitativo) o antisieri.

#### RISPOSTA

Sierodiagnosi qualitativa.


#### QUESITO N.4

Poiché nella lettera di invito non vengono specificate le modalità di aggiudicazione della fornitura, si chiede se la stessa avverrà per singola voce dell'allegato "Elenco Dispositivi Medici Diagnostici" oppure per lotto unico ed indivisibile.

#### RISPOSTA

Singola voce.

Il Direttore UOC di Patologia Clinica  
(Dott.ssa Mariarosa Gaudlo)



Il Direttore UOC Acquisizione Beni e Servizi  
(Dr.ssa Maria Luisa Velardi)

