



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

AZIENDA OSPEDALIERA
SAN GIOVANNI ADDOLORATA



U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi
Responsabile del procedimento: Dr. Paolo Cavallari

AVVISO PER LA RICEZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

"fornitura di maschere laringee necessarie alla UOC di Anestesia e Rianimazione – acquisto in economia a mezzo cottimo fiduciario"

importo presunto a base d'asta; € 2.000,00
durata della fornitura: 1 anno

L'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata di Roma deve garantire l'approvvigionamento della fornitura sopra indicata di cui se ne riporta di seguito il dettaglio:

- 98095 MASCHERA LARINGEA IN SILICONE RIUTILIZZ MIS.1
- 98037 MASCHERA LARINGEA IN SILICONE RIUTILIZZ MIS.2
- 93031 MASCHERA LARINGEA IN SILICONE RIUTILIZZ MIS.3
- 93032 MASCHERA LARINGEA IN SILICONE RIUTILIZZ MIS.4
- 98038 MASCHERA LARINGEA IN SILICONE RIUTILIZZ MIS.5

La procedura di scelta del contraente avverrà secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 art. 125 c.4, e previo svolgimento d'indagine di mercato.

I soggetti economici interessati alla partecipazione alla gara per la scelta degli affidatari della fornitura in cottimo fiduciario, che si svolgerà nella forma della procedura negoziata, potranno inoltrare richiesta di invito tramite PEC all'indirizzo ao.sga@pec.hsangiovanni.roma.it **ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 20.10.2015** indicando in oggetto:

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO: fornitura "maschere laringee necessarie alla UOC di Anestesia e Rianimazione – acquisto in economia a mezzo cottimo fiduciario" – Manifestazione di interesse

L'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata si riserva la possibilità di limitare il numero massimo dei concorrenti per ciascun lotto in gara in ottemperanza delle disposizioni del D. l.vo 163/2006 s.m.i., e nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Distinti saluti.


Direttore
(Dot. ssa M. L. Velardi)

Richiesta trattativa di Maschere Laringee di 2 generazione.

Si richiede l'acquisto di circa **100** maschere laringee monouso.

La necessità di questo dispositivo è legata sia alle esigenze di sicurezza del paziente, sia alla praticità di un dispositivo monouso con caratteristiche migliorative.

Le maschere attualmente in uso sono pluriuso (ossia max 40 processi di sterilizzazione):

- codici Areas Amc delle maschere laringee in silicone pluriuso in uso :
98095 misura 1 - 98037 misura 2 - 93031 misura 3 - 93032 misura 4 - 98038 misura 5.

Caratteristiche:

Maschera laringea preformata per seguire l'anatomia umana delle vie aeree.

Deve essere fornita da una curvatura che permette un facile posizionamento.

Pressione di tenuta dai 30 ai 40cm H₂O

Accesso tramite un definito canale di un sondino gastrico per l'aspirazione.

Materiale in PVC privo di Ftalati e Lattice di gomma naturale.

Sterile e confezionato singolarmente.