



U.O.C. *Acquisizione Beni e Servizi*
Responsabile del procedimento: *Dr. Paolo Cavallari*

AVVISO PER LA RICEZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

"fornitura di Marker per tessuto mammario necessaria alla UOSD Senologia per Immagini"

importo presunto a base d'asta; € 6.000,00
durata della fornitura: 1 anno

L'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata di Roma deve garantire l'approvvigionamento della fornitura sopra indicata di cui se ne riporta in allegato il dettaglio.

La procedura di scelta del contraente avverrà secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 art. 125 c.4, e previo svolgimento d'indagine di mercato.

I soggetti economici interessati alla partecipazione alla gara per la scelta degli affidatari della fornitura in cottimo fiduciario, che si svolgerà nella forma della procedura negoziata, potranno inoltrare richiesta di invito tramite PEC all'indirizzo ao.sga@pec.hsangiovanni.roma.it ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 23 OTTOBRE 2015... indicando in oggetto:

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO: fornitura " Marker per tessuto mammario necessaria alla UOSD Senologia per Immagini" - U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi – Manifestazione di interesse

L'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata si riserva la possibilità di limitare il numero massimo dei concorrenti per ciascun lotto in gara in ottemperanza delle disposizioni del D. l.vo 163/2006 s.m.i., e nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Distinti saluti.

Direttore
(Dott.ssa M. L. Velardi)



SISTEMA SANITARIO REGIONALE DEL LAZIO

AZIENDA OSPEDALIERA
SAN GIOVANNI ADDOLORATA



F 02 OSP

REGIONE
LAZIO

UOC Farmaceutica

U.O.S. Dispositivi Medico Chirurgici

Responsabile: Dr. Alfredo Ascani

Tel. 06 77056675-6323

Fax 06 77056724

DESCRIZIONE:

Marker per reperaggio mammario

Il dispositivo serve per la localizzazione delle lesioni mammarie (reperaggio) per la successiva asportazione chirurgica.

Famiglia di Marker progettata per essere utilizzata con ULTRASUONI, RM, o GUIDA STEREOTATTICA

CARATTERISTICHE:

- Ago rigido da 17G x 10cm che possa consentire il posizionamento della clip permanente in titanio
- Misura della clip di 3mm circa
- Deve consentire l'uso nei casi di terapia neo-adiuvante
- Deve avere una precisione e facilità d'uso nel posizionamento della clip
- Deve poter prevenire il rischio migrazione

Quantità annuale 40 pezzi per un importo presunto di € 6.000

Il Responsabile
U. C. S. Dispositivi Medico Chirurgici
Dr. A. Ascani