



UOSD Ingegneria Clinica

Prot. 2276/2019 del 21/01/19

INDAGINE DI MERCATO**Affidamento del servizio di manutenzione full risk su n. 2 Angiografi CANON modello INFINIX8000C**

L'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata intende procedere all'affidamento del servizio di manutenzione correttiva illimitata full risk e manutenzione preventiva su n. 2 Sistemi angiografici per Emodinamica di produzione Canon modello INFINIX 8000C - per il periodo 1/04/2019 - 31/12/2019 - presenti e in uso presso la UOC Cardiologia d'Urgenza con Unità Coronarica - Emodinamica, Presidio Ospedaliero S. Giovanni.

Importo a base d'asta € 58.000,00 I.V.A. esclusa.

Le caratteristiche tecniche del servizio richiesto sono le seguenti:

- Esecuzione della manutenzione preventiva secondo le modalità e la periodicità stabilita dal produttore
- Esecuzione degli interventi di manutenzione correttiva (su chiamata) di tipo illimitato e full risk con sostituzione di tutte le parti di ricambio e gli usurabili, compresi tubi radiogeni, detettori, etc.. TUTTI ORIGINALI. Saranno pertanto esclusi soltanto i materiali monouso o monopaziente e i guasti legati ad incuria e/o uso improprio. Gli interventi dovranno essere garantiti entro le 8 ore lavorative dalla richiesta con risoluzione entro massimo 3 giorni lavorativi dalla richiesta stessa.
- Esecuzione di tutte le azioni conseguenti a eventuali avvisi di sicurezza emessi dal produttore;
- Dovranno essere previsti interventi su chiamata per assistenza applicativa clinica nella misura di almeno n. 1 giorno all'anno;
- Le attività tecniche dovranno essere svolte da personale altamente qualificato, con comprovata capacità tecnica e professionale in grado di operare sull'apparecchiatura oggetto del presente avviso nonché in grado di garantire la massima affidabilità e il mantenimento dei requisiti essenziali di sicurezza ai sensi della direttiva comunitaria sui dispositivi medici.

I soggetti economici interessati potranno inoltrare richiesta di partecipazione alla gara alla casella di posta certificata ao.sga@pec.hsangiovanni.roma.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 5/02/2019, indicando il numero di protocollo del presente avviso, l'oggetto "INDAGINE DI MERCATO per l'affidamento del Servizio di manutenzione full risk su n. 2 Angiografi - UOSD INGEGNERIA CLINICA - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE"

Dal ricevimento della manifestazione di interesse per l'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata non conseguirà alcun obbligo ad invitare alla selezione.

Per qualsiasi ulteriore informazione contattare il Servizio di Ingegneria Clinica tel. 06.77053508, fax 06.770579081, e-mail slazzari@hsangiovanni.roma.it.

Il Dirigente
UOSD INGEGNERIA CLINICA
(Ing. Stefano LAZZARI)