

**FORNITURA DI MANIPOLI MOTORIZZATI PER CHIRURGIA
ORTOPEDICA – n. 2 seghe sagittali e n. 2 seghe coltellari**

Lame (varie tipologie) Q.tà n. 500 pz/anno

Base d'asta euro 30.000,00 (CE Monouso 501010311)

Manipoli richiesti in comodato d'uso gratuito

1. Caratteristiche tecniche, requisiti minimi:

Tutti i manipoli offerti, dovranno essere dotati delle seguenti caratteristiche tecniche:

- Manipoli motorizzati
- Alimentazione a batteria ricaricabile
- Velocità variabile attraverso il grilletto dinamico
- Funzione di sicura
- Sterilizzabili in autoclave

Manipoli **'sega sagittale'**, dovranno essere dotati delle seguenti caratteristiche:

- Testa sagittale orientabile in diverse angolazioni

Dovranno essere altresì forniti i seguenti **'sistemi di alimentazione'**:

- Batterie ricaricabili,
- Caricabatterie con postazioni di carica per 4 batterie contemporaneamente

