



U.O.C. *Acquisizione Beni e Servizi*  
*Responsabile del Procedimento*  
Dott. Paolo Cavallari

**AVVISO PER LA RICEZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE**  
***fornitura di "n. 4 frigoriferi per farmaci"***

Importo presunto a base d'asta € 10.000,00 iva esclusa.

L'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata di Roma deve garantire l'approvvigionamento della fornitura sopra indicata di cui se ne riporta in allegato il dettaglio.

I soggetti economici che ritengono di poter offrire la fornitura conforme alle caratteristiche come da allegato, potranno inoltrare richiesta di invito tramite PEC all'indirizzo **ao.sga@pec.hsangiovanni.roma.it** **ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 20.09.2019 ore 18:00** indicando in oggetto:

*AVVISO PER LA RICEZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE: fornitura di "n. 4 frigoriferi per farmaci" - U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi – Manifestazione di interesse*

L'invito a presentare l'offerta avverrà tramite piattaforma MePA; è pertanto requisito indispensabile la registrazione dell'operatore economico sulla stessa.

La procedura di scelta del contraente verrà espletata secondo quanto previsto dall'art. 36 c. 2 lett. b) del Codice dei contratti pubblici.

L'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata si riserva la possibilità di limitare il numero massimo dei concorrenti in ottemperanza delle disposizioni del D. L.vo 50/2016 e s.m.i., e nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Distinti saluti.

F.TO **Il Direttore f.f.**  
**U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi**  
(Dr. Paolo Cavallari)



**Allegato 1 – Caratteristiche tecniche relative all’AVVISO PER LA  
RICEZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE *fornitura di "n. 4  
frigoriferi per farmaci"***

I frigo farmaci necessitano di alcuni parametri importanti inerenti alla rilevazione, registrazione della temperatura e, ove necessita, alla trasmissione degli allarmi e dei dati registrati, quali:

- 1) Display di autodiagnostica che indichi:
  - a. La temperatura costante ed istantanea del frigorifero;
  - b. I vari allarmi ed i guasti possibili;
  - c. Aumento della temperatura;
  - d. Mancanza tensione;
  - e. Condensatore intasato
  - f. Porta aperta;
  
- 2) Presenza a bordo macchina di un disco registratore-grafico in cui è alloggiato il dischetto dove il pennino scrive e registra la temperatura di esercizio giornaliera/settimanale;
  - In alternativa del disco registratore, sia installata a bordo macchina una slot con scheda SD di registrazione e memoria interna;
  - Un ulteriore alternativa come processo di registrazione temperature, una presa USB a bordo macchina sempre con memoria interna, dove inserire una pennetta per lo scarico delle registrazioni, per poi trasferirle o archivarle su un p.c.;
  
- 3) Porta Ethernet RJ45 per collegamento alla rete LAN;
  
- 4) Un contatto per la remotizzazione degli allarmi;

Le caratteristiche principali possono variare a seconda della marca e del modello del frigorifero. Per quanto concerne la capacità dei frigoriferi, si necessitano:

- N. 1 frigo da 150 litri;
- N. 2 frigo da 250 litri;
- N. 1 frigo da 400 litri.