



UOSD Ingegneria Clinica e HTA

Prot. 0029430

DEL 13/09/2019

INDAGINE DI MERCATO**Fornitura in noleggio biennale di una Centrifuga Refrigerata da pavimento per le esigenze della UOC Medicina Trasfusionale**

L'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata intende procedere all'acquisto in noleggio per 24 mesi di n. 1 Centrifuga refrigerata da pavimento avente le seguenti caratteristiche minime in relazione alle prestazioni della UOC Medicina Trasfusionale:

- deve essere in grado di centrifugare fino ad un massimo di 16 x 500 ml sacche di sangue;
- deve poter essere equipaggiata anche con un rotore da 12 x 500 ml sacche di sangue con velocità superiore a 4000rpm e di quant'altro necessario alla centrifugazione delle sacche stesse;
- deve avere il controllo con microprocessore con interfaccia in grado di visualizzare i parametri impostati;
- deve poter memorizzare più programmi;
- apertura automatica dello sportello e del coperchio del rotore;
- allarmi coperchio aperto, sbilanciamento, temperatura, etc.

Importo a base d'asta € 39.900,00 I.V.A. esclusa;

Periodo: 24 mesi comprensivo di assistenza tecnica full risk;

Tempi di consegna: entro 30 gg dall'ordine

I soggetti economici interessati dovranno essere iscritti al MEPA e potranno inoltrare la propria offerta economica, la dichiarazione di rispondenza ai predetti requisiti e la relativa scheda tecnica del prodotto offerta alla casella di posta certificata

ao.sga@pec.hsangiovanni.roma.it

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30/09/2019, indicando il numero di protocollo del presente avviso, l'oggetto "INDAGINE DI MERCATO per la fornitura in noleggio di una centrifuga refrigerata da pavimento per le esigenze della UOC Medicina Trasfusionale – UOSD INGEGNERIA CLINICA E HTA – INDAGINE DI MERCATO"

Dal ricevimento della manifestazione di interesse per l'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata non conseguirà alcun obbligo ad invitare alla selezione.

Per qualsiasi ulteriore informazione contattare il Servizio di Ingegneria Clinica tel. 06.77053508, e-mail slazzari@hsangiovanni.roma.it.

Il Dirigente
UOSD INGEGNERIA CLINICA E HTA
(Ing. Stefano LAZZARI)