



UOSD Ingegneria Clinica e HTA

Prot. 29604/2019

Roma, 16/09/2019

INDAGINE DI MERCATO

Fornitura di n. 2 cardiocografi per le esigenze della UOC Ginecologia Ostetricia – Sala Parto

L'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata intende procedere all'acquisto di n. 2 Cardiocografi aventi le seguenti caratteristiche minime in relazione alle prestazioni della UOC Ginecologia Ostetricia – Sala parto:

1. Schermo touch screen con stampante integrata;
2. Funzione allarme per frequenza cardiaca anomala;
3. Trasduttore cardio e toco ad alta sensibilità con sonda piatta;
4. Sonde ad alte prestazioni per BMI elevati;
5. Rilevazione automatica dei movimenti attivi fetali;
6. Batteria interna per il monitoraggio durante il trasporto del paziente;
7. Sonde wireless cardio e toco con possibilità di rilevare il battito anche se posizionate a distanza sull'addome materno;
8. Sonde wireless da utilizzare anche in doccia;
9. Ricevente base per sonde wireless;
10. Rilevatore parametri vitali materni, pressione arteriosa, saturimetro;
11. Sonde per monitoraggio gravidanza gemellare;
12. Possibilità di collegamento ad eventuale futura centrale;
13. Interpretazione computerizzata del tracciato cardiocografico per le gravidanze a rischio;
14. Carrello mobile con vani portaoggetti;
15. Possibilità di scaricare e/o ristampare tracciati cardiocografici;
16. Memoria interna .

Importo a base d'asta € 39.000,00 I.V.A. esclusa;

Garanzia: 24 mesi comprensivo di assistenza tecnica full risk;

Tempi di consegna: entro 30 gg dall'ordine

I soggetti economici interessati dovranno essere iscritti al MEPA e potranno inoltrare la propria offerta economica, la dichiarazione di rispondenza ai predetti requisiti e la relativa scheda tecnica del prodotto offerta alla casella di posta certificata

ao.sga@pec.hsangiovanni.roma.it

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 02/10/2019, indicando il numero di protocollo del presente avviso, l'oggetto "INDAGINE DI MERCATO per la fornitura di n. 2 cardiocografi per le esigenze della UOC Ginecologia Ostetricia – UOSD INGEGNERIA CLINICA E HTA – INDAGINE DI MERCATO"

Dal ricevimento della manifestazione di interesse per l'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata non consegnerà alcun obbligo ad invitare alla selezione.

Per qualsiasi ulteriore informazione contattare il Servizio di Ingegneria Clinica tel. 06.77053508, e-mail slazzari@hsangiovanni.roma.it.

Il Dirigente
UOSD INGEGNERIA CLINICA E HTA
(Ing. Stefano LAZZARI)