

**U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi****AVVISO PER LA RICEZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
DISPOSITIVI MEDICI PER STOMIE**

L'Azienda Ospedaliera San Giovanni – Addolorata di Roma deve garantire all'approvvigionamento di DISPOSITIVI MEDICI PER STOMIE meglio individuati nell'accluso elenco (all.1).

Importo presunto annuale a base d'asta € 1.103,65 + I.V.A. corrispondente

Durata della fornitura 36 mesi.

Procedura di scelta del contraente: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,.

L'Azienda Ospedaliera si riserva la possibilità di limitare il numero massimo dei concorrenti in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Le Ditte dovranno essere registrate sul MEPA.

I soggetti economici che ritengono di poter offrire prodotti conformi alle caratteristiche richieste, potranno inoltrare richiesta di invito tramite PEC all'indirizzo ao.sga@pec.hsangiovanni.roma.it ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12 DEL GIORNO 30/09/2019 indicando in oggetto:

*AVVISO PER LA RICEZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: fornitura di Dispositivi Medici per Stomie_
U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi _Manifestazione di interesse*

Per qualsiasi ulteriore chiarimento contattare l'U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi tel. 06/770533255-
email: acquisizionebenieservizi@hsangiovanni.roma.it.

F.T.O
Il Direttore f.f.
(Paolo Cavallari)



Dispositivi sterili o non sterili, usati per la fissazione di sacche per colo-ilo-uro stomia:

- 1. placche
- 2. sacche
- 3. bacchette

A. placche per colostomia Codice CND A10020101

B. placche per ileostomia Codice CND A10020102

C. placche per urostomia Codice CND A10020103

CARATTERISTICHE TECNICHE:

La placca è un dispositivo, detto anche barriera cutanea, cioè la parte adesiva che fissa il sistema di raccolta della cute.

Deve avere uno spessore differenziato : più spessa vicino la stomia per assicurare protezione cutanea e una buona resistenza all'aggressione degli escreti quindi massimo rispetto della pelle, e più sottile lungo il perimetro esterno, in modo di risultare più flessibile e confortevole seguendo i movimenti del corpo rimanendo ben adesiva quindi la membrana per l'adesività alla cute deve avere caratteristiche di flessibilità, adattabilità e traspirabilità

Dotata di flangia, che è un anello di plastica utilizzato nei sistemi a due pezzi per il fissaggio della sacca alla placca, La flangia presente sia sulla barriera cutanea che sulla sacca devono combaciare perfettamente per evitare il rischio di distacco.

Misure da 45mm - 55mm - 70mm - 102mm

Quantità 480 pz

A. sacche per colostomia

B. sacche per ileostomia

C. sacche per urostomia

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Dispositivo progettato per contenere gli escreti della stomia.

Deve avere forma anatomica, deve essere realizzata in materiali che non fanno rumore, deve essere morbida con saldature a prova di perdite., inoltre deve essere realizzata in più strati diversi in modo di bloccare l'odore

Deve essere in materiale plastico, di color pelle per nascondere il contenuto e assicurare maggior discrezione al paziente.

La sacca inoltre deve avere caratteristiche specifiche per l'uso a cui è destinata:

- 1. **sacca chiusa**

Consigliata per la colostomia, è una sacca non svuotabile dal fondo ,dotata di un filtro per l'eliminazione del gas che ne prolunga l'uso, ed ha forma anatomica per assicurare la massima discrezione.

- 2. **sacca aperta**

Consigliata per ileostomia, è una sacca con una chiusura applicata sul fondo per mantenerla chiusa durante l'uso e poi svuotata con facilità d'uso.

- 3. **sacca con drenaggio**

Specificata per le urostomie, è una sacca con una valvola di drenaggio apribile e richiudibile sul fondo tramite rubinetto, per lo svuotamento facilitato del contenuto liquido (urine, muco).

All'interno deve avere una barriera antireflusso per evitare il contatto con il contenuto prevenendo le infezioni alle vie urinarie.

Misure da 45mm - 55mm – 70mm - 102mm

Quantità 655 pezzi

3. Bacchetta a ponte Codice CND A1080

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Dispositivo sterilizzato a RAGGI GAMMA, utile per evitare la retrazione dell'ansa intestinale.

Deve essere in materiale plastico per uso clinico, dotato di un corpo centrale perfettamente liscio per agevolare l'inserimento e la rimozione per la pulizia della zona stomale.

Deve avere una estremità fissa e una mobile per permettere la rimozione semplice ed atraumatica della bacchetta

Misure 65mm e 90mm

Quantità 60 pezzi
