



Atto adottato dall'Azienda

<b>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE</b> <u>149/DG</u> <u>25 FEB. 2020</u>	
Numero <span style="margin-left: 150px;">data</span>	
<p><b>Oggetto:</b> Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per l'affidamento della fornitura di Dispositivi Medici per Chirurgia Meccanica e Laparoscopica suddivisa in n. 41 lotti. Delibera di indizione n. 910.DG del 10.10.18 e n. 1032.DG del 15.11.18. Bando n. 07/2018. Durata contrattuale 12 mesi. Importo annuale € 311.573,00 IVA 22% esclusa = € 380.119,06 IVA 22% inclusa. Numero di Gara SIMOG 7210220.</p>	
<p>Esercizio _____ Conto _____</p> <p>Centro di Costo. 1DDC05 _____</p> <p>Sottoconto n° _____</p> <p>Budget:</p> <p>- Assegnato € _____</p> <p>- Utilizzato € _____</p> <p>- Presente Atto € _____</p> <p>- Residuo € _____</p> <p>Ovvero schema allegato <b>X</b></p> <p>Scostamento Budget NO                      SI</p> <p>Il Direttore UOC Economico Finanziaria e Patrimoniale (Dr. Pasquale Ferrari)</p> <p>_____</p> <p>Data _____</p>	<p style="text-align: center;"><b>U.O.C. Acquisizione di Beni e Servizi</b></p> <p style="text-align: center;">F.to _____</p> <p style="text-align: center;">Estensore (Sig.ra Claudia Ingegneri)</p> <p>Il Responsabile del procedimento (Dr. Paolo Cavallari)</p> <p>Data <u>18-02-2020</u> Firma <u>F.to</u> _____</p> <p>Il Direttore ff della UOC Acquisizione di Beni e Servizi (Dr. Paolo Cavallari)</p> <p>Data <u>18-02-2020</u> Firma <u>F.to</u> _____</p> <p>Proposta n° 151 del 18-02-2020</p>
<p><b>PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO</b></p> <p>_____</p> <p>Data <u>19-02-2020</u></p> <p style="text-align: center;">F.to _____</p> <p style="text-align: center;"><b>IL DIRETTORE SANITARIO</b> Antonio Fortino</p>	<p><b>PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO</b></p> <p>_____</p> <p>Data <u>19-02-2020</u></p> <p style="text-align: center;">F.to _____</p> <p style="text-align: center;"><b>IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO</b> Cristiano Camponi</p>
<p>La presente deliberazione si compone di n° _____ , di cui n° _____ di pagine di allegati e di una pagina attestante la pubblicazione e l'esecutività, che ne formano parte integrante e sostanziale.</p>	

## **Il Direttore f.f. della U.O.C. Acquisizione di Beni e Servizi**

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modificazioni ed integrazioni;

PREMESSO che il Dr. Paolo Cavallari, Direttore f.f. della UOC Acquisizione di Beni e Servizi, nonché Responsabile del Procedimento, con la firma in calce al presente provvedimento, dichiara di aver accertato:

che con deliberazioni n. 910.DG del 10.10.18 e n. 1032.DG del 15.11.18 è stata autorizzata l'avvio di una procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. per l'affidamento della fornitura di Dispositivi Medici per Chirurgia Meccanica e Laparoscopica suddivisa in n. 41 lotti - durata 12 mesi eventualmente rinnovabile salvo minore termine per intervenuta aggiudicazione di gara aggregata in corso presso l'ASL Roma 2 – – importo annuale a base d'asta € 1.056.519,10 IVA 22% esclusa = € 1.288.953,30 IVA 22% inclusa;

che il bando di indizione n. 07/2018 relativo alla gara in questione è stato inviato all'Ufficio Pubblicazioni Ufficiali U.E. in data 15/10/2018 e nella stessa data inviato all'Ufficio Pubblicazioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e per estratto pubblicato su due quotidiani a carattere nazionale e su due quotidiani aventi particolare diffusione nella Regione Lazio;

che alla prevista scadenza del 26.11.18 ore 12:00 sono pervenute le offerte di n. 18 ditte: All Medical srl, Applied Medical Distribution Europe B.V., Assut Europe spa, Bard srl, B.Braun Milano, Conmed Italia Srl, Davi Medica Srl, Euroclone spa, ID. & CO. Srl, Innovamedica spa, Johnson e Johnson Medical spa, Medline International Italy srl, Medtronic Italia spa, Mehos srl, Molnlycke Healthcare Srl, Sofar spa, Surgilin Srl, Teleflex Medical Srl;

che con delibera n. 179.DG del 18.10.19:

- 1) è stata disposta l'ammissione alla valutazione dell'offerta di cui alla procedura di gara in parola per le ditte All Medical srl, Applied Medical Distribution Europe B.V., Assut Europe spa, B.Braun Milano, Conmed Italia Srl, Davi Medica Srl, Euroclone spa, ID. & CO. Srl, Innovamedica spa, Johnson e Johnson, Medline International Italy srl, Medtronic, Mehos srl, Molnlycke Healthcare Srl;
- 2) le ditte Bard srl, Sofar Spa, Surgiline Srl e Teleflex Medical srl sono state escluse dal procedimento di gara;
- 3) è stata disposta la revoca parziale della procedura di gara indetta con delibera n. 910.DG del 10.10.18 e n. 1032.DG del 15.11.18, per effetto dell'intervenuta aggiudicazione della procedura aperta espletata dalla ASL Roma 2 (delibera n. 1192 del 31.05.19 e n. 1862 del 06.09.19), per i lotti nn. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 25, 26, 28, 32, 35, 36, 37 e 41;

che, a seguito dell'ulteriore aggiudicazione della procedura aperta espletata dalla ASL Roma 2 (delibera n. 2310 del 07.11.19), questa Azienda Ospedaliera con provvedimento n. 325.DG del 05.12.19, ha disposto la revoca parziale della procedura di gara indetta con delibera n. 910.DG del 10.10.18 e n. 1032.DG del 15.11.18, anche per i lotti nn. 19, 24, 27, 29, 30, 33, 34 e 40;

che con ordinanza n. 01.CS del 21.02.19, è stata nominata la Commissione incaricata della valutazione comparativa delle offerte nella seguente composizione:

- Dr.ssa Angela Maria Salvatori, Dirigente Amministrativo U.O.C Programmazione e Controllo, con funzioni di Presidente;
- Dott. Vito Pende, Dirigente Medico in servizio presso la UOC Chirurgia Oncologica e Dott. Manetti Gabriele, in servizio presso la UOC Chirurgia Generale, in qualità di componenti;
- Sig.ra Claudia Ingegneri, Collaboratore Amministrativo Prof. in servizio presso la UOC Acquisizione Beni e Servizi, in qualità di Segretario;

che la Commissione giudicatrice ha proceduto all'esame delle offerte verbalizzandone i lavori negli atti di seguito elencati e allegati alla presente deliberazione di cui formano parte integrante e sostanziale (all.to 1):

- Verbale n. 1 del 10/07/2020;
- Verbale n. 2 del 12/07/2019;
- Verbale n. 3 del 17/09/2019;
- Verbale n. 4 del 06/12/2019;
- Verbale n. 5 del 16/12/2019;
- Verbale n. 6 del 28/01/2020;

che in data 29/01/20 la Commissione ha trasmesso al RUP, Dott. Paolo Cavallari, i verbali e gli atti di gara;

che dai verbali delle sedute emerge quanto segue:

- per effetto delle deliberazioni n. 179.DG del 18.10.19 e n. 325.DG del 05.12.19 di revoca parziale della procedura di gara, i lotti residui esaminati dalla Commissione sono i nn. 4, 9, 10, 21, 22, 31, 38 e 39;
- lotto n. 38 la ditta Johnson e Johnson Medical spa è stata esclusa nella fase di valutazione tecnica;
- ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2017 e s.m.i., in esito al calcolo della soglia di anomalia, le offerte anormalmente basse sono evidenziate nell'allegato 2 al verbale n. 6;

che l'operato della Commissione è da approvare in quanto legittimo nella forma e nell'iter logico procedurale;

che con nota prot. 3919 del 29.01.2020 il Rup ha avviato la procedura di verifica e a seguito di valutazione delle motivazioni dichiarate dalle ditte e sulla base degli elementi forniti ha ritenuto le giustificazioni rese dagli offerenti congrue, secondo quanto stabilito dall'art. 97 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2017 e s.m.i.;

che, in base a quanto sopra esposto, si propone l'aggiudicazione provvisoria analiticamente descritta nel prospetto allegato al presente provvedimento che ne

forma parte integrante e sostanziale (allegato 2), per un importo complessivo pari ad € 311.573,00 IVA 22% esclusa = € 380.119,06 IVA 22% inclusa;

che, ai sensi dell'art.76 comma 5 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la presente aggiudicazione dovrà essere notificata all'aggiudicatario ed a tutti i concorrenti, e che l'efficacia è subordinata, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e all'esito dei controlli relativo al possesso dei requisiti ed al proficuo decorso dei termini di cui all'art. 32 comma 9 del D.Lgs 50/23016 e s.m.i.;

che, come disposto nella delibera n. 859.DG del 26.09.18, l'incaricato di vigilare sulla corretta esecuzione del contratto che verrà stipulato con le ditte fornitrici è individuato nella persona del Dott. Alfredo Ascani (Direttore ff UOC Farmacia);

**ATTESTATO** che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

**ATTESTATO** altresì che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo attesta, in particolare, che lo stesso è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;

### **PROPONE**

per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di approvare gli atti e la proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione nominata con Ordinanza n. 01.CS del 21.02.19;
- di aggiudicare i lotti previsti nella gara a procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per l'affidamento della fornitura di Dispositivi Medici per Chirurgia Meccanica e Laparoscopica suddivisa in n. 41 lotti, per la durata di 12 mesi, alle ditte ed alle condizioni economiche riportate in elenco allegato (all.to 2) al presente provvedimento di cui ne costituisce parte integrante, del valore complessivo di aggiudicazione annuale è pari ad € 311.573,00 IVA 22% esclusa = € 380.119,06 IVA 22% inclusa, prendendo atto che l'efficacia della presente aggiudicazione è subordinata, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e all'esito dei controlli relativo al possesso dei requisiti ed al proficuo decorso dei termini di cui all'art. 32 comma 9 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- di differire a successivo provvedimento l'aggiudicazione definitiva della procedura in oggetto, in esito al proficuo decorso dei termini di cui all'art. 32 comma 9 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i e all'esito dei controlli relativo al possesso dei requisiti;
- di notificare ai sensi dell'art.76 comma 5 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la presente aggiudicazione agli aggiudicatari ed a tutti i concorrenti;
- di individuare il Responsabile di vigilare sulla corretta esecuzione del contratto di fornitura che verrà stipulato con l'aggiudicatario/e nella persona del Dott. Alfredo Ascani (Direttore ff UOC Farmacia).

L'onere complessivo della fornitura derivante dal presente è quantificato in € 380.119,06 IVA inclusa e verrà ripartito sugli esercizi 2020 e 2021 con il provvedimento di aggiudicazione definitiva della procedura in oggetto.

Il Direttore ff della UOC  
Acquisizione di Beni e Servizi F.to  
(Dr. Paolo Cavallari)

### **IL DIRETTORE GENERALE**

- VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- IN VIRTU'** dei poteri conferiti con decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00206 del 02/08/2019;
- PRESO ATTO** che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
- PRESO ATTO** altresì che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo attesta, in particolare, che lo stesso è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;
- VISTO** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

ritenuto di dover procedere

### **DELIBERA**

di approvare la proposta così come formulata, rendendola disposto.

La U.O.C. Affari generali e gestione amministrativa ALPI curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente deliberazione.

**IL DIRETTORE GENERALE** F.to  
**Massimo Annicchiarico**

## Verbale n. 1

Commissione per l'esame delle offerte relative alla procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per l'affidamento della fornitura di Dispositivi Medici per Chirurgia Meccanica e Laparoscopica suddivisa in n. 41 lotti – durata 12 mesi eventualmente rinnovabile salvo minore termine per intervenuta aggiudicazione di gara aggregata in corso presso l'ASL Roma 2 – importo annuale a base d'asta € 1.056.519,10.

L'anno duemila diciannove, il giorno 10 luglio alle ore 09:30 presso la sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata, via dell'Amba Aradam n. 9 – Roma – si è riunita la Commissione nominata con Ordinanza n. 01.CS del 21.02.19 per l'esame delle offerte relative alla procedura aperta per la fornitura di Dispositivi Medici per Chirurgia Meccanica e Laparoscopica; la Commissione è così composta:

Dott.ssa Angela Maria Salvatori	Dirigente Amministrativo - U.O.C. Programmazione e Controllo	Presidente
Dott. Vito Pende	Dirigente Medico – UOC Chirurgia ad indirizzo oncologico	Componente
Dott. Manetti Gabriele	Dirigente Medico – UOC Chirurgia Generale e d'urgenza	Componente
Sig.ra Claudia Ingegneri	Collaboratore Amministrativo Prof.le – U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi	Segretario

Alle ore 09:30 il Presidente, verificata la presenza di tutti i componenti della Commissione, dà inizio ai lavori.

Sono presenti in rappresentanza delle ditte concorrenti, i sigg. elencati nel prospetto allegato n. 1 al presente verbale di cui ne costituisce parte integrante.

Verificato:

- che con deliberazione n. 910.DG del 10.10.18 e n. 1032.DG del 15.11.18 è stata autorizzata l'avvio di una Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per l'affidamento della fornitura di Dispositivi Medici per Chirurgia Meccanica e Laparoscopica suddivisa in n. 41 lotti – durata 12 mesi eventualmente rinnovabile salvo minore termine per intervenuta aggiudicazione di gara aggregata in corso presso l'ASL Roma 2 – importo annuale a base d'asta € 1.056.519,10;
- che sono stati forniti i chiarimenti di cui agli allegati n. 2, 3 e 4 parti integranti e sostanziali del presente verbale;
- che entro il termine previsto nel bando di gara n. 07/2019 fissato alle ore 12:00 del giorno 26/11/2018, sono pervenuti i plichi chiusi e sigillati di n. 18 ditte elencate nell'allegato 5 “modulo ricezione offerte di gara” compilato dalla UOSD Affari Generali,

Ufficio Protocollo – Accettazione Posta, che accluso al presente verbale ne costituisce parte integrante, e qui di seguito elencate:

1	All Medical srl	7	Davi Medica Srl	13	Medtronic Italia spa
2	Applied Medical Distribution Europe B.V.	8	Euroclone spa	14	Mehos srl
3	Assut Europe spa	9	ID. & CO. Srl	15	Molnlycke Health care Srl
4	Bard srl	10	Innovamedica spa	16	Sofar spa
5	B.Braun Milano	11	Johnson e Johnson Medical spa	17	Surgilin Srl
6	Conmed Italia Srl	12	Medline International Italy srl	18	Teleflex Medical Srl

- che con nota prot. 21835 del 27.06.19 tutte le ditte concorrenti sono state invitate a dare conferma della validità dell'offerta presentata e al rinnovo del deposito cauzionale provvisorio per ulteriori 240 gg;
- che non è pervenuto riscontro da parte delle ditte: Bard srl, Sofar Spa, Surgilin Srl e Teleflex Medical srl.

Vista la scadenza della validità delle offerte prevista al 25.07.2019, tutti i membri della Commissione concordano di non ammettere le ditte Bard srl, Sofar Spa, Surgilin Srl e Teleflex Medical srl all'apertura dell'offerta tecnica qualora non pervenga riscontro da parte delle concorrenti entro tale data.

La Commissione procede all'apertura dei plichi e all'esame delle buste A contenenti documentazione amministrativa presentata da tutte le ditte partecipanti allo scopo di costatare la presenza di tutta la documentazione richiesta nel disciplinare di gara, riservandosi di verificare la completezza e l'esattezza ai fini dell'ammissibilità delle ditte successivamente.

Si procede quindi alla raccolta delle buste contenenti le offerte economiche che vengono chiuse in un plico sigillato e siglato sui lembi dai componenti della Commissione e dai rappresentanti delle ditte presenti in sala.

La seduta si chiude alle ore 13:04.

Letto, approvato e sottoscritto:

Presidente Dr.ssa Angela Maria Salvatori .....

Dott. Vito Pende .....

Dott. Gabriele Manetti .....

Il Segretario  
 Sig.ra Claudia Ingegneri

GENERALITA' LEGALE  
 RAPPRESENTANTE

N.	NOME DITTA	deleg	NOME E COGNOME
1	All Medical srl		
2	Applied Medical Distribution Europe B. V.		
3	Assut Europe spa		FEDERICA GALANINI
4	Bard srl		HASSINA HASSINI
5	B.Braun Milano		PIA KO 16410221
6	Commed Italia Srl	Proc.	ANDREA FONTANA
7	Davi Medica Srl		ROSSI SILVIA
8	Euroclone spa		
9	ID. & CO. Srl		
10	Innovamedica spa		

**GENERALITA' LEGALE  
RAPPRESENTANTE**

N.	NOME DITTA	deleg	NOME E COGNOME
11	Johnson e Johnson		LUCI GIACCAVILLA
12	Medline International Italy srl		
13	Medtronic		FABRIZIO GIACCAVILLA
14	Mehos srl		
15	Molnlycke Health care Srl		
16	Sofar spa		
17	Surgilin Srl		
18	Teleflex Medical Srl		PAOLO MANINI

**BANDO 07/2018**

**Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per l'affidamento della fornitura di Dispositivi Medici per Chirurgia Meccanica e Laparoscopica suddivisa in n. 41 lotti – durata 12 mesi eventualmente rinnovabile salvo minore termine per intervenuta aggiudicazione di gara aggregata in corso presso l'ASL Roma 2 – importo annuale a base d'asta € 1.056.519,10 IVA 22% esclusa = € 1.288.953,30 IVA 22% inclusa.**

**CHIARIMENTO N. I****1. Quesito**

Con la presente siamo a richiedere conferma della presentazione della campionatura. In caso affermativo quali sono le quantità richieste?

**Risposta**

La campionatura dovrà essere presentata solo su richiesta della Commissione giudicatrice, nella misura di due unità per ciascun lotto a cui si concorre, ovvero nelle quantità specificate di volta in volta dalla Commissione medesima, entro 7 giorni naturali e consecutivi dalla relativa richiesta.

**2. Quesito**

Siamo a richiedere conferma relativamente al lotto n 18 della descrizione riportata nel file ELENCO GIG: E' corretto Trocar a Lama Piatta?

**Risposta**

Trattasi di un refuso, la corretta descrizione è “Applicatori multipli di clips: Applicatore multiplo automatico di spirali in titanio, con stelo diametro 5mm”, come riportato sia nell'allegato 3 “Capitolato Speciale” che nell'allegato 11 “Elenco Prodotti in Gara”.

**3. Quesito**

La documentazione viene richiesta in lingua italiana, qualora fosse in lingua straniera, è possibile fare una nostra autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 attestante che il documento allegato è conforme all'originale oppure è necessaria la traduzione giurata?

**Risposta**

Tutta la documentazione e/o i certificati prodotti in lingua straniera devono essere tradotti in lingua italiana, anche autocertificata ai sensi del DPR 445/2000.

**4. Quesito**

**BUSTA B – OFFERTA TECNICA:** Si richiede la possibilità allegare le certificazioni di qualità rilasciate da Enti Notificati stranieri, gli studi clinici e le pubblicazioni scientifiche in lingua inglese, trattandosi di documentazione a carattere internazionale, nel rispetto del Bando tipo n.1 ANAC, paragrafo 13 del Capitolato d'Oneri che prevede: “È consentito presentare direttamente in lingua inglese la seguente documentazione: eventuali certificazioni rilasciate da enti notificati accreditati quali ad esempio marchi CE/ISO; letteratura scientifica, pubblicata in riviste ufficiali”.

In alternativa si chiede di poter allegare una traduzione in lingua italiana sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi del decreto 445/2000.

**Risposta**

Vedere risposta quesito n. 3.

**5. Quesito**

**CAMPIONATURA:** Si richiede conferma che i campioni verranno richiesti nel caso in cui la commissione giudicatrice ne ravvisi la necessità, e non siano quindi da inviare unitamente all'offerta.

Si richiede pertanto che la richiesta di inserire nell'offerta tecnica una “distinta riepilogativa dei prodotti oggetto di campionatura” sia un refuso.

**Risposta**

Si conferma, trattasi di un refuso.

## 6. Quesito

CAMPIONATURA: dobbiamo presentare campionatura entro i termini di presentazione offerte?  
Sembrerebbe di no alla luce di quanto leggiamo all'art. 10 del Capitolato Speciale ma all'interno della Busta Tecnica chiedete "distinta riepilogativa dei prodotti oggetto di campionatura con indicazione del lotto di riferimento, codici produttore, quantità campionate e del riferimento plico campionatura ad essi relativo" e questo trae in inganno.

### Risposta

Vedere risposta quesito n. 1.

## 7. Quesito

CERTIFICATO CE: per questo documento viene richiesta traduzione giurata, nel caso fosse presentato in lingua diversa dall'italiano. Chiediamo, visto che ormai in diverse gare questa richiesta viene stralciata a seguito di richieste di chiarimenti delle imprese che ne segnalano la poca utilità, vista la facile comprensione del documento in questione, di voler rivalutare la richiesta e di ammettere una traduzione semplice del documento, rilasciata sotto la responsabilità dell'azienda partecipante alla gara. Segnaliamo infatti che le traduzioni giurate infatti che le traduzioni giurate hanno un costo importante che grava sulle società partecipanti la gara.

### Risposta

Vedere risposta quesito n. 3.

## 8. Quesito

CAUZIONE PROVVISORIA: dovrà avere validità di 180 gg o di 240 gg come l'offerta?

### Risposta

Sia la Fidejussione provvisoria che l'offerta devono avere una validità di 240gg.

## 9. Quesito

Si chiede, relativamente al requisito di carattere economico – finanziario, se il fatturato specifico medio annuo relativo a forniture analoghe a quelle oggetto dei lotti per i quali si partecipa, debba essere riferito alla tipologia di prodotti offerti nei lotti di partecipazione (e quindi relativo al medesimo materiale offerto o similare), oppure se debba essere riferito a Dispositivi Medici per Chirurgia Meccanica e Laparoscopica in generale.

### Risposta

Deve essere riferito a Dispositivi Medici per Chirurgia Meccanica e Laparoscopica in generale.

## 10. Quesito

E' necessario presentare la campionatura, e quanti pezzi dovranno essere presentati per i lotti di partecipazione.

### Risposta

Vedere risposta quesito n. 1.

## 11. Quesito

Requisiti economico finanziari p. 5 pg. 14 di 47 disciplinare di gara si chiede di confermare che gli anni di riferimento sono 2015-2016-2017.

### Risposta

Si conferma.

## 12. Quesito

Fidejussione provvisoria art. 11 Disciplinare di gara chiedete validità 180 gg. – E' corretto visto che l'offerta ha una validità di 240 gg?

### Risposta

Vedere risposta quesito n. 8.

## 13. Quesito

Polizza assicura RC Terzi, RC Dipendenti, RC Contrattuale – E' sufficiente quella generale dell'azienda o deve esserne stipulata una appositamente per questa gara.

### Risposta

E' sufficiente.

#### 14. Quesito

Fidejussione Provvisoria: a pag. 38 di 47 del disciplinare di gara - ultimo paragrafo - chiedete: ai sensi dell'art. 103 comma 6 del codice una garanzia fidejussoria ai fini del pagamento della rata di saldo. Vi chiediamo se è una clausola che dobbiamo fare inserire nella polizza provvisoria o se deve essere fatta a parte una ulteriore garanzia provvisoria per detta motivazione o ancora se trattasi di una polizza che dovranno stipulare gli aggiudicatari.

#### Risposta

Si tratta della garanzia definitiva.

#### 15. Quesito

Dal momento che i certificati CE e ISO dei fabbricanti vengono rilasciati in lingua inglese da Enti Notificati riconosciuti e autorizzati dalle Autorità Governative e dalla stessa Commissione Europea per attuare i compiti legati all'applicazione delle procedure europee di conformità dei prodotti, si chiede di poter presentare tali certificati e dichiarazioni rese dal Produttore direttamente in lingua inglese, come accettato da tutte le Stazioni Appaltanti.

Inoltre, in caso di presentazione di documenti in lingua diversa da quella italiana, si chiede di accettare tali documenti accompagnati da una semplice traduzione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000.

#### Risposta

Vedere risposta quesito n. 3.

#### 16. Quesito

##### CAMPIONATURA

Si chiede di confermare che la campionatura sarà da inviare, qualora richiesta, successivamente all'apertura della busta contenente la documentazione tecnica.

#### Risposta

Vedere risposta quesito n. 1.

#### 17. Quesito

##### CERTIFICAZIONE ISO

Viene richiesto a pag .20 del disciplinare di gara, di allegare traduzioni giurate per il certificato ISO se in lingua diversa da quella italiana.

Si chiede di poter accettare, in luogo delle traduzioni giurate , traduzioni con autocertificazione ai sensi degli art. 46,47 e 76 del DPR 28 Dicembre 2000 nr. 445.

#### Risposta

Vedere risposta quesito n. 3.

F.TO Il Direttore f.f.  
UOC Acquisizione Beni e Servizi  
Dott. Paolo Cavallari

**BANDO 07/2018**

**Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per l'affidamento della fornitura di Dispositivi Medici per Chirurgia Meccanica e Laparoscopica suddivisa in n. 41 lotti – durata 12 mesi eventualmente rinnovabile salvo minore termine per intervenuta aggiudicazione di gara aggregata in corso presso l'ASL Roma 2 – importo annuale a base d'asta € 1.056.519,10 IVA 22% esclusa = € 1.288.953,30 IVA 22% inclusa.**

**CHIARIMENTO N. 2****1. Quesito**

Si chiede se la mancanza del requisito relativo al fatturato specifico è causa di esclusione e, in caso di risposta affermativa, in base a quale legge.

**Risposta**

Si conferma; art. 83, comma 1, lettera b) del D. L.vo n. 50/2016 e s.m.i.

**2. Quesito**

Nell'allegato 7 Elenco prodotti in gara, al lotto 18 troviamo: Applicatore multiplo automatico di spirali in titanio, con stelo diametro 5mm codice CIG 76410276F3, mentre nel disciplinare di gara (pagina 3 di 47) al lotto 18 troviamo : Trocar monouso a lama piatta e scudo di protezione, riduttore di calibro incorporato, cannula radiotrasparente, zigrinata, dispositivo di tenuta stagna con valvola a rubinetto per l'insufflazione del gas e valvola per desufflazione rapida con lo stesso CIG. Potete cortesemente chiarire il numero di lotto, la descrizione e il CIG dei 2 prodotti?

**Risposta**

La corretta descrizione è "Applicatori multipli di clips: Applicatore multiplo automatico di spirali in titanio, con stelo diametro 5mm", come riportato sia nell'allegato 3 "Capitolato Speciale" che nell'allegato 11 "Elenco Prodotti in Gara". Il CIG è 76410276F3.

**3. Quesito**

Inoltre, nelle pagine 1 e 2 del Patto di Integrità viene indicata un'altra gara, possiamo direttamente noi modificare il testo inserendo la gara in oggetto?

**Risposta**

Il file è stato corretto.

**4. Quesito**

Con riferimento alla richiesta di "traduzione giurata per quei certificati in lingua diversa da quella italiana", si chiede la possibilità di produrre tali documenti nella lingua originale.

**Risposta**

Vedere risposta quesito n. 3, chiarimento n. 1

**5. Quesito**

Con riferimento alla procedura in oggetto con la presente chiediamo, vista la complessità della procedura e della documentazioni da allegare, di poter posticipare la data di presentazione della stessa poiché la Vs. risposta ai chiarimenti è determinante per l'individuazione dei dispositivi da offrire.

**Risposta**

La richiesta non può essere accolta.

## 6. Quesito

Si chiede cortesemente di specificare se la campionatura deve essere inoltrata contestualmente all'offerta economica o se sarà la commissione giudicatrice a richiedere eventuale campionatura

### Risposta

Vedere risposta quesito n. 1, chiarimenti n. 1.

## 7. Quesito

A pag. 20 del Disciplinare di gara viene richiesta traduzione giurata del certificato CE; a tal proposito vi chiediamo di accettare, in luogo delle traduzioni giurate, traduzioni con autocertificazioni rese ai sensi degli articoli 47, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

### Risposta

Vedere risposta quesito n. 3, chiarimento n. 1

## 8. Quesito

Chiediamo di confermare che la campionatura sarà eventualmente richiesta successivamente alla data di scadenza di presentazione dell'offerte e che la richiesta di produrre, in busta tecnica, distinta riepilogativa dei prodotti oggetto di campionatura sia un refuso (pag. 21 del disciplinare di gara). Ci risulta infatti che la campionatura verrà eventualmente richiesta dalla Commissione giudicatrice nel corso delle valutazioni delle offerte (Art. 10, campionatura, pagina 6 del Capitolato tecnico).

### Risposta

Si conferma quanto riportato all' Art. 10, campionatura, pagina 6 del Capitolato tecnico.

## 9. Quesito

Chiediamo se l'indicazione del numero di repertori sia richiesta sull'imballaggio sterile (pagina 3 del capitolato speciale). In tal caso, segnaliamo che tale informazione non è normalmente riportata sull'etichettatura, in quanto i prodotti vengono generalmente registrati a Repertorio all'atto della commercializzazione (quindi successivamente alla produzione ed approvazione dell'etichettatura); inoltre, tale normative di riferimento non prevedono di riportare in etichettatura il numero repertorio. Chiediamo quindi di poterlo indicare in scheda tecnica e/o in apposita dichiarazione.

### Risposta

Si accoglie la richiesta confermando la possibilità della indicazione sulla scheda tecnica e/o in apposita dichiarazione

## 10. Quesito

Lotti 27, 33, 34. Poiché, a nostra conoscenza, non esiste ampia e validata evidenza clinica relativa a dispositivi medici per chirurgia laparoscopica, se non per i prodotti con riconosciuto valore tecnologico e/o innovativo, chiediamo di eliminare e/o riparametrare il criterio "Documentazione scientifica", riducendo il peso di tale criterio valutativo o eventualmente redistribuendo la totalità o parte dei 5 punti previsti, su criteri che a nostro parere maggiormente definiscono la performance dei prodotti, quali ergonomia e sicurezza.

Per le stesse motivazioni, ed essendo l'evidenza scientifica già valutata al corrispondente criterio (Documentazione scientifica), chiediamo di eliminare la valutazione dell'evidenza scientifica all'interno del criterio "Affidabilità". Chiediamo inoltre di specificare quale peso ha la valutazione della letteratura scientifica sui 15 punti previsti per il criterio affidabilità.

### Risposta

La richiesta non è accolta. Pertanto si conferma quanto riportato nella documentazione di gara.

**BANDO 07/2018**

**Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per l'affidamento della fornitura di Dispositivi Medici per Chirurgia Meccanica e Laparoscopica suddivisa in n. 41 lotti – durata 12 mesi eventualmente rinnovabile salvo minore termine per intervenuta aggiudicazione di gara aggregata in corso presso l'ASL Roma 2 – importo annuale a base d'asta € 1.056.519,10 IVA 22% esclusa = € 1.288.953,30 IVA 22% inclusa.**

**CHIARIMENTO N. 3****1. Quesito**

in riferimento alla procedura indicata in oggetto, con la presente si segnala che i prodotti descritti all'interno del lotto UNICO n. 32 identificano, a nostro parere, un unico concorrente/operatore economico specifico in grado di offrire tutte le voci in esso contenute.

Un lotto così strutturato non consente pari accesso alle ditte offerenti.

Si chiede pertanto, la possibilità che il LOTTO 32 venga scorporato in 2 lotti distinti, garantendo in questo modo la più ampia ed equa partecipazione agli operatori economici.

Si chiede inoltre la possibilità per il sub lotto b di presentare un prodotto equivalente e alternativo.

**Risposta**

Si conferma quanto indicato nel capitolato.

**2. Quesito**

in riferimento alla procedura indicata in oggetto, con la presente si chiede, relativamente al sacchetto per estrazione reperti del lotto n. 33, cosa si intende per "azionamento a siringa". Si tratta di un'impugnatura a 3 anelli come per gli schizzettoni (antiche siringhe)?

**Risposta**

Sì

**3. Quesito**

L'elenco riportante i CODICI C.I.G. a pag. 2 del DISCIPLINARE DI GARA, risulta non corretto poiché la descrizione del lotto 18 non rispecchia quanto indicato nell' ALL. 7 ELENCO PRODOTTI DI GARA inoltre, i successivi lotti fino al n. 23 risultano disallineati (infatti il lotto 24 riporta la stessa descrizione del precedente); si chiede conferma che l'elenco corretto da prendere in considerazione è quello dell'ALL. 7 ELENCO PRODOTTI DI GARA.

**Risposta**

Si conferma.

**4. Quesito**

CRITERI DI VALUTAZIONE RELATIVI AL LOTTO 18: la descrizione del prodotto è riconducibile ad un sistema di fissaggio per reti chirurgiche ma nei CRITERI DI VALUTAZIONE ai punti "sicurezza" e versatilità" viene citata la capacità di emostasi che è una caratteristica non riferibile al sistema di fissaggio ma lo è per altri prodotti citati nel capitolato quali "clip per emostasi". Certi che si tratti di un refuso si richiedono i CRITERI DI VALUTAZIONE corretti.

**Risposta**

Criterio corretto: capacità i fissaggio delle reti

**5. Quesito**

**LOTTO 5:** Si fa presente che per le misure di calibro richieste da 28mm a 33mm, risulta impossibile rispondere con almeno 4 calibri diversi di diametro della testina, si richiede la possibilità di ampliare la gamma a partire dal calibro 25mm al 33mm..

## Risposta

Si chiarisce che saranno necessarie almeno 4 misure di suturatrici includendo anche la lunghezza dello stelo (es. circolare 21 corto e lungo saranno considerate n. 2 misure).

## 6. Quesito

**LOTTO 9:** Si richiede la possibilità di poter ripartire il fabbisogno per singola voce, dal sub lotto C al sub lotto P.

## Risposta

40	c	Caricatore articolabile da 30 mm tripla fila di punti ad altezza differenziata tessuti vascolari/medi
40	d	Caricatore articolabile da 30 mm tripla fila di punti ad altezza differenziata tessuti normali/spessi
150	e	Caricatore articolabile da 45 mm tripla fila di punti ad altezza differenziata tessuti vascolari/medi
310	f	Caricatore articolabile da 45 mm tripla fila di punti ad altezza differenziata tessuti normali/spessi
20	g	Caricatore articolabile da 45 mm tripla fila di punti ad altezza differenziata tessuti extra spessi
20	h	Caricatore articolabile da 60 mm tripla fila di punti ad altezza differenziata tessuti vascolari/medi
600	i	Caricatore articolabile da 60 mm tripla fila di punti tessuti ad altezza differenziata normali/spessi
90	l	Caricatore articolabile da 60 mm tripla fila di punti ad altezza differenziata tessuti extra spessi
15	m	Caricatore articolabile da 45 mm tripla fila di punti ad altezza differenziata tessuti vascolari/medi,punta da dissezione e accessorio flessibile staccabile
15	n	Caricatore articolabile da 45 mm tripla fila di punti ad altezza differenziata tessuti medi/spessi,punta da dissezione e accessorio flessibile staccabile
15	o	Caricatore articolabile da 60 mm tripla fila di punti ad altezza differenziata tessuti medi/spessi,punta da dissezione e accessorio flessibile staccabile
10	p	Caricatore curvo da 60 mm tripla fila di punti ad altezza differenziata tessuti normali/spessi

## 7. Quesito

**Lotto 38:** non sono indicate le caratteristiche dell'ago (lunghezza e curvatura) e del filo richiesto (calibro e lunghezza); tali indicazioni sono necessarie al fine della corretta identificazione del codice da offrire.

## Risposta

Ago da min 26mm, a mezzo cerchio – filo 2-0 e 3-0 lungh. min 2m

## 8. Quesito

**CAMPIONATURA:** il punto 10 (pag.6) del CAPITOLATO SPECIALE indica che la campionatura potrà essere richiesta successivamente nel corso delle valutazioni delle offerte tecniche mentre al punto 6 (pag. 21) - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA del DISCIPLINARE DI GARA viene richiesta "Distinta riepilogativa delle quantità campionate". Si chiede conferma che la campionatura dovrà essere presentata successivamente dietro Vs. specifica richiesta.

## Risposta

Si conferma.

### 9. Quesito

Lotto 18 Si conferma che nel Lotto 18 “Applicatore multiplo automatico di spirali in titanio, con stelo diametro 5mm” si richiedono spirali e non Clips? Non risultano presenti Lotti che menzionano applicatori di Clips per chirurgia laparoscopia da 5mm, che resterebbero quindi non contemplati nel presente Procedimento.

#### Risposta

Verranno valutati dispositivi medici equivalenti.

### 10. Quesito

Lotto 19, Trocar monouso a lama piatta e scudo di protezione: Al fine di una corretta analisi e quantificazione del Lotto, chiediamo indicazione delle quantità - differenziate e specifiche - per cannule (riff. A e B), trocars da 5mm (rif. D) e trocars da 12mm (riff. E e F) in quanto diverse categorie afferenti a prezzi diversificati.

#### Risposta

- Lotto 19
  - Sub a pezzi 595
  - Sub b pezzi 1300
  - Sub d pezzi 750
  - Sub e pezzi 750
  - Sub f pezzi 100

### 11. Quesito

Lotto 20, Trocar senza lama con punta smussa: Al fine di una corretta analisi e quantificazione del Lotto, chiediamo indicazione delle quantità -differenziate e specifiche - per trocars da 5mm (riff. A e B) e trocars da 12mm (riff. C e D) in quanto diverse categorie afferenti a prezzi diversificati

#### Risposta

- Lotto 20
  - Sub a pezzi 12
  - Sub b pezzi 308
  - Sub c pezzi 348
  - Sub d pezzi 12

### 12. Quesito

Lotto 32, rif. C, retrattore endoscopico monouso, sterile, con punta ad uncino. Il diametro del prodotto richiesto è da intendersi 5 o 10 mm?

#### Risposta

Diametro circa 5 mm

### 13. Quesito

DOCUMENTAZIONE SCIENTIFICA - STUDI CLINICI E LETTERATURA SCIENTIFICA: Vorremmo segnalare che - mentre per alcuni lotti riteniamo elemento utile la presentazione di studi clinici, ci riferiamo ai lotti relativi a strumenti di endomeccanica o di prodotti impiantabili - di contro non troviamo giustificabile la richiesta di studi clinici in relazione a strumenti ed accessori per laparoscopia. Per questo motivo chiediamo di limitare la richiesta dei suddetti studi clinici ai lotti: dal 1 al 18 e per i singoli lotti, 38-39 e 40.

#### Risposta

Si conferma quanto previsto nel Disciplinare.

### 14. Quesito

Il lotto 10 non specifica le caratteristiche del prodotto richiesto, tipo e misura della clip, chiediamo precisazioni in tal senso.

#### Risposta

Misura circa 4mm, tipo metallica. Varranno valutati Dispositivi Medici equivalenti

### 15. Quesito

Ai lotti 19, 20 e 37 chiediamo di fornire i quantitativi delle singole voci dei sub lotti al fine di poter determinare il prezzo dell'offerta per le singole voci nel rispetto della base d'asta complessiva. Risulta, infatti, impossibile proporre un unico prezzo per tutti i differenti prodotti del lotto in quanto, all'interno del lotto, vi sono prodotti/misure differenti con costi differenti.

#### Risposta

##### • Lotto 19

- Sub a pezzi 595
- Sub b pezzi 1300
- Sub d pezzi 750
- Sub e pezzi 750
- Sub f pezzi 100

##### • Lotto 20

- Sub a pezzi 12
- Sub b pezzi 308
- Sub c pezzi 348
- Sub d pezzi 12

##### • Lotto 37

- Sub a pezzi 20
- Sub b pezzi 15

### 16. Quesito

Lotto 5 e Lotto 6 - Nel Lotto 5 e Lotto 6 si parla di "stelo curvo calibro da min. .... a ....", vi preghiamo di specificare la lunghezza dello stello per ogni lotto.

#### Risposta

Stelo corto circa min 15cm a max 18cm - Stelo lungo circa min 25cm a mx 30cm

### 17. Quesito

Lotto 8 - Chiedere chiarimenti se possiamo offrire prodotto equivalente che non ha un azionamento a doppio grilletto ma ha un sistema di blocco di sicurezza diverso.

#### Risposta

Verranno valutati dispositivi medici equivalenti.

### 18. Quesito

Lotto 11 e Lotto 12 - Essendo tutti e due Lotti 11 e 12 destinati per la cura emorroidaria chiediamo di specificare il diametro della testina e l'altezza del punto chiuso.

#### Risposta

Nella descrizione del lotto sono indicate le specifiche del punto richiesto.

### 19. Quesito

LOTTO 13 E' POSSIBILE OFFRIRE UNA SUTURATRICE EQUIVALENTE?

#### Risposta

Saranno valutati dispositivi medici equivalenti.

### 20. Quesito

LOTTO 14 E' POSSIBILE DIVIDERE LE MISURE DEGLI APPLICATORI DI CLIP? SCORPORANTO LE MISURE SI CONCEDE LA PARTECIPAZIONE DI PIU' AZIENDE, COSI' LA PARTECIPAZIONE E' LIMITATA

#### Risposta

Si conferma la descrizione del capitolato.

### 21. Quesito

LOTTO 35 E 36 E' POSSIBILE OFFRIRE UN PRODOTTO EQUIVALENTE?

#### Risposta

Saranno valutati dispositivi medici equivalenti.

### 22. Quesito

LOTTO 34 E' POSSIBILE OFFRIRE UN PRODOTTO DI EQUIVALENTE VOLUME CON STELO 10MM?

#### Risposta

Saranno valutati dispositivi medici equivalenti.

### 23. Quesito

In merito alla prescrizione presente nel Disciplinare di gara "Nel caso in cui l'Offerta o i documenti a corredo dell'Offerta siano redatti in lingua diversa da quella italiana, i medesimi dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale".

- Si chiede di confermare che sia possibile produrre gli studi clinici in lingua originale oppure, nel caso in cui debbano esser tradotti, che sia sufficiente una traduzione non giurata.

- Si chiede altresì che sia possibile produrre la documentazione avente carattere internazionale (come ad esempio le dichiarazioni di conformità al Marchio CE, le certificazioni CE, ISO, etc.) in lingua originale (inglese).

#### Risposta

Tutta la documentazione e/o i certificati prodotti in lingua straniera devono essere tradotti in lingua italiana, anche autocertificata ai sensi del DPR 445/2000.

### 24. Quesito

In merito alla campionatura: si fa presente che all'interno del Capitolato speciale (all.3 al disciplinare di gara) e, precisamente, al punto 10, viene esplicitato quanto segue:

"Nel caso in cui la Commissione giudicatrice, nel corso delle valutazioni delle offerte tecniche ne ravvisi la necessità, i concorrenti dovranno trasmettere all'Azienda Ospedaliera campionatura gratuita dei prodotti offerti, nella misura di due unità per ciascun lotto a cui si concorre, ovvero nelle quantità specificate di volta in volta dalla Commissione medesima, entro 7 giorni naturali e consecutivi dalla relativa richiesta".

A fronte di quanto sopra riportato, all'interno del Disciplinare di gara, viene richiesta tra la documentazione da presentare anche: "Distinta riepilogativa dei prodotti oggetto di campionatura con indicazione del lotto di riferimento, codici produttore, quantità campionate e del riferimento plico campionatura ad essi relativo".

Si chiede dunque di voler confermare che questa voce riportata dal Disciplinare di gara non vada considerata tra i documenti da produrre e che, dunque, al momento non occorre presentare alcuna campionatura.

#### Risposta

Si conferma, trattasi di un refuso.

### 25. Quesito

In merito alla richiesta di sviluppare "un piano contenente la descrizione delle modalità di erogazione del Servizio Accessorio di manutenzione ed assistenza tecnica": si chiede di verificare se tale previsione sia effettivamente applicabile alla procedura di cui in oggetto, alla luce del suo oggetto. Infatti, i soli prodotti oggetto di aggiudicazione per i quali è prevista fornitura in comodato d'uso (lotti 15 e 16) non prevedono specifica assistenza e manutenzione tecnica, poiché trattasi di dispositivi di ordinario utilizzo (semplici applicatori di clip). Nel caso in cui invece sia richiesta la fornitura accessoria di servizi di manutenzione e assistenza tecnica, si chiede di specificare l'oggetto di tali servizi (vale a dire, rispetto a quali prodotti tali servizi dovrebbero essere prestati) al fine di poter elaborare in maniera completa e consapevole l'offerta di gara. Si fa, infatti, presente che non rileva alcun altro riferimento a tali servizi in nessun'altra sezione dei documenti di gara.

#### Risposta

Trattasi di un refuso, pertanto non deve considerarsi ai fini dell'offerta tecnica.

## 26. Quesito

In merito al lotto 38, riportante la seguente descrizione “filo di sutura assorbibile con microaette sulla superficie”, si richiede di voler specificare le caratteristiche tecniche distintive del prodotto: in particolare, lunghezza e calibro del filo, dimensione dell’ago e tipologia della punta dello stesso. Infatti, una descrizione così generica del lotto, rischia di consentire la presentazione di offerte tecniche non comparabili tra di esse in quanto sul mercato esistono prodotti del genere di quello richiesto che si differenziano anche notevolmente per una o più delle riportate caratteristiche tecniche e che dunque, in base a tali caratteristiche, possono avere anche diversi prezzi di mercato. La richiesta specificazione è indispensabile affinché i concorrenti possano formulare correttamente e consapevolmente l’offerta.

### Risposta

Ago da min 26mm, a mezzo cerchio - filo 2-0 e 3-0 lungh. min 2m

## 27. Quesito

In merito al lotto 6, riportante la seguente descrizione “Suturatrice circolare stelo curvo calibro da min 21 a 29 mm massimo, punti in titanio. Almeno 4 misure differenti di diametro della testina”, fine di poter consentire in maniera effettiva a tutti i concorrenti interessati all’aggiudicazione del lotto l’offerta delle 4 differenti misure richieste, si rende necessario elevare a 33mm l’estremo superiore del range massimo, (così come del resto già previsto nel lotto 5).

Il lotto 6 contiene la seguente descrizione: “Suturatrice circolare curva, stelo corto o stelo lungo, testina non ribaltabile - doppia fila circolare di punti sfalsati in titanio: Suturatrice circolare stelo curvo calibro da min 21 a 29 mm massimo, punti in titanio. Almeno 4 misure differenti di diametro della testina”. Tra i criteri di valutazione qualitativi è prevista l’assegnazione di 15 pt. al criterio della “versatilità”, descritto come “capacità di adattamento dei dispositivi” e menzionando in tal senso la “gamma delle lunghezze e dell’altezza del punto”. Alla luce di quanto sopra si chiede se la presentazione in offerta sia dello stelo corto sia dello stelo lungo incorra nell’esclusione in quanto configurante un’offerta alternativa ovvero se la medesima offerta possa essere presentata e suscettibile di valorizzazione sotto il profilo dell’ampiezza della gamma delle lunghezze (dello stelo) disponibili in quanto rispondente all’esigenza della Vs spett.le Azienda di approvvigionarsi di una suturatrice circolare curva che sia possibile utilizzare con diverse lunghezze dello stelo.

### Risposta

Si chiarisce che saranno necessarie almeno 4 misure di suturatrici includendo anche la lunghezza dello stelo (es. circolare 21 corto e lungo saranno considerate n. 2 misure).

## 28. Quesito

Lotto 17: si richiede “ Clip per emostasi in materiale riassorbibile” mentre nelle specifiche A e B si chiede “Clip in Titano”; si chiede di voler confermare che il prodotto richiesto sia “Clip in Titanio”

### Risposta

Si conferma quanto indicato nella descrizione dei sub lotti “Clip in titanio”.

## 29. Quesito

Lotto 19: Si richiedono Trocar e Cannule, essendo questi prodotti differenti, ed avendo diverso valore economico, si chiede di evidenziare la quantità richiesta per ciascuna delle due componenti (trocar e cannule), al fine di poter formulare correttamente e consapevolmente l’offerta economica.

### Risposta

#### • Lotto 19

- Sub a pezzi 595
- Sub b pezzi 1300
- Sub d pezzi 750
- Sub e pezzi 750
- Sub f pezzi 100

### **30. Quesito**

Lotto 31: si richiedono Pinze bipolari, con un “cavo in sconto merce”, dal momento che il cavo è un prodotto poliuso e dunque riutilizzabile per un certo numero di interventi, si chiede di voler indicare che il cavo dovrà essere fornito in sconto merce su richiesta delle strutture utilizzatrici in base alle loro specifiche esigenze di sala operatoria e non dunque unitamente alla spedizione di ogni confezione di pinze bipolare indicando comunque un rapporto tra cavi e pinze bipolari da fornire (es. 1 cavo ogni 10 conf. di pinze).

#### **Risposta**

Un cavo ogni 50 pezzi.

### **31. Quesito**

Lotto 39: si richiede “Sutura laparoscopica per nodo extracorporeo con ago a slitta”, mentre nell’ulteriore descrizione specifica indicata subito di seguito (All.3 pag.16-17) si richiede “sistema di accesso per la manipolazione assistita in chirurgia laparoscopica monouso e sterile con tenuta dello pneumo varie misure”. Si chiede conferma, per la corretta formulazione dell’offerta, che il prodotto richiesto sia esclusivamente il “sistema di accesso per la manipolazione assistita in chirurgia laparoscopica monouso e sterile con tenuta dello pneumo”, come del resto indicato all’All. 7 (Elenco Prodotti in Gara) e nel Disciplinare di Gara.

#### **Risposta**

Si conferma.

F.TO Il Direttore f.f.  
UOC Acquisizione Beni e Servizi  
Dott. Paolo Cavallari

## Verbale n. 2

Commissione per l'esame delle offerte relative alla procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per l'affidamento della fornitura di Dispositivi Medici per Chirurgia Meccanica e Laparoscopica suddivisa in n. 41 lotti – durata 12 mesi eventualmente rinnovabile salvo minore termine per intervenuta aggiudicazione di gara aggregata in corso presso l'ASL Roma 2 – importo annuale a base d'asta € 1.056.519,10.

L'anno duemila diciannove, il giorno 12 luglio alle ore 10:00 presso la sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata, via dell'Amba Aradam n. 9 – Roma - si è riunita la Commissione nominata con Ordinanza n. 01.CS del 21.02.19 per l'esame delle offerte relative alla procedura aperta per la fornitura di Dispositivi Medici per Chirurgia Meccanica e Laparoscopica; la Commissione è così composta:

Dott.ssa Angela Maria Salvatori	Dirigente Amministrativo U.O.C. Programmazione e Controllo	Presidente
Dott. Vito Pende	Dirigente Medico – UOC Chirurgia ad indirizzo oncologico	Componente
Dott. Manetti Gabriele	Dirigente Medico – UOC Chirurgia Generale e d'urgenza	Componente
Sig.ra Claudia Ingegneri	Collaboratore Amministrativo Prof.le – U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi	Segretario

Alle ore 10:00 il Presidente, verificata la presenza di tutti i componenti della Commissione, dà inizio ai lavori.

Si procede all'esame delle dichiarazioni fornite dai partecipanti alla gara, attestanti l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs 50/2016 s.m.i., la sussistenza dei requisiti economico-finanziari, nonché la documentazione amministrativa richiesta nel Disciplinare di Gara, con esito positivo per tutti gli operatori economici, ad eccezione della ditta ASSUT EUROPE SPA, per la quale si ritiene necessario attivare il soccorso istruttorio relativamente alle dichiarazioni art. 80 comma 3 e comma 5 del D.lvo n. 50/2016 e s.m.i..

La seduta si chiude alle ore 12:30.

Letto, approvato e sottoscritto:

Presidente Dr.ssa Angela Maria Salvatori .....

Dott. Vito Pende .....

Dott. Gabriele Manetti .....

Il Segretario  
Sig.ra Claudia Ingegneri

### Verbale n. 3

Commissione per l'esame delle offerte relative alla procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per l'affidamento della fornitura di Dispositivi Medici per Chirurgia Meccanica e Laparoscopica suddivisa in n. 41 lotti – durata 12 mesi eventualmente rinnovabile salvo minore termine per intervenuta aggiudicazione di gara aggregata in corso presso l'ASL Roma 2 – importo annuale a base d'asta € 1.056.519,10.

L'anno duemila diciannove, il giorno 17 settembre alle ore 09:30 presso la sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata, via dell'Amba Aradam n. 9 – Roma - si è riunita la Commissione nominata con Ordinanza n. 01.CS del 21.02.19 per l'esame delle offerte relative alla procedura aperta per la fornitura di Dispositivi Medici per Chirurgia Meccanica e Laparoscopica; la Commissione è così composta:

Dott.ssa Angela Maria Salvatori	Dirigente Amministrativo - U.O.C Programmazione e Controllo	Presidente
Dott. Vito Pende	Dirigente Medico – UOC Chirurgia ad indirizzo oncologico	Componente
Dott. Manetti Gabriele	Dirigente Medico – UOC Chirurgia Generale e d'urgenza	Componente
Sig.ra Claudia Ingegneri	Collaboratore Amministrativo Prof.le – U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi	Segretario

Alle ore 10:00 il Presidente, verificata la presenza di tutti i componenti della Commissione, dà inizio ai lavori in seduta riservata.

Si procede all'esame delle dichiarazioni fornite dalla ditta ASSUT EUROPE SPA in seguito all'attivazione del soccorso istruttorio relativamente alle dichiarazioni art. 80 comma 3 e comma 5 del D.lvo n. 50/2016 e s.m.i, con esito positivo.

Tutti i concorrenti, ad eccezione delle ditte Bard srl, Sofar Spa, Surgilin Srl e Teleflex Medical srl visto il mancato riscontro della conferma della validità dell'offerta presentata e del rinnovo del deposito cauzionale provvisorio per ulteriori 240 gg, vengono pertanto ammessi alla valutazione tecnica delle offerte presentate.

La Commissione procede stabilendo per quali lotti le ditte dovranno presentare i campioni, e precisamente: lotti nn. 4, 9, 10, 11, 15, 19, 21, 22, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 39 e 40.

Il Presidente dà mandato al Segretario di comunicare al RUP, Dott. Paolo Cavallari, le risultanze finali della valutazione effettuata dalla Commissione, per i successivi adempimenti.

La seduta si chiude alle ore 11:00.

Letto, approvato e sottoscritto:

Presidente Dr.ssa Angela Maria Salvatori .....

Dott. Vito Pende .....

Dott. Gabriele Manetti .....

Il Segretario  
Sig.ra Claudia Ingegneri

.....

### Verbale n. 4

Commissione per l'esame delle offerte relative alla procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per l'affidamento della fornitura di Dispositivi Medici per Chirurgia Meccanica e Laparoscopica suddivisa in n. 41 lotti – durata 12 mesi eventualmente rinnovabile salvo minore termine per intervenuta aggiudicazione di gara aggregata in corso presso l'ASL Roma 2 – importo annuale a base d'asta € 1.056.519,10.

L'anno duemila diciannove, il giorno 06 dicembre alle ore 09:30 presso la sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata, via dell'Amba Aradam n. 9 – Roma - si è riunita la Commissione nominata con Ordinanza n. 01.CS del 21.02.19 per l'esame delle offerte relative alla procedura aperta per la fornitura di Dispositivi Medici per Chirurgia Meccanica e Laparoscopica; la Commissione è così composta:

Dott.ssa Angela Maria Salvatori	Dirigente Amministrativo - U.O.C Programmazione e Controllo	Presidente
Dott. Vito Pende	Dirigente Medico – UOC Chirurgia ad indirizzo oncologico	Componente
Dott. Manetti Gabriele	Dirigente Medico – UOC Chirurgia Generale e d'urgenza	Componente
Sig.ra Claudia Ingegneri	Collaboratore Amministrativo Prof.le – U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi	Segretario

Alle ore 09:50 il Presidente, verificata la presenza di tutti i componenti della Commissione, dà inizio ai lavori in seduta riservata.

La Commissione prende atto che:

- a seguito di quanto definito nelle precedenti sedute, con Deliberazione n. 179.DG del 18.10.19 è stata disposta l'esclusione delle ditte Bard srl, Sofar Spa, Surgiline Srl e Teleflex Medical srl e l'ammissione di tutte le altre ditte concorrenti alla valutazione delle offerte tecniche e con nota prot. n. 34525 del 18.10.19, ai sensi dell'art. 76 co. 5 del D.vo 50/2016 e smi, questa Azienda Ospedaliera ha provveduto a darne notifica a tutti gli operatori economici partecipanti;
- con la stessa delibera n. 179/DG/2019 è stata revocata parzialmente la procedura di gara indetta da questa Azienda Ospedaliera con delibera n. 910.DG del 10.10.18 e n. 1032.DG del 15.11.18, per effetto dell'intervenuta aggiudicazione della procedura aperta espletata dalla ASL Roma 2 (delibera n. 1862 del 06.09.19), per i lotti nn. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 25, 26, 28, 32, 35, 36, 37 e 41;
- l'ASL Roma 2, a seguito della conclusione del procedimento di verifica ed evasione dei controlli ex art. 80 D.Lgs 50/2016 e smi, con deliberazione n. 2310 del 07.11.19 ha disposto l'aggiudicazione definitiva anche per le ditte STRYKER ITALIA SRL, MEDI LINE SRL e APPLIED MEDICAL DISTRIBUTION EUROPE BV, aggiudicatrici dei lotti nn. 32, 33, 34, 35, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 50, 51, 52, 60, 61, 83, 99, 100 e 103 e pertanto questa Azienda Ospedaliera, con delibera n. 325/DG del 05.12.19, ha

provveduto a revocare la procedura di gara anche dei lotti nn. 19, 24, 27, 29, 30, 33, 34 e 40.

Alle ore 09:57 il Presidente dà inizio ai lavori in seduta pubblica.

Sono presenti in rappresentanza delle ditte concorrenti, i sigg. elencati nel prospetto allegato n. 1 al presente verbale di cui ne costituisce parte integrante.

La Commissione procede pertanto all'apertura dei plichi delle buste B contenenti documentazione tecnica presentate dalle ditte concorrenti limitatamente riferita ai lotti nn. 4, 9, 10, 21, 22, 31, 38 e 39, allo scopo di constatare la presenza di tutta la documentazione richiesta nel disciplinare di gara, riservandosi di verificare la completezza e l'esattezza ai fini dell'ammissibilità delle ditte successivamente.

La seduta si chiude alle ore 11:10.

Letto, approvato e sottoscritto:

Presidente Dr.ssa Angela Maria Salvatori .....

Dott. Vito Pende .....

Dott. Gabriele Manetti .....

Il Segretario  
Sig.ra Claudia Ingegneri

.....

ARTO 1 VERB 4  
del 6/12/19

GENERALITA' LEGALE  
RAPPRESENTANTE

N. DITTA	deleg	NOME E COGNOME
1 All Medical srl		
2 Applied Medical Distribution Europe B.V.		FABRIZIO NUNZI
3 Assut Europe spa		
5 B. Braun Milano		B. MILANO 16415221
6 Commed Italia Srl		
7 Davi Medica Srl		
8 Euroclone spa		
9 I.D. & CO. Srl		
10 Innovamedica spa		
11 Johnson e Johnson		PIA PARRANO

N.	NOME DITTA	deleg	GENERALITA' LEGALE RAPPRESENTANTE		ESTREMI DOCUMENTO			FIRMA L.R.
			NOME E COGNOME		TIPO DOC	N. DOC	SCADENZA DOC	
12	Medline International Italy srl							
13	Medtronic							
14	Mehos srl							
15	Molnlycke Health care Srl							

## Verbale n. 5

Commissione per l'esame delle offerte relative alla procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per l'affidamento della fornitura di Dispositivi Medici per Chirurgia Meccanica e Laparoscopica suddivisa in n. 41 lotti – durata 12 mesi eventualmente rinnovabile salvo minore termine per intervenuta aggiudicazione di gara aggregata in corso presso l'ASL Roma 2 – importo annuale a base d'asta € 1.056.519,10.

L'anno duemila diciannove, il giorno 16 dicembre alle ore 09:30 presso la sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata, via dell'Amba Aradam n. 9 – Roma - si è riunita la Commissione nominata con Ordinanza n. 01.CS del 21.02.19 per l'esame delle offerte relative alla procedura aperta per la fornitura di Dispositivi Medici per Chirurgia Meccanica e Laparoscopica; la Commissione è così composta:

Dott.ssa Angela Maria Salvatori	Dirigente Amministrativo - U.O.C Programmazione e Controllo	Presidente
Dott. Vito Pende	Dirigente Medico – UOC Chirurgia ad indirizzo oncologico	Componente
Dott. Manetti Gabriele	Dirigente Medico – UOC Chirurgia Generale e d'urgenza	Componente
Sig.ra Claudia Ingegneri	Collaboratore Amministrativo Prof.le – U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi	Segretario

Alle ore 09:45 il Presidente, verificata la presenza di tutti i componenti della Commissione, dà inizio ai lavori in seduta riservata.

La Commissione procede quindi i lavori esaminando le schede tecniche e la campionatura dei seguenti lotti: nn. 4, 9, 10, 21, 22, 31, 38 e 39 assegnando i relativi punteggi di qualità dettagliatamente riportati nelle schede di valutazione qualitativa allegata al presente verbale di cui ne costituiscono parte integrante e sostanziale (all.to. 1).

La seduta si chiude alle ore 12:20.

Letto, approvato e sottoscritto:

Presidente Dr.ssa Angela Maria Salvatori .....

Dott. Vito Pende .....

Dott. Gabriele Manetti .....

Il Segretario  
Sig.ra Claudia Ingegneri

LOTTO	CRITERIO	DESCRIZIONE	Punteggio max	coeff	MEDTRONIC
4		<b>Suturatrice lineare sterile articolabile monopaziente da 30 mm, punti in titanio.</b>			" SUTURATRICE ROTICULATOR* 30-V3 - COD. 017619 " " SUTURATRICE ROTICULATOR* 30-3,5 - COD. 017615 " " SUTURATRICE ROTICULATOR* 30-4,8 - COD. 017617 "
4	<b>Ergonomia:</b>	Caratteristiche che garantiscono la facilità d'uso per l'operatore, l'adattabilità dello strumento all'ambiente di utilizzo (comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto con diversi orientamenti della suturatrice, ecc.)	20	1	20
4	<b>Sicurezza:</b>	Caratteristiche qualitative di costruzione che garantiscono la sicurezza del paziente (regolarità nella chiusura del punto, capacità di emostasi, facilità di rimozione, qualità dei materiali, ecc.)	15	1	15
4	<b>Affidabilità:</b>	Rispetto delle specifiche di funzionamento (riproducibilità), deducibile anche da letteratura specifica di elevato impact factor. Presenza di eventuali accorgimenti tecnici a garanzia di un ottimale funzionamento (qualità del taglio, uniformità della sutura, ecc.)	10	1	10
4	<b>Versatilità:</b>	Capacità di adattamento dei dispositivi (gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto, compatibilità con tessuti di diverso spessore, presenza di automatismi che ne facilitano l'uso, presenza di caratteristiche tecniche innovative, ecc.).	10	0,75	7,5
4	<b>Confezionamento:</b>	Caratteristiche che possono facilmente identificare il prodotto e garantire una pratica, sicura e veloce apertura ad estrazione del dispositivo dalla confezione, chiara identificazione del codice, del lotto e della data di scadenza. Chiarezza ed esatività delle informazioni ed istruzioni d'uso	10	1	10
4	<b>Documentazione scientifica:</b>	studi clinici e letteratura scientifica su riviste e pubblicazioni accreditate	5	1	5
4		<b>totale punti qualità</b>	<b>70</b>		<b>67,5</b>
4		<b>MOTIVAZIONI</b>			Poco versatile

LOTTO	CRITERIO	DESCRIZIONE	Punteggio max	coeff	MEDTRONIC
9		<b>Suturatrice lineare taglia e cucì, sterile, monopaziente, articolabile e rotante a 360° , non precaricata ad azionamento progressivo , compatibile con ricariche con punti in titanio per tessuti vascolari, standard,spessi ed extra spessi, linea di sutura 30, 45 e 60 mm con altezza di punti differenziata</b>			" ENDO GIA ULTRA TRI-STAPLE - COD. EGIASHORT " " ENDO GIA ULTRA TRI-STAPLE COD. EGIJUSTND " " ENDO GIA® TRI-STAPLE® ROTICULATOR 30 COD. EGIAS30AVM " " ENDO GIA® TRI-STAPLE® ROTICULATOR 30 COD. EGIAS30AMT " " ENDO GIA TRI-STAPLE COD. EGIAS4AVM " " ENDO GIA TRI-STAPLE COD. EGIAS4AMT " " Tri Staple 2.0 Intelligent Reload COD. SIG45AXT " " ENDO GIA TRI-STAPLE COD. EGIAS6AVM " " ENDO GIA TRI-STAPLE COD. EGIAS6AMT " " Tri Staple 2.0 COD. SIG45CTAVM " " Tri Staple 2.0 Intelligent Reload COD. SIG45CTAMT " " Tri Staple 2.0 Intelligent Reload COD. SIG60CTAMT " " Caricatori Monouse Curvi COD. EGIARADMT "
9	<b>Ergonomia:</b>	Caratteristiche che garantiscono la facilità d'uso per l' operatore, l'adattabilità dello strumento all'ambiente di utilizzo (comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto con diversi orientamenti della suturatrice, ecc.)	20	1	20
9	<b>Sicurezza:</b>	Caratteristiche qualitative di costruzione che garantiscono la sicurezza del paziente (regolarità nella chiusura del punto, capacità di emostasi, facilità di rimozione, qualità dei materiali, ecc.)	15	1	15
9	<b>Affidabilità:</b>	Rispetto delle specifiche di funzionamento (riproducibilità), deducibile anche da letteratura specifica di elevato impact factor. Presenza di eventuali accorgimenti tecnici a garanzia di un ottimale funzionamento (qualità del taglio, uniformità della sutura, ecc.)	10	1	10
9	<b>Versatilità:</b>	Capacità di adattamento dei dispositivi (gamma delle lunghezze e dell'altezza del punto, compatibilità con tessuti di diverso spessore, presenza di automatismi che ne facilitano l'uso, presenza di caratteristiche tecniche innovative, ecc.).	10	1	10
9	<b>Confezionamento:</b>	Caratteristiche che possono facilmente identificare il prodotto e garantire una pratica, sicura e veloce apertura ad estrazione del dispositivo dalla confezione, chiara identificazione del codice, del lotto e della data di scadenza. Chiarezza ed esautività delle informazioni ed istruzioni d' uso	10	1	10
9	<b>Documentazione scientifica:</b>	studi clinici e letteratura scientifica su riviste e pubblicazioni accreditate	5	1	5
9		<b>totale punti qualità</b>	<b>70</b>		<b>70</b>
9		<b>MOTIVAZIONI</b>			

LOTTO	CRITERIO	DESCRIZIONE	Punteggio max	coeff	CONMED	coeff	INNOVA	coeff	MEDTRONIC
10		Applicatore multiplo automatico di agrafas in titanio, con stelo diametro 30/12mm			applicatore endoscopico di clips - cod. 530		Applicatore di clip monouso - M/L codice TDC10ML - L codice TDC10L		ENDOCLIP II ML 10MM - COD. 176657
10	Ergonomia:	Caratteristiche che garantiscono la facilità d'uso per l'operatore, l'adattabilità dello strumento all'ambiente di utilizzo (comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto con diversi orientamenti della suturatrice, ecc.)	20	0,75	15	0,25	5	1	20
10	Sicurezza:	Caratteristiche qualitative di costruzione che garantiscono la sicurezza del paziente (regolarità nella chiusura del punto, capacità di amostasi, presenza di sistemi di sicurezza, qualità dei materiali, ecc.) Rispetto delle specifiche di funzionamento (riproducibilità), deducibile anche da letteratura specifica di elevato impact factor. Presenza di eventuali accorgimenti tecnici a garanzia di un ottimale funzionamento (qualità del taglio, uniformità della sutura, certificazione dei materiali di costruzione, ecc.)	15	1	15	1	15	1	15
10	Affidabilità:	Capacità di adattamento dei dispositivi (gamma dei calibri delle testine e delle lunghezze dello stelo, tipologia del punto, compatibilità con tessuti di diverso spessore, presenza di automatismi che ne facilitano l'uso, presenza di caratteristiche tecniche innovative, ecc.).	10	1	10	1	10	1	10
10	Versatilità:	Caratteristiche che possono facilmente identificare il prodotto e garantire una pratica, sicura e veloce apertura ad estrazione del dispositivo dalla confezione, chiara identificazione del codice, del lotto e della data di scadenza. Chiarezza ed esaustività delle informazioni ed istruzioni d'uso	10	1	10	1	10	1	10
10	Documentazione scientifica:	studi clinici e letteratura scientifica su riviste e pubblicazioni accreditate	5	1	5	1	5	1	5
10		totale punti qualità	70		65		55		70
10		MOTIVAZIONI			Scarsa ergonomia nell'utilizzo della ghiera		Eccessiva applicazione di forza richiesta per la chiusura della clip		

LOTTO	CRITERIO	DESCRIZIONE	Punteggio max	coeff	ALLMED	coeff	APPLIED	coeff	ASSUT
21	21	<b>Trocar di Hasson monouso, sterile a punta smussa per "open-laparoscopy", con cannula e sistema di ancoraggio, riduttore universale incorporato</b> Caratteristiche che garantiscono la facilità d'uso per l'operatore, l'adattabilità dello strumento all'ambiente di utilizzo (ergonomia dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, presenza di feed back tattili e/o uditivi e/o visivi, ecc.)	Punteggio max		Trocar di Hasson, Codice PS3262ULT		COM95 Trocar Kit@ a Punta Smussa		Trocar laparoscopico monouso cod X-ONE
21	Ergonomia:		15	0,5	7,5	1	15	1	15
21	Sicurezza:	Caratteristiche qualitative di costruzione che garantiscono la sicurezza del paziente (atraumaticità, tenuta e posizione della valvola, efficacia del sistema a tenuta stagna, qualità dei materiali, regolazione della profondità di utilizzo, ecc.)	15	1	15	1	15	1	15
21	Affidabilità:	Rispetto delle specifiche di funzionamento (riproducibilità), deducibile anche da letteratura specifica di elevato impact factor. Presenza di eventuali accorgimenti tecnici a garanzia di un ottimale funzionamento (facilità di penetrazione, facilità di posizionamento sistema di ancoraggio, gamma di misure, ecc.)	15	1	15	1	15	1	15
21	Versatilità:	Capacità di adattamento del dispositivo (possibilità di utilizzo in diverse parti del corpo, compatibilità con tessuti di diverso spessore, presenza di caratteristiche tecniche innovative, ecc.)	10	1	10	1	10	1	10
21	Confezionamento:	Caratteristiche che possono facilmente identificare il prodotto e garantire una pratica, sicura e veloce apertura ed estrazione del dispositivo dalla confezione, chiara identificazione del codice, del lotto e della data di scadenza. Chiarezza ed esaustività delle informazioni ed istruzioni d'uso	10	1	10	1	10	1	10
21	Documentazione scientifica:	studi clinici e letteratura scientifica su riviste e pubblicazioni accreditate	5	1	5	1	5	1	5
21		<b>totale punti qualità</b>	<b>70</b>		<b>62,5</b>		<b>70</b>		<b>70</b>
21		<b>MOTIVAZIONI</b>			Caratteristica cilindrica della cannula regolabile offre meno tenuta sulla parete addominale rispetto alla conica				

CRITERIO	DESCRIZIONE	Punteggio max	coeff	COMMED	coeff	INNOVA	coeff	MEDTRONIC
21	<b>"Trocar di Hasson monouso, sterile a punta smussa per "open-laparoscopy", con cannula e sistema di ancoraggio, riduttore universale incorporato</b> Caratteristiche che garantiscono la facilità d'uso per l'operatore, l'adattabilità dello strumento all'ambiente di utilizzo (ergonomia dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, presenza di feedback tattili e/o uditivi e/o visivi, ecc.)	Punteggio max		Trocar di Hasson 12 mm / 10 cm - cod. FHTD12100		Trocar a punta smussa monouso 12mm x 100mm - codice TRO12B1AH		BLUNTPORT 5 MM-12 MM - COD. BPT125TS
Ergonomia:		15	0,25	3,75	0,5	7,5	1	15
Sicurezza:	Caratteristiche qualitative di costruzione che garantiscono la sicurezza del paziente (atraumaticità, tenuta e posizione della valvola, efficacia del sistema a tenuta stagna, qualità dei materiali, regolazione della profondità di utilizzo, ecc.) Rispetto delle specifiche di funzionamento (riproducibilità), deducibile anche da letteratura specifica di elevato impact factor. Presenza di eventuali accorgimenti tecnici a garanzia di un ottimale funzionamento (facilità di penetrazione, facilità di posizionamento sistema di ancoraggio, gamma di misure, ecc.)	15	1	15	1	15	1	15
Affidabilità:		15	1	15	1	15	1	15
Versatilità:	Capacità di adattamento del dispositivo (possibilità di utilizzo in diverse parti del corpo, compatibilità con tessuti di diverso spessore, presenza di caratteristiche tecniche innovative, ecc.)	10	1	10	1	10	1	10
Confezionamento:	Caratteristiche che possono facilmente identificare il prodotto e garantire una pratica, sicura e veloce apertura ad estrazione del dispositivo dalla confezione, chiara identificazione del codice, del lotto e della data di scadenza. Chiarezza ed esaustività delle informazioni ed istruzioni d'uso	10	1	10	1	10	1	10
Documentazione scientifica:	studi clinici e letteratura scientifica su riviste e pubblicazioni accreditate	5	1	5	1	5	1	5
	<b>totale punti qualità</b>	<b>70</b>		<b>58,75</b>		<b>62,5</b>		<b>70</b>
	<b>MOTIVAZIONI</b>			Le caratteristiche della cannula di regolazione non consentono un agevole scorrimento della stessa, l'introduzione di strumenti all'interno della cannula offrono eccessiva resistenza alla progressione dello strumento		Le caratteristiche della cannula di regolazione non consentono un agevole scorrimento della stessa, l'introduzione di strumenti all'interno della cannula offrono elevata resistenza alla progressione dello strumento		

LOTTO	CRITERIO	DESCRIZIONE	Punteggio max	coeff	APPLIED	coeff	COMMED	coeff	MEDTRONIC
22		<b>Trocar di Hasson monouso, sterile a punta smussa, con palloncino calibro 10-12mm</b>			COR95 Trocar Klii® a Punta Smussa		Trocar di Hasson Softix - cod. FB77121100		TROCAR HASSON 12 mm - COD. OMS-11281
22	Ergonomia:	Caratteristiche che garantiscono la facilità d'uso per l'operatore, l'adattabilità dello strumento all'ambiente di utilizzo (ergonomia dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, presenza di feed-back tattili e/o uditivi e/o visivi, ecc.)	15	1	15	0,5	7,5	1	15
22	Sicurezza:	Caratteristiche qualitative di costruzione che garantiscono la sicurezza del paziente (atraumaticità, tenuta e posizione della valvola, efficienza del sistema a tenuta stagna, qualità dei materiali, regolazione della profondità di utilizzo, ecc.)	15	1	15	1	15	1	15
22	Affidabilità:	Rispetto delle specifiche di funzionamento (riproducibilità), deducibile anche da letteratura specifica di elevato impact factor. Presenza di eventuali accorgimenti tecnici a garanzia di un ottimale funzionamento (facilità di penetrazione, facilità di posizionamento sistema di ancoraggio, gamma di misure, ecc.)	15	1	15	1	15	1	15
22	Versatilità:	Capacità di adattamento del dispositivo (possibilità di utilizzo in diverse parti del corpo, compatibilità con tessuti di diverso spessore, presenza di caratteristiche tecniche innovative, ecc.)	10	1	10	1	10	1	10
22	Confezionamento:	Caratteristiche che possono facilmente identificare il prodotto e garantire una pratica, sicura e veloce apertura ad estrazione del dispositivo dalla confezione, chiara identificazione del codice, del lotto e della data di scadenza. Chiarezza ed esaustività delle informazioni ed istruzioni d'uso	10	1	10	1	10	1	10
22	Documentazione scientifica:	studi clinici e letteratura scientifica su riviste e pubblicazioni accreditate	5	1	5	1	5	1	5
22					<b>totale punti qualità</b>		<b>70</b>		<b>70</b>
22							<b>62,5</b>		<b>70</b>
22							<b>Eccessiva resistenza al passaggio dello strumento</b>		

LOTTO	CRITERIO	DESCRIZIONE	Punteggio max	coeff	B.BRAUN	coeff	INNOVA
31		<b>Pinze Bipolari con stelo da 5 mm, ganasce macro. Cavo in sconto merce</b> Caratteristiche che garantiscono la facilità d'uso per l'operatore, l'adattabilità dello strumento all'ambiente di utilizzo (ergonomia dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, maggiore stabilità della tenuta delle branche, ecc.)			PINZA PRESA FINESTR. BIPO MONO 5/330MM LAPROSURGE-BFG001		Pinza bipolare monouso KALI - codice BP5330
31	Ergonomia:		20	0,75	15	1	20
31	Sicurezza:	Caratteristiche qualitative di costruzione che garantiscono la sicurezza del paziente (atraumaticità, presa sicura e stabile alla chiusura delle estremità, qualità dei materiali, ecc.)	15	0,75	11,25	1	15
31	Affidabilità:	Rispetto delle specifiche di funzionamento (riproducibilità), deducibile anche da letteratura specifica di elevato impact factor. Presenza di eventuali accorgimenti tecnici a garanzia di un ottimale funzionamento (tenuta della presa, facilità di rotazione dello stelo, ecc.)	10	0,75	7,5	1	10
31	Versatilità:	Capacità di adattamento del dispositivo (possibilità di utilizzo in diverse parti del corpo, compatibilità con tessuti di diverso spessore, presenza di caratteristiche tecniche innovative, ecc.)	10	0,75	7,5	1	10
31	Confezionamento:	Caratteristiche che possono facilmente identificare il prodotto e garantire una pratica, sicura e veloce apertura ad estrazione del dispositivo dalla confezione, chiara identificazione del codice, del lotto e della data di scadenza. Chiarezza ed esaustività delle informazioni ed istruzioni d'uso	10	0,75	7,5	1	10
31	Documentazione scientifica:	studi clinici e letteratura scientifica su riviste e pubblicazioni accreditate	5	0,75	3,75	1	5
		totale punti qualità	70		52,5		70
31					Ganasce di forma retta che rende l'emostasi difficoltosa rispetto alla forma cilindrica - Anelli manico con apertura eccessivamente distanti - Ghiera non ha movimento fluido		
31					MOTIVAZIONI		

LOTTO	CRITERIO	DESCRIZIONE	Punteggio max	coeff	ASSUT	I&I	coeff	MEDTRONIC
38	38	<b>filo di sutura assorbibile con microalette sulla superficie</b>						
38	Ergonomia:	Caratteristiche che garantiscono la facilità di uso per l'operatore, l'adattabilità dello strumento all'ambiente di utilizzo (facilità di chiusura del punto, ecc.)	15	1	SUTURA CHIRURGICA ASSORBIBILE SINTETICA MONOFILAMENTO DENTELLATA FILBLOC	Starfix - codice prodotto: SXHD2B400 - SXMD2B401 - SXPD2B413 - SXPD2B414 - SXPD2B407 - SXPD2B408 - SXPD2B412	1	V-LOC - COD. VLOCM0604 V-LOC - COD. VLOCM2105
38	Sicurezza:	Caratteristiche qualitative di costruzione che garantiscono la sicurezza del paziente (regolarità nella chiusura del punto, capacità di emostasi, qualità dei materiali, ecc.)	15	1	15		1	15
38	Affidabilità:	Rispetto delle specifiche di funzionamento (riproducibilità), deducibile anche da letteratura specifica di elevato impact factor. Presenza di eventuali accorgimenti tecnici a garanzia di un ottimale funzionamento (resistenza alla pressione esercitata, uniformità della sutura, ecc.)	15	1	15		1	15
38	Versatilità:	Capacità di adattamento dei dispositivi (compatibilità con tessuti di diverso spessore, presenza di caratteristiche tecniche innovative, ecc.)	10	1	10		1	10
38	Confezionamento:	Caratteristiche che possono facilmente identificare il prodotto e garantire una pratica, sicura e veloce apertura ad estrazione del dispositivo dalla confezione, chiara identificazione del codice del lotto e della data di scadenza. Chiarezza ed esaustività delle informazioni ed istruzioni d'uso	10	1	10		1	10
38	Documentazione:	studi clinici e letteratura scientifica su riviste e pubblicazioni accreditate	5	1	5		1	5
38		<b>totale punti qualità</b>	<b>70</b>		<b>70</b>			<b>70</b>
38		<b>MOTIVAZIONI</b>				NON IDONEO ALLE ESIGENZE FUNZIONALI DELLA CHIRURGIA LAPAROSCOPICA PER IL DOPPIO AGO BIDIREZIONALE		

LOTTO	CRITERIO	DESCRIZIONE	Punteggio max	coeff	APPLIED	coeff	J&J
39		<b>Sistema di accesso per la manipolazione assistita in chirurgia laparoscopica monouso e sterile con tanica del pneumo, varie misure.</b>			C8XX2CE GelPort® Sistema per Laparoscopia Assistita comprensivo di Retrattore/Protettore di ferita Alexis® O		Endopath Dextrus - codice prodotto : DEXTRUS01 / Endopath Dextrus - codice prodotto : DEXTRUS02 / Endopath Dextrus - codice prodotto : DEXTRUS03
39	Ergonomia:	Caratteristiche che garantiscono la facilità d'uso per l'operatore, l'adattabilità dello strumento all'ambiente di utilizzo (comodità dell'impugnatura, bilanciamento dello strumento, facilità di chiusura del punto con diversi orientamenti della suturatrice, chiusura delle branche e conseguente azionamento, ecc.)	20	1	20	1	20
39	Sicurezza:	Caratteristiche qualitative di costruzione che garantiscono la sicurezza del paziente (regolarità nella chiusura del punto, capacità di emostasi, presenza di sistemi di sicurezza, qualità dei materiali, ecc.)	15	1	15	1	15
39	Affidabilità:	Rispetto delle specifiche di funzionamento (riproducibilità), deducibile anche da letteratura specifica di elevato impact factor. Presenza di eventuali accorgimenti tecnici a garanzia di un ottimale funzionamento (uniformità della sutura, certificazione dei materiali di costruzione, ecc.)	10	1	10	1	10
39	Versatilità:	Capacità di adattamento dei dispositivi (gamma dei calibri delle testine e delle lunghezze dello stelo, tipologia del punto, compatibilità con tessuti di diverso spessore, presenza di automatismi che ne facilitano l'uso, presenza di caratteristiche tecniche innovative, ecc.).	10	1	10	1	10
39	Contestamento: Documentazione:	Caratteristiche che possono facilmente identificare il prodotto e garantire una pratica, sicura e veloce apertura ad estrazione del dispositivo dalla confezione, chiara identificazione del codice, del lotto e della data di scadenza. Chiarezza ed esaustività delle informazioni ed istruzioni d'uso	10	1	10	1	10
39	scientifica:	studi clinici e letteratura scientifica su riviste e pubblicazioni accreditate	5	1	5	1	5
39		<b>totale punti qualità</b>	<b>70</b>		<b>70</b>		<b>70</b>
39		<b>MOTIVAZIONI</b>					

## Verbale n. 6

Commissione per l'esame delle offerte relative alla procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per l'affidamento della fornitura di Dispositivi Medici per Chirurgia Meccanica e Laparoscopica suddivisa in n. 41 lotti – durata 12 mesi eventualmente rinnovabile salvo minore termine per intervenuta aggiudicazione di gara aggregata in corso presso l'ASL Roma 2 – importo annuale a base d'asta € 1.056.519,10.

L'anno duemila venti, il giorno 28 gennaio alle ore 09:30 presso la sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata, via dell'Amba Aradam n. 9 – Roma - si è riunita la Commissione nominata con Ordinanza n. 01.CS del 21.02.19 per l'esame delle offerte relative alla procedura aperta per la fornitura di Dispositivi Medici per Chirurgia Meccanica e Laparoscopica; la Commissione è così composta:

Dott.ssa Angela Maria Salvatori	Dirigente Amministrativo - U.O.C Programmazione e Controllo	Presidente
Dott. Vito Pende	Dirigente Medico – UOC Chirurgia ad indirizzo oncologico	Componente
Dott. Manetti Gabriele	Dirigente Medico – UOC Chirurgia Generale e d'urgenza	Componente
Sig.ra Claudia Ingegneri	Collaboratore Amministrativo Prof.le – U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi	Segretario

Alle ore 10:00 il Presidente, verificata la presenza di tutti i componenti della Commissione, dà inizio ai lavori in seduta pubblica.

Sono presenti in rappresentanza delle ditte concorrenti, i sigg. elencati nel prospetto allegato n. 1 al presente verbale di cui ne costituisce parte integrante.

Il Presidente comunica il programma che intende seguire nella giornata odierna:

- si procederà alla lettura dei punteggi di qualità;
- verranno aperte le Buste C contenenti le offerte economiche e data lettura delle quotazioni in esse riportate;
- in seduta riservata, si effettuerà la somma dei punteggi relativi all'offerta tecnica e a quella economica (PT + PE), e la formulazione della graduatoria finale provvisoria.

Si procede pertanto alla lettura dei punteggi di qualità attribuiti dalla Commissione a ciascun lotto, comunicando che l'offerta tecnica relativa al lotto n. 38 proposta dalla ditta Johnson e Johnson Medical spa è stata riscontrata non idonea alle esigenze funzionali della Chirurgia Laparoscopica per la presenza del doppio ago bidirezionale.

Costatata poi l'integrità dei sigilli apposti, si procede all'apertura dei plichi e all'esame, per ciascuna ditta ammessa alla fase successiva, della busta riguardante l'offerta economica presentata in conformità a quanto richiesto nella documentazione di gara, allo scopo di rilevare e dare pubblica lettura delle condizioni economiche proposte per ciascun lotto valutati quali idonei sotto il profilo qualitativo.

La seduta pubblica si chiude alle ore 11:06 e i lavori della Commissione proseguono in forma riservata.

La Commissione procede effettuando la somma dei punteggi relativi all'offerta tecnica e a quella economica (PT + PE), e la formulazione della graduatoria finale provvisoria, riportata nell'allegato n. 2 al presente verbale di cui ne costituisce parte integrante.

Secondo quanto previsto all'art. 97 D. Lgs. n. 50/2016 e smi, la Commissione procede effettuando il calcolo dell'anomalia dell'offerta, dal quale vengono rilevate anormalmente bassa le offerte evidenziate nell'allegato n. 2 al presente verbale di cui ne costituisce parte integrante.

Il Presidente dà mandato al Segretario di comunicare al RUP, Dott. Paolo Cavallari, le risultanze finali della valutazione effettuata dalla Commissione, per i successivi adempimenti.

La seduta si chiude alle ore 11:35.

Letto, approvato e sottoscritto:

Presidente Dr.ssa Angela Maria Salvatori .....

Dott. Vito Pende .....

Dott. Gabriele Manetti .....

Il Segretario  
Sig.ra Claudia Ingegneri

All.to ..... al verbale n. 6 del 28/1/19

N.	NOME DITTA	deleg	GENERALITA' LEGALE RAPPRESENTANTE		ESTREMI DOCUMENTO			FIRMA L.R.
			NOME E COGNOME		TIPO DOC	N. DOC	SCADENZA DOC	
1	All Medical srl							
2	Applied Medical Distribution Europe B.V.							
3	Assut Europe spa							
5	B. Braun Milano							
6	Commed Italia Srl							
10	Innovamedica spa							
11	Johnson e Johnson			RITA CARANO				
13	Medtronic			Patrizia Caravita				

LOTTO	CRITERIO	DESCRIZIONE	Punteggio max	MEDTRONIC
4		totale punti qualità	70	67,50
4		<b>PREZZO OFFERTO</b>	€ 1.410,00	€ 1.408,00
4		Ra (BA - OE)	€ 2,00	€ 2,00
4		ribasso prezzo base asta		
4		rapporto Ra/Rmax		1,00
4		(Ra/Rmax) 0,5		1,00
4		PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA		30,00
4		<b>PUNTEGGIO TOTALE</b>	97,5	97,50
4		<b>aggiudicatario</b>		AGGIUDICATARIO
4		CONGRUITA' QUALITA'		
4		CONGRUITA' PREZZO		
4		VALUTAZIONE ANOMALIA		ANOMALIA

LOTTO	CRITERIO	DESCRIZIONE	Punteggio max	MEDTRONIC
9		totale punti qualità	70	70,00
9		<b>PREZZO OFFERTO</b>	€ 279.650,00	€ 279.600,00
9		Ra (Ba - OE) ribasso prezzo base asta	€ 50,00	€ 50,00
9		rapporto Ra/Rmax		1,00
9		(Ra/Rmax) 0,5		1,00
9		PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA		30,00
9		<b>PUNTEGGIO TOTALE</b>	100	100,00
9		<b>aggiudicatario</b>		<b>AGGIUDICATARIO</b>
9		CONGRUITA' QUALITA'		
9		CONGRUITA' PREZZO		
9		VALUTAZIONE ANOMALIA		ANOMALA

LOTTO	CRITERIO	DESCRIZIONE	Punteggio max	CONMED	INNOVA	MEDTRONIC
10		totale punti qualità	70	65,00	55,00	70,00
10		<b>PREZZO OFFERTO</b>	€ 2.367,00	€ 1.200,00	€ 1.050,00	€ 1.350,00
10		Ra (BA - OE) ribasso prezzo base asta	€ 1.317,00	€ 1.167,00	€ 1.317,00	€ 1.017,00
10		rapporto Ra/Rmax		0,89	1,00	0,77
10		(Ra/Rmax) 0,5		0,94	1,00	0,88
10		PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA		28,23994166	30	26,36263664
10		<b>PUNTEGGIO TOTALE</b>	96,36263664	93,24	85,00	96,36
10		<b>aggiudicatario</b>				<b>AGGIUDICATARIO</b>
10		CONGRUITA' QUALITA'				
10		CONGRUITA' PREZZO				
10		VALUTAZIONE ANOMALIA		ANOMALIA	NO	ANOMALIA

LOTTO	CRITERIO	DESCRIZIONE	Punteggio max	ALLMED	APPLIED	ASSUT	CONMED	INNOVA	MEDTRONIC
21		totale punti qualità	70	62,50	70,00	70,00	58,75	62,50	70,00
21		<b>PREZZO OFFERTO</b>	€ 4.250,00	€ 2.975,00	€ 1.615,00	€ 2.040,00	€ 2.125,00	€ 1.785,00	€ 3.400,00
21		Ra (Ba - OE)	€ 2.635,00	€ 1.275,00	€ 2.635,00	€ 2.210,00	€ 2.125,00	€ 2.465,00	€ 850,00
21		rapporto Ra/Rmax		0,48	1,00	0,84	0,81	0,94	0,32
21		(Ra/Rmax) 0,5		0,70	1,00	0,92	0,90	0,97	0,57
21		PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA		20,87	30,00	27,47	26,94	29,02	17,04
21		<b>PUNTEGGIO TOTALE</b>	<b>100</b>	<b>83,37</b>	<b>100,00</b>	<b>97,47</b>	<b>85,6907953</b>	<b>91,51612455</b>	<b>87,04</b>
21		<b>aggiudicatario</b>			<b>AGGIUDICATARIO</b>				
21		CONGRUITA' QUALITA'							
21		CONGRUITA' PREZZO							
21		VALUTAZIONE ANOMALIA		NO	ANOMALA	ANOMALA	ANOMALA	ANOMALA	NO

LOTTO	CRITERIO	DESCRIZIONE	Punteggio max	APPLIED	CONNED	MEDTRONIC
22		totale punti qualità	70	70,00	62,50	70,00
22		<b>PREZZO OFFERTO</b>	€ 4.000,00	€ 380,00	€ 560,00	€ 800,00
22		Ra (Ba - OE)	€ 3.620,00	€ 3.620,00	€ 3.440,00	€ 3.200,00
22		rapporto Ra/Rmax		1,00	0,95	0,88
22		(Ra/Rmax) 0,5		1,00	0,97	0,94
22		PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA		30,00	29,24	28,21
22		<b>PUNTEGGIO TOTALE</b>	100	100,00	91,74	98,21
22		<b>aggiudicatario</b>		<b>AGGIUDICATARIO</b>		
22		CONGRUITA' QUALITA'				
22		CONGRUITA' PREZZO				
22		VALUTAZIONE ANOMALIA		ANOMALA	ANOMALA	ANOMALA

LOTTO	CRITERIO	DESCRIZIONE	Punteggio max	B. BRAUN	INNOVA
31		totale punti qualità	70	52,5	70,00
31		<b>PREZZO OFFERTO</b>	€ 17.500,00	€ 17.325,00	€ 14.000,00
31		Ra (Ba - OE)	€ 3.500,00	€ 175,00	€ 3.500,00
31		rapporto Ra/Rmax		0,05	1,00
31		(Ra/Rmax) 0,5		0,22	1,00
31		PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA		6,71	30,00
31		<b>PUNTEGGIO TOTALE</b>	100	59,20820393	100,00
31		<b>aggiudicatario</b>			<b>AGGIUDICATARIO</b>
31		CONGRUITA' QUALITA'			
31		CONGRUITA' PREZZO			
31		VALUTAZIONE ANOMALIA		NO	ANOMALA

LOTTO	CRITERIO	DESCRIZIONE	Punteggio max	ASSUT	MEDTRONIC
38		totale punti qualità	70	70,00	70,00
38		<b>PREZZO OFFERTO</b>	€ 4.000,00	€ 3.800,00	€ 3.720,00
38		Ra (BA - OE) ribasso prezzo base asta	€ 280,00	€ 200,00	€ 280,00
38		rapporto Ra/Rmax		0,71	1,00
38		(Ra/Rmax) 0,5		0,85	1,00
38		PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA		25,35	30,00
38		<b>PUNTEGGIO TOTALE</b>	100	95,35	100,00
38		<b>aggiudicatario</b>			<b>AGGIUDICATARIO</b>
38		CONGRUITA' QUALITA'			
38		CONGRUITA' PREZZO			
38		VALUTAZIONE ANOMALIA		ANOMALIA	ANOMALIA

LOTTO	CRITERIO	DESCRIZIONE	Punteggio max	APPLIED	J&J
39		totale punti qualità	70	70,00	70,00
39		<b>PREZZO OFFERTO</b>	€ 10.000,00	€ 12.500,00	€ 9.500,00
39		Ra (Ba - Of) riasso prezzo base asta	€ 500,00	-€ 2.500,00	€ 500,00
39		rapporto Ra/Rmax		-0,20	1,00
39		(Ra/Rmax) 0,5		#NUM!	1,00
39		PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA		#NUM!	30,00
39		<b>PUNTEGGIO TOTALE</b>	#NUM!	#NUM!	100,00
39		aggiudicatario		#NUM!	AGGIUDICATARIO
39		CONGRUITA' QUALITA'			
39		CONGRUITA' PREZZO			
39		VALUTAZIONE ANOMALLA			ANOMALLA

LOTTO N.	RIF.	DESCRIZIONE	UdM	FABB. 12 MESI	IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA	CIG	Ditta miglior offerente	Denominazione commerciale e codice prodotto (v. dettaglio codici allegato)	Pr. Unit. IVA escl.	Importo annuo IVA escl.	% IVA	Costi sicrzza				
4		<b>Suturatrice lineare sterile articolabile monopaziente da 30 mm,</b>														
	a	Suturatrici Lineari 30 mm, stelo rotante, testina articolabile, tessuti vascolari	PZ	8	€ 1.410,00	76409138DF	MEDTRONIC	SUTURATRICE ROTICULATOR* 30-V3 - COD. 017619	€ 176,00	€ 1.408,00	22%	€ 6,20				
	b	Suturatrici Lineari 30 mm, stelo rotante, testina articolabile, tessuti standard						SUTURATRICE ROTICULATOR* 30-3,5 - COD. 017615								
	c	Suturatrici Lineari 30 mm, stelo rotante, testina articolabile, tessuti spessi						SUTURATRICE ROTICULATOR* 30-4,8 - COD. 017617								
9		<b>Suturatrice lineare taglia e cucì, sterile, monopaziente,</b>														
	a	Manipolo monopaziente corto	PZ	290	€ 279.650,00	7640941FF8	MEDTRONIC	ENDO GIA ULTRA TRI-STAPLE - COD. EGIAUSHORT	€ 170,00	€ 49.300,00	22%	€ 1.230,24				
	b	Manipolo monopaziente lungo						ENDO GIA ULTRA TRI-STAPLE COD. EGIAUSTND								
	c	Caricatore articolabile da 30 mm tripla fila di punti ad altezza differenziata tessuti vascolari/medi	PZ	40				ENDO GIA* TRI-STAPLE* ROTICULATOR 30 COD. EGIA30AVM	€ 160,00	€ 6.400,00	22%					
	d	Caricatore articolabile da 30 mm tripla fila di punti ad altezza differenziata tessuti normali/spessi		40				ENDO GIA* TRI-STAPLE* ROTICULATOR 30 COD. EGIA30AMT	€ 160,00	€ 6.400,00	22%					
	e	Caricatore articolabile da 45 mm tripla fila di punti ad altezza differenziata tessuti vascolari/medi		150				ENDO GIA TRI-STAPLE COD. EGIA4SAVM	€ 166,00	€ 24.900,00	22%					
	f	Caricatore articolabile da 45 mm tripla fila di punti ad altezza differenziata tessuti normali/spessi		310				ENDO GIA TRI-STAPLE COD. EGIA4SAMT	€ 166,00	€ 51.460,00	22%					
	g	Caricatore articolabile da 45 mm tripla fila di punti ad altezza differenziata tessuti extra spessi		20				Tri Staple 2.0 Intelligent Reload COD. SIG45AXT	€ 166,00	€ 3.320,00	22%					
	h	Caricatore articolabile da 60 mm tripla fila di punti ad altezza differenziata tessuti vascolari/medi		20				ENDO GIA TRI-STAPLE COD. EGIA60AVM	€ 180,00	€ 3.600,00	22%					
	i	Caricatore articolabile da 60 mm tripla fila di punti tessuti ad altezza differenziata normali/spessi		600				ENDO GIA TRI-STAPLE COD. EGIA60AMT	€ 178,00	€ 106.800,00	22%					
	l	Caricatore articolabile da 60 mm tripla fila di punti ad altezza differenziata tessuti extra spessi		90				Tri Staple 2.0 Intelligent Reload COD. SIG60AXT	€ 178,00	€ 16.020,00	22%					
	m	Caricatore articolabile da 45 mm tripla fila di punti ad altezza differenziata tessuti vascolari/medi,punta da dissezione e accessorio flessibile staccabile		15				Tri Staple 2.0 COD. SIG45CTAVM	€ 200,00	€ 3.000,00	22%					
	n	Caricatore articolabile da 45 mm tripla fila di punti ad altezza differenziata tessuti medi/spessi,punta da dissezione e accessorio flessibile staccabile		15				Tri Staple 2.0 Intelligent Reload COD. SIG45CTAMT	€ 200,00	€ 3.000,00	22%					
	o	Caricatore articolabile da 60 mm tripla fila di punti ad altezza differenziata tessuti medi/spessi,punta da dissezione e accessorio flessibile staccabile		15				Tri Staple 2.0 Intelligent Reload COD. SIG60CTAMT	€ 200,00	€ 3.000,00	22%					
	p	Caricatore curvo da 60 mm tripla fila di punti ad altezza differenziata tessuti normali/spessi		10				Caricatori Monouso Curvi COD. EGIRADMT	€ 240,00	€ 2.400,00	22%					
	10			Applicatore multiplo automatico di agrafes in titanio, con stelo diametro 10/12mm				PZ	15	€ 2.367,00	764094641C	MEDTRONIC	ENDOCLIP II ML 10MM - COD. 176657	€ 90,00	€ 1.350,00	22%
21		Trocar di Hasson monouso, sterile a punta smussa per "open-laparoscopy", con cannula e sistema di ancoraggio, riduttore universale incorporato		PZ				85	€ 4.250,00	76410444FB	APPLIED	COR95 Trocar Kii® a Punta Smussa	€ 19,00	€ 1.615,00	22%	€ 14,86
22		Trocar di Hasson monouso, sterile a punta smussa, con palloncino calibro 10-12mm		PZ	20	€ 4.000,00	7641056EDF	APPLIED	COR97 Trocar Kii System 12X12 punta smussa valvola 5/12 mm, ancoraggio a palloncino	€ 19,00	€ 380,00	22%	€ 3,50			
31		Pinze Bipolari con stelo da 5 mm, ganasce macro. Cavo in sconto merce		PZ	350	€ 17.500,00	7641115F8F	INNOVAMEDICA	Pinza bipolare monouso KALI - codice BP5330	€ 40,00	€ 14.000,00	22%	€ 5,60			
38		filo di sutura assorbibile con microalette sulla superficie	PZ	200	€ 4.000,00	76411479F9	MEDTRONIC	V-LOC - COD. VLOCM0604 V-LOC - COD. VLOCM2105	€ 18,60	€ 3.720,00	22%	€ 16,37				
39		Sistema di accesso per la manipolazione assistita in chirurgia laparoscopica monouso e sterile con tenuta dello pneumo, varie misure.	PZ	50	€ 10.000,00	7641149B9F		Endopath Dextrus - codice prodotto : DEXTRUS01 / Endopath Dextrus - codice prodotto : DEXTRUS02 / Endopath Dextrus - codice prodotto : DEXTRUS03	€ 190,00	€ 9.500,00	22%	€ 7,41				
TOTALE COMPLESSIVO IVA ESCLUSA										€ 311.573,00						
TOTALE COMPLESSIVO IVA inclusa										€ 380.119,06						

DELIBERAZIONE N. 149/DG

DEL 25 FEB. 2020

Si attesta che la deliberazione: è stata  
pubblicata sull'Albo Pretorio on-line in data

25 FEB. 2020

- è stata inviata al Collegio Sindacale in data

25 FEB. 2020

- data di esecutività:

25 FEB. 2020

Deliberazione originale  
Composta di n 51 fogli  
Esecutiva il, 25 FEB. 2020  
Il Direttore  
della UOC Affari Generali  
e gestione amministrativa ALPI  
(Dr.ssa Angela Antonietta Giuzio)  
F.to