



UOSD Ingegneria Clinica HTA

Prot. 39102/2020 del 02/11/2020

INDAGINE DI MERCATO

Per la fornitura, inclusa garanzia full-risk per n. 12 mesi, di 20 aspiratori elettrici bivaso per le esigenze dell'Azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata.

L'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata, con la presente indagine di mercato, intende acquisire informazioni utili al fine di individuare gli operatori economici con cui negoziare, nel rispetto dei principi di cui al D. Lgs. n. 50/2016, per come modificato dalla Legge n. 120/2020, l'acquisizione di un quantitativo stimato di n. 20 aspiratori elettrici, comprensivi della garanzia full-risk per un periodo minimo di 12 mesi.

Si indica, qui di seguito, le caratteristiche tecniche di base di cui alla presente indagine di mercato:

- a) Flusso di almeno 80 l/min;
- b) Aspirazione da almeno 675 mmHg
- c) Gli spazi che ospitano i contenitori rigidi dovranno preferibilmente essere regolabili per poter ospitarne di varie dimensioni e tipologie.

Gli operatori economici interessati dovranno essere iscritti al MEPA e dovranno inoltrare, entro il termine di seguito indicato alla casella di posta certificata: ao.sga@pec.hsangiovanni.roma.it, nonché al seguente indirizzo e-mail: slazzari@hsangiovanni.roma.it:

- 1) la propria migliore offerta economica;
- 2) le schede tecniche di ciascuno dei prodotti offerti;
- 3) la specifica indicazione dei tempi massimi di consegna per ciascuna apparecchiatura offerta (al riguardo, si precisa, che, in caso di offerta per più apparecchiature, è possibile indicare tempi di consegna diversificati a seconda della disponibilità. Ad esempio, n. 5 apparecchiature in pronta consegna entro 5 gg e le restanti 15 entro 30 gg).

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 6/11/2020.

In esse dovrà essere indicato il numero di protocollo del presente avviso ed il seguente oggetto "INDAGINE DI MERCATO per la fornitura, con inclusa garanzia full-risk per n. 12 mesi, di n. 20 ventilatori polmonari per le esigenze dell'Azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata" – UOSD INGEGNERIA CLINICA E HTA - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE".

Dal ricevimento della manifestazione di interesse per l'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata non conseguirà alcun obbligo di procedere ad affidamento.

Per qualsiasi ulteriore informazione si prega di contattare il Servizio di Ingegneria Clinica tel. 06.77053508, e-mail slazzari@hsangiovanni.roma.it.

Il Dirigente
Ing. Stefano LAZZARI