

Prot. N. 0045566/2020 Data protocollo 07/12/2020

U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi

Avviso per la presentazione di manifestazione di interesse alla procedura negoziata telematica, tramite MEPA per la fornitura di n. 1 letto per travaglio e parto.

L'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata di Roma intende procedere alla fornitura di n. 1 letto per travaglio e parto, con le caratteristiche elencate nell'allegato.

Importo presunto: 20.000,00 (ventimila/00) IVA esclusa.

I soggetti economici interessati potranno inoltrare richiesta di partecipazione alla gara stessa alla casella di posta certificata: ao.sga@pec.hsangiovanni.roma.it entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 14.12.2020 indicando l'oggetto del presente avviso:

Oggetto: AVVISO PER LA RICEZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE per la fornitura di n. 1 letto per travaglio e parto.

Le Ditte dovranno essere registrate su MEPA.

La procedura di scelta del contraente è la procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) del Codice degli appalti e il criterio di aggiudicazione avverrà secondo il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95 comma 4 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. .

Dal ricevimento della manifestazione di interesse per l'Azienda Ospedaliera San Giovanni – Addolorata non conseguirà alcun obbligo ad invitare alla selezione.

L'Azienda Ospedaliera inoltre si riserva la facoltà di limitare il numero massimo dei soggetti economici da invitare alla procedura in ottemperanza delle disposizioni del D.L.gs 50/2016 e s.m.i. e nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Per qualsiasi ulteriore informazione contattare la U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi e-mail acquisizionebenieservizi@hsangiovanni.roma.it.

Il Direttore f.f.
U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi
(Dott. Paolo Cavallari)

CARATTERISTICHE TECNICHE - Letto travaglio e parto

Struttura del letto da parto articolata in tre sezioni (schienale, seduta, piedi) disegnata per il maggior numero di posizioni di parto possibili, facilità di utilizzo, di pulizia e disinfezione, superfici lisce e senza spigoli, con possibilità di accesso sul letto parto anche del partner. Letto travaglio e parto su ruote da 125/150 mm con pianale da ca. 100 cm; pediera ruotabile orizzontalmente e/o a scomparsa e inclinabile verticalmente. Con movimento trendelenburg elettrico, in grado di movimentare elettricamente le altezze e le inclinazioni di tutte le parti che lo compongono (schienale, sedile e l'altezza), per consentire di affrontare parti di emergenza e con complicazioni, può essere utilizzato anche per taglio cesareo di emergenza.

Reggi coscia utilizzabile non solo come tale, ma anche adatto per persone piccole (inferiore ad una altezza di 130 cm) e funzione reggi piedi (duck food).

CARATTERISTICHE INDISPENSABILI SONO:

- A 3 sezioni (schienale, seduta, piedi)
- Altezza minima, imbottitura compresa: 600 mm per facilitare l'accesso.
- Lunghezza complessiva non inferiore: 2.050 mm
- Larghezza complessiva: 1.000 mm
- Carico sopportabile non inferiore a: 210 kg
- Carico max. ammissibile pediera di almeno 150 kg
- Corsa max (regolazione verticale) di almeno 29,5cm
- Angolo d'inclinazione della pediera da 0° a 25°; regolazione verticale della pediera 200 mm
- Posizione orientabile in orizzontale e bloccabile in tre posizioni, fino alla completa scomparsa sotto il letto
- Angolo di regolazione dello schienale -12° / +70°. Dotato di sistema CPR; angolo di regolazione della seduta 0° +20°
- Facile pulizia e disinfezione
- Superficie liscia e senza spigoli
- Possibilità d'accesso sul letto anche per il partner

CARATTERISTICHE PREFERENZIALI SONO:

- Portaflabo
- Poggiatesta regolabile in altezza
- Barra travaglio
- Telecomando a pedale
- Batteria incorporata
- Luce notturna integrata