

UOSD Ingegneria Clinica HTA

Prot. 45883/2020 del 10/12/2020

AVVISO ESPLORATIVO DI MERCATO

Per la fornitura di un Mammografo digitale diretto con tomosintesi e software per mezzi di contrasto per le esigenze della UOS Senologia per Immagini dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata.

L'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata, intende procedere all'effettuazione di un'indagine esplorativa di mercato, ai sensi dell'art. 66 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 e ssmmii, finalizzata alla predisposizione di una procedura d'appalto avente ad oggetto "la fornitura di un Mammografo digitale diretto con Tomosintesi e CESM (Contrast Enhanced Spectral Mammography) per le esigenze della UOS Senologia per Immagini dell'Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata".

La garanzia dovrà essere del tipo full risk - almeno 12 mesi - e coprire indifferentemente guasti e danni di tutti i componenti dell'apparecchiatura, senza implicare alcun costo aggiuntivo per chiamata, manodopera e parti di ricambio, per un numero illimitato di interventi di manutenzione correttiva e per qualsiasi causa del guasto/danno, eccetto il caso di danno doloso.

Il sistema dovrà rispondere alla normativa vigente in materia e in particolare alla direttiva europea n°93/42/CE e successiva n°2007/47/CE (recepita con D.Lgs. n°37 del 25 gennaio 2010) e alle norme di settore.

Importo a base d'asta stimato è pari a € 212.000,00 + iva nella misura di legge.

Gli operatori economici interessati, possono presentare la loro candidatura entro le ore 13:00 del 29/12/2020 alla casella di posta certificata: ao.sga@pec.hsangiovanni.roma.it, nonché al seguente indirizzo e-mail: slazzari@hsangiovanni.roma.it citando il protocollo di cui al presente avviso e allegando:

- Adeguata documentazione tecnica (schede tecniche, manuali d'uso, ecc.) a comprova che la soluzione alternativa proposta ottempera ai requisiti tecnici previsti nel presente avviso;
- Elenco delle strutture e/o degli enti sia pubblici che privati in cui è stato fornito il sistema negli ultimi 3 anni.

Gli operatori economici dovranno altresì dichiararsi disponibili a far visionare e/o provare a proprie spese le apparecchiature presentate, nei termini e con le modalità che verranno successivamente stabilite dall'Organo Tecnico all'uopo designato.

La Stazione Appaltante si riserva, all'esito della presente indagine conoscitiva, di individuare a proprio insindacabile giudizio, la modalità più consona per l'espletamento della successiva procedura di gara, anche alla luce del numero di candidature che perverranno.



Per qualsiasi ulteriore informazione si prega di contattare la UOSD di Ingegneria Clinica e HTA tel. 06.77053508, e-mail slazzari@hsangiogiovanni.roma.it.

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente all'espletamento della consultazione preliminare di mercato, in ottemperanza del principio di pubblicità, nonché dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza contemplati dal Codice.

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di merito o di attribuzione di punteggi.

L'Azienda Ospedaliera, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare o revocare la procedura relativa al presente avviso e di non dare seguito all'indizione della successiva procedura per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, senza che ciò comporti alcuna pretesa degli operatori che hanno partecipato alla consultazione.

La stazione appaltante avrà cura di pubblicare tempestivamente, unicamente sul proprio profilo del Committente ove viene pubblicato il presente avviso, eventuali note o precisazioni di interesse generale per la partecipazione all'indagine conoscitiva: se ne consiglia pertanto la consultazione quotidiana.

Il Dirigente
Ing. Stefano LAZZARI

