

UOSD Ingegneria Clinica HTA

Prot. 8653/2021

Roma, 01/03/2021

## AVVISO ESPLORATIVO DI MERCATO

**Per la fornitura di un Microcheratomo per la preparazione dei tessuti corneali.**

L'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata, intende procedere all'effettuazione di un'indagine esplorativa di mercato, ai sensi dell'art. 66 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 e ssmmii, finalizzata alla predisposizione di una procedura d'appalto avente ad oggetto "la fornitura di un Microcheratomo per la preparazione dei tessuti corneali per le esigenze della UOC Oftalmologia - Banca degli Occhi.

Il sistema richiesto deve consentire la realizzazione di lembi lamellari (ricevente e donatore) per ALTK, DSAEK e UT-DSAEK per le seguenti procedure chirurgiche:

- trapianti endoteliale e chirurgia distrofie endoteliali;
- trapianti di sezioni corneali lamellari superficiali e profonde;
- trattamento chirurgico di opacità e patologie superficiali medie e profonde;
- trattamento chirurgico del cheratocono (senza trapianto del lembo endoteliale).

Per poter effettuare in sicurezza le procedure di cui sopra, il sistema deve possedere le seguenti caratteristiche tecniche ed essere corredato degli accessori sotto indicati:

- N.1 MODULO MULTIFUNZIONALE
  - Sistema di aspirazione a garanzia di massima sicurezza della procedura a doppia pompa di aspirazione;
  - Possibilità di utilizzo nello stesso modulo di manipoli elettrici e turbine a gas per i diversi utilizzi;
  - Ricaricabile a batteria interna
- N.2 MANIPOLO ELETTRICO (HANDS FREE) per taglio su cornea donatore
  - Ad altissima frequenza di taglio (circa 15.000 rpm);
  - Idoneo per eseguire tagli con movimento "lineare";
  - Idoneo per utilizzo di testine monouso con profondità di taglio variabile da 110 a 550 micron circa
- N.1 ANELLO GUIDA PER PAZIENTE RICEVENTE per turbina/testina "pivottante"
- N.2 ANELLI GUIDA PER PAZIENTE RICEVENTE per turbina/testina "lineare elettrica"
- N.1 MODULO DI CONTROLLO DI PRESSONE AUTOMATICO in grado di mantenere costante la pressione della camera artificiale durante la fase del taglio

La garanzia dovrà essere del tipo full risk - almeno 24 mesi - e coprire indifferentemente guasti e danni di tutti i componenti dell'apparecchiatura, senza implicare alcun costo aggiuntivo per chiamata, manodopera e parti di ricambio, per un numero illimitato di interventi di manutenzione correttiva e per qualsiasi causa del guasto/danno, eccetto il caso di danno doloso.



Il sistema dovrà rispondere alla normativa vigente in materia e in particolare alla direttiva europea n°93/42/CE e successiva n°2007/47/CE (recepita con D.Lgs. n°37 del 25 gennaio 2010) e alle specifiche norme di settore.

Importo presunto a base d'asta per la fornitura in questione è pari a € 100.000,00 Iva inclusa.

Gli operatori economici interessati possono presentare la loro candidatura, in carta semplice, entro le ore **13:00 del 10.03.2021** alla casella di posta certificata: [ao.sga@pec.hsangiovanni.roma.it](mailto:ao.sga@pec.hsangiovanni.roma.it), nonché al seguente indirizzo e-mail: [slazzari@hsangiovanni.roma.it](mailto:slazzari@hsangiovanni.roma.it) citando il protocollo di cui al presente avviso ed allegando:

1. Adeguata documentazione tecnica (schede tecniche, manuali d'uso, ecc.) del sistema;
2. Elenco delle strutture e/o degli enti sia pubblici che privati presso cui è stato fornito, negli ultimi 3 anni, un microcheratomo.

La Stazione Appaltante, sulla base delle risultanze della presente indagine di mercato, si riserva di individuare successivamente la modalità più consona per l'espletamento della procedura di gara.

Per qualsiasi ulteriore informazione si prega di contattare la UOSD di Ingegneria Clinica e HTA tel. 06.77053508, e-mail [slazzari@hsangiovanni.roma.it](mailto:slazzari@hsangiovanni.roma.it).

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente all'espletamento della consultazione preliminare di mercato, in ottemperanza del principio di pubblicità nonché dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza contemplati dal Codice.

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di merito o di attribuzione di punteggi.

L'Azienda Ospedaliera, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare o revocare la procedura relativa al presente avviso e di non dare seguito all'indizione della successiva procedura per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, senza che ciò comporti alcuna pretesa degli operatori che hanno partecipato alla consultazione.

La stazione appaltante avrà cura di pubblicare tempestivamente, unicamente sul proprio profilo del Committente ove viene pubblicato il presente avviso, eventuali note o precisazioni di interesse generale per la partecipazione all'indagine conoscitiva: se ne consiglia pertanto la consultazione quotidiana.

Il Dirigente  
Ing. Stefano LAZZARI