

UOSD Ingegneria Clinica HTA

Prot. 23797/2021

Roma, 10/06/2021

## AVVISO CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO

### Fornitura di un sistema OCT per l'analisi del segmento anteriore da destinare all'U.O.C Oculistica e Banca degli Occhi dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata

L'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata di Roma, intende procedere all'effettuazione di una consultazione preliminare di mercato, ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii, per la necessità di procedere alla fornitura di un sistema OCT per l'analisi del segmento anteriore dell'occhio per le esigenze dell'U.O.C Oculistica e Banca degli Occhi.

Il sistema si inserisce all'interno di uno studio di fattibilità, trasmesso in regione e oggetto di assegnazione dei fondi regionali con deliberazione n.438 del 14 luglio 2020, per il "Rinnovo delle principali tecnologie a servizio dell'attività di chirurgia oftalmica e della Banca Occhi". Come da quadro economico oggetto del finanziamento, alla fornitura oggetto del presente avviso sono destinati € 60.000,00 + IVA.

La tecnologia dovrà consentire sia un'accurata diagnosi che il follow-up delle patologie del segmento anteriore, sia la diagnosi pre-operatoria che il follow-up post-operatorio di patologie oculari. I requisiti richiesti sono di seguito elencati:

- Elevata velocità di scansione
- Elevata risoluzione assiale (~ 5  $\mu\text{m}$  o inferiore)
- Elevata risoluzione trasversale (~ 40  $\mu\text{m}$  o inferiore)
- Lunghezza d'onda elevata
- Elevata risoluzione delle immagini
- Mappa pachimetrica
- Misura automatica dei parametri corneali
- Possibilità di eseguire la misura biometrica del cristallino
- Pupillometria
- Protocolli/sistemi di analisi dedicati allo screening ed al follow-up del cheratocono, della chirurgia refrattiva, ecc.
- Analisi non invasiva del film lacrimale

Le aziende interessate possono inviare entro le ore 13:00 del 28/06/2021 alla casella di posta certificata: [ao.sga@pec.hsangiovanni.roma.it](mailto:ao.sga@pec.hsangiovanni.roma.it), nonché al seguente indirizzo e-mail: [slazzari@hsangiovanni.roma.it](mailto:slazzari@hsangiovanni.roma.it) citando il protocollo di cui al presente avviso, i seguenti allegati:

- Adeguata documentazione tecnica (schede tecniche, manuali d'uso, ecc.) relative al sistema oggetto dell'avviso



- Elenco strutture o enti sia pubblici che privati dove sia stato fornito il sistema negli ultimi 3 anni.

Per qualsiasi ulteriore informazione si prega di contattare la UOSD di Ingegneria Clinica e HTA tel. 06.77053508, e-mail [slazzari@hsangiiovanni.roma.it](mailto:slazzari@hsangiiovanni.roma.it).

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente all'espletamento della consultazione preliminare di mercato, in ottemperanza del principio di pubblicità nonché dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza contemplati dal Codice.

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di merito o di attribuzione di punteggi.

L'Azienda Ospedaliera avrà cura di pubblicare tempestivamente, unicamente sul proprio profilo aziendale ove viene pubblicato il presente avviso, eventuali note o precisazioni di interesse generale per la partecipazione all'indagine conoscitiva: se ne consiglia pertanto la consultazione quotidiana.

Il Dirigente  
Ing. Stefano LAZZARI

