

UOSD Ingegneria Clinica e HTA

Prot. 0024298 del 15/06/2021

INDAGINE DI MERCATO

Per la fornitura, inclusa assistenza tecnica full-risk per n. 24 mesi, di n. 4 letti elettrici a bilancia per le esigenze della UOSD Nefrologia e Dialisi dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata.

L'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata, con la presente indagine di mercato, intende ottenere informazioni utili al fine di individuare l'operatore con cui negoziare, nel rispetto dei principi di cui all'art. 36 comma 2 lettera a) D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., così come modificato dall'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 120 dell'11.09.2020, la procedura di acquisizione di n. 4 letti elettrici a bilancia, completi di assistenza tecnica full risk durante il periodo di garanzia non inferiore a 24 mesi, per le esigenze della UOSD Nefrologia e Dialisi c/o il PO S. Giovanni dell'Azienda Ospedaliera.

L'offerta, che non dovrà essere superiore a € 10.000,00 I.V.A. esclusa, dovrà tener conto di quanto segue:

- Assistenza tecnica full risk su tutte le parti comprensiva anche della fornitura del materiale di consumo e quant'altro necessario per il loro corretto funzionamento durante i 24 mesi di garanzia richiesti;
- Tempi di consegna: entro 30 gg dall'ordine, o comunque data l'urgenza dovranno essere i più rapidi possibili.

Si indicano, qui di seguito, le caratteristiche tecniche di base minime di cui alla presente indagine di mercato:

- Letto a 4 sezioni con piano rete in ABS estraibile; struttura in materiale antiruggine, completo di ruote con sistema frenante simultaneo; telaio completo di apposite sedi per accessori
- Spalla lato testa/piedi facilmente sfilabili e bloccabili con levette
- Movimentazione elettrica tramite due pulsantiere (paziente/operatore) per movimentare: schienale, gambale, altezza variabile, Trendelenburg, contro-Trendelenburg. Leva sblocco rapido schienale collocata da entrambe le parti.
- Sistema di pesatura completamente integrato in grado di garantire il peso esatto del paziente in qualsiasi posizione assuma il piano rete;
- Visore completo di programma dedicato dialisi (tara manuale, aggiungi-togli peso, tasto zero, possibilmente interfacciabile con sistema informatico) portata non inferiore a 150 kg divisione 50g.
- Dotati di sponde laterali del tipo a compasso e di pianetto portadocumenti collocato ai piedi del letto



Gli operatori economici interessati dovranno essere iscritti al MEPA e possono presentare la propria offerta economica, la dichiarazione di rispondenza ai requisiti richiesti e la relativa scheda tecnica del prodotto offerto alla casella di posta elettronica certificata: ao.sga@pec.hsangiovanni.roma.it, nonché al seguente indirizzo e-mail slazzari@hsangiovanni.roma.it,

entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 23/06/2021, indicando il numero di protocollo del presente avviso, l'oggetto "INDAGINE DI MERCATO per l'affidamento, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e ssmii, così come modificato dall'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 120 dell'11.09.2020, per la fornitura di n. 4 letti elettrici a bilancia, con inclusa garanzia full risk per n.24 mesi, per le esigenze della UOSD Nefrologia e Dialisi dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata – UOSD INGEGNERIA CLINICA E HTA", allegando:

- La propria migliore offerta;
- Adeguata documentazione tecnica (schede tecniche del prodotto, manuali d'uso, la dichiarazione di rispondenza ai requisiti richiesti, ecc...) a comprova che la soluzione proposta ottempera ai requisiti tecnici previsti nel presente avviso;
- Tempi di consegna.

Dal ricevimento della Vostra offerta, per l'Azienda Ospedaliera San Giovanni-Addolorata non conseguirà alcun obbligo di procedere ad affidamento.

Per qualsiasi ulteriore informazione si prega di contattare la UOSD Ingegneria Clinica e HTA ai seguenti contatti: tel. 06.77053508, e-mail: slazzari@hsangiovanni.roma.it.

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente all'espletamento della consultazione di mercato, in ottemperanza del principio di pubblicità nonché dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza contemplati dal Codice.

L'Azienda Ospedaliera, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare o revocare la procedura relativa al presente avviso e di non dare seguito all'avvio della successiva procedura per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, senza che ciò comporti alcuna pretesa degli operatori che hanno partecipato alla consultazione.

La stazione appaltante avrà cura di pubblicare tempestivamente, unicamente sul proprio profilo del Committente ove viene pubblicato il presente avviso, eventuali note o precisazioni di interesse generale per la partecipazione all'indagine di mercato: se ne consiglia pertanto la consultazione quotidiana.

Distinti saluti.

Il Dirigente
Ing. Stefano LAZZARI

