

U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi

**Prot. 27899****del 15.07.2021**

**Avviso pubblico per la presentazione di manifestazione di interesse a partecipare  
alla procedura negoziata telematica, tramite MePA, per la**

**Fornitura di SISTEMI PER NORMOTERMIA**

L'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata di Roma intende acquisire manifestazione di interesse volta ad individuare gli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata telematica tramite MePa per l'affidamento della fornitura dei prodotti sotto descritti:

**I - OGGETTO DELLA FORNITURA: SISTEMI PER NORMOTERMIA**

**II – CARATTERISTICHE E DESCRIZIONE:** vedasi allegato

Importo annuo presunto a base d'asta: € 22.700,00 IVA esclusa.

Durata della fornitura: 24 mesi

Procedura di scelta del contraente: procedura negoziata esperita su MePa.

Requisiti di partecipazione: ai fini della partecipazione alla procedura di gara in questione è richiesta:

- l'abilitazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip Spa e, in particolare, l'iscrizione al Bando "Beni –Fornitura di BENI alle P.A.";
- iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per lo specifico settore di attività oggetto dell'appalto;
- assenza delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi;

Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse: le manifestazioni di interesse, debitamente firmate digitalmente dal titolare o rappresentante legale dell'Impresa, dovranno pervenire esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo [ao.sga@pec.hsangiovanni.roma.it](mailto:ao.sga@pec.hsangiovanni.roma.it) **ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12 DEL GIORNO 29/07/2021**, indicando il numero di protocollo del presente avviso, l'oggetto "Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata telematica sul MEPA, per la "Fornitura di **SISTEMI PER NORMOTERMIA**"

Procedura di scelta del contraente: procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, commi 2, lettera A) e 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, esperita su MEPA.

Criterio di aggiudicazione dell'appalto: l'appalto sarà aggiudicato a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, c. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e smi.

Dal ricevimento della manifestazione di interesse per l'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata non conseguirà alcun obbligo ad invitare alla selezione.

Per qualsiasi ulteriore informazione contattare la UOC Acquisizione di Beni e Servizi all'indirizzo mail [acquisizionebenieservizi@hsangiovanni.roma.it](mailto:acquisizionebenieservizi@hsangiovanni.roma.it).

F.TO Il Direttore ff della UOC  
Acquisizione di Beni e Servizi  
(Dr. Paolo Cavallari)

## Allegato – CARATTERISTICHE E DESCRIZIONE

### **FORNITURA IN COMODATO D'USO GRATUITO DI UNITA' RISCALDANTI E DELLE RELATIVE COPERTE TERMICHE PER IL MANTENIMENTO DELLA NORMOTERMIA**

LA FORNITURA DEVE COMPRENDERE:

- UNITÀ RISCALDANTI IN COMODATO D'USO A CIRCOLAZIONE DI ARIA COMPRESIVO DI ASSISTENZA E DI SOSTITUZIONE ENTRO UNA SETTIMANA DALLA SEGNALAZIONE DEL GUASTO CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:
  - A) DIMENSIONI E PESO CONTENUTI. DISPONIBILITA' DI CARRELLO E MONTAGGIO SULLA SPONDA DEL LETTO
  - B) SISTEMA DI VERIFICA TEMPERATURA IN USCITA E DISPOSITIVI DI ALLARMI ACUSTICI E VISIVI PER EVENTUALI RIALZI TERMICI
  - C) POSSIBILITA' DI VARIARE LA TEMPERATURA DA 32° A 42°
  - D) FACILITA' DI PULIZIA/SANIFICAZIONE DEL TUBO DI COLLEGAMENTO UNITA' RISCALDANTE-COPERTA
  - E) BASSA RUMOROSITA'
  - F) MARCATURA CE DEL FABBRICANTE CONFORME ALLE COMPATIBILITA' ELETTRICHE CONTRO I RADIODISTURBI ED ALLA NORMATIVA DI SICUREZZA ELETTRICA.
  
- COPERTE TERMICHE CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:
  - A) COPERTE MONOUSO IN VARIE MISURE. – CORPO INTERO – CORPO SUPERIORE MULTIPOSIZIONE – CORPO INFERIORE
  - B) RESISTENTE AGLI STRAPPI, CON POSSIBILITA' DI ESSERE FISSATE AL PAZIENTE IN MODO TRAUMATICO MA CON SUFFICIENTE PRESA
  - C) SISTEMA DI RISCALDAMENTO AVVOLGENTE ED UNIFORME
  - D) IDROREPELLENTI IN MATERIALI ATOSSICI, RADIODIOPACI, E A BASSA LIBERAZIONE DI PULVISCOLO TISSUTALE
  - E) ignifughe
  - F) LATEX FREE
  - G) UTILIZZABILI A TUTTE LE TEMPERATURE DELL'UNITA' RISCALDANTE
  - H) TUTTI GLI EVENTUALI ACCESSORI E/O PARTI DI RICAMBIO (CAVI,TUBI,ACCESSORI DI FISSAGGIO, ADATTATORI) NECESSARI PER L'UTILIZZO
  - I) ELETTRICAMENTE NON CONDUTTIVE
  - J) MARCATURA CE DEL FABBRICANTE CONFORME ALLE COMPATIBILITA' ELETTRICHE CONTRO I RADIODISTURBI ED ALLA NORMATIVA DI SICUREZZA ELETTRICA.

#### QUANTITATIVI ANNUALI PRESUNTI

- |  |       |
|--|-------|
| • UNITA' RISCALDANTI                                 | 25    |
| • COPERTA TERMICA MONOPAZIENTE CORPO COMPLETO        | 150   |
| • COPERTA TERMICA MONOPAZIENTE PARTE CORPO SUPERIORE | 6.200 |
| • COPERTA TERMICA MONOPAZIENTE PARTE CORPO INFERIORE | 4.400 |