

**U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi**  
Servizio Ingegneria Clinica**AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L'ACQUISTO DI N. 3 VENTILATORI POLMONARI DA TRASPORTO A TURBINA IDONEI PER NIV e N. 4 VENTILATORI POLMONARI DI ALTA GAMMA DA TERAPIA INTENSIVA.**

L'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata intende procedere all'acquisto delle seguenti apparecchiature:

- N. 3 Ventilatori Polmonari da Trasporto a Turbina idonei per NIV
- N. 4 Ventilatori Polmonari di Alta Gamma da Terapia Intensiva.

I suddetti ventilatori devono essere in possesso delle seguenti capacità :

- Avere la stessa interfaccia grafica, tale da permettere all'operatore di impostare immediatamente gli stessi valori con pochi e semplici gesti.
- Avere la stessa tecnologia per la lettura della CO2 espirata dal paziente, con hardware interscambiabile.
- Avere la stessa ventilazione automatica, con software che garantisca la somministrazione di una terapia ventilatori a in regime protettivo e capace di evitare pattern respiratori dannosi per il paziente.

I soggetti economici interessati potranno inoltrare richiesta di partecipazione alla gara alla casella di posta certificata [ao.sga@pec.hsangiovanni.roma.it](mailto:ao.sga@pec.hsangiovanni.roma.it) entro 8 (otto) giorni dalla data di pubblicazione della presente indicando in oggetto "INDAGINE DI MERCATO per la fornitura di n. 3 Ventilatori Polmonari da Trasporto a Turbina idonei per NIV e n. 4 Ventilatori Polmonari di Alta Gamma da Terapia Intensiva" - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - UOC Acquisizione Beni e Servizi.

Alla manifestazione di interesse seguirà apposita lettera di invito.

Dal ricevimento della manifestazione di interesse per l'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata non conseguirà alcun obbligo ad invitare alla selezione.

Per qualsiasi ulteriore informazione contattare la UOC Acquisizione Beni e Servizi tel. 06.77053431, fax 06.77053301, e-mail [acquisizionebenieservizi@hsangiovanni.roma.it](mailto:acquisizionebenieservizi@hsangiovanni.roma.it).

Il Responsabile del Procedimento  
(Ing. Virginia Caracciolo)

Dirigente Responsabile  
Servizio Ingegneria Clinica  
(Ing. Stefano Lazzari)

Referente: Sig.ra Maria T. Mancini  
indirizzo e-mail: [mmancini@hsangiovanni.roma.it](mailto:mmancini@hsangiovanni.roma.it)  
Tel. 06.7705.3431 – fax 06.7705.3301