



U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi
Servizio Ingegneria Clinica

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA IN SERVICE DI N. 4 SISTEMI DI MONITORAGGIO EMODINAMICO PERIOPERATORIO PER LE ESIGENZE DELLA UOC ANESTESIA E RIANIMAZIONE

L'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata intende procedere all'acquisizione in service di n. 4 sistemi di monitoraggio emodinamico perioperatorio in grado di fornire vari livelli di monitoraggio emodinamico capace di adattarsi alle diverse criticità del paziente, attraverso un'unica piattaforma che consente all'operatore di scegliere quale modalità d'impiego è maggiormente confacente alle esigenze del malato.

I suddetti sistemi dovranno essere in possesso delle seguenti caratteristiche:

- Monitor in grado di visualizzare: trend grafici e numerici, contestualizzazione fisiopatologica dei parametri, diagrammi di flusso, rappresentazione della curva di frank starling in tempo reale, etc.
- I dispositivi dovranno essere in grado di eseguire:
 - monitoraggio non invasivo per la rilevazione della pressione sanguigna in continuo e i principali parametri emodinamici quali: CO, SV, SVV, RVS, etc.
 - monitoraggio minimamente invasivo mediante il posizionamento di catetere arterioso in grado di rilevare sia i parametri di cui al punto precedente sia i valori di volemia toracica
 - monitoraggio invasivo mediante l'utilizzo combinato di un catetere venoso centrale e di un catetere in arteria femorale per l'analisi di parametri completi sia di volemia toracica che di volemia cardiaca.

Si stima un numero di pazienti da monitorare pari a circa 600 – 800 all'anno.

I soggetti economici interessati potranno inoltrare richiesta di partecipazione alla gara alla casella di posta certificata ao_sga@pec.hsangiovanni.roma.it entro 9 (nove) giorni dalla data di pubblicazione della presente indicando in oggetto "INDAGINE DI MERCATO per la fornitura in service di n. 4 sistemi di monitoraggio emodinamico perioperatorio" - UOC Acquisizione Beni e Servizi.

All'indagine di mercato seguirà apposita lettera di invito.

Dal ricevimento della manifestazione di interesse per l'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata non conseguirà alcun obbligo ad invitare alla selezione.

Per qualsiasi ulteriore informazione contattare la UOC Acquisizione Beni e Servizi tel. 06.77053224, fax 06.77053301, e-mail acquisizionebenieservizi@hsangiovanni.roma.it e/o l'Ingegneria Clinica al 06.77053508.

Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Stefano LAZZARI)

Referente: Sig.ra Tiziana Perugini
indirizzo e-mail: tperugini@hsangiovanni.roma.it
Tel. 06.7705.3224 – fax 06.7705.3301