

**PROCEDURA APERTA per l'affidamento, di durata quinquennale, della fornitura in SERVICE DI SISTEMI
DIAGNOSTICI E REAGENTI OCCORENTI ALL'HUB 4, per la U.O.C. di Patologia Clinica. LOTTI N. 25 INDIVISIBILI.**

CHIARIMENTI 1

QUESITO N. 1

I file "Allegato 2 (Schema offerta economica), Allegato 3 (Capitolato Tecnico e relativi allegati), Allegato 10 (Schema offerta tecnica) presenti sul sito dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni-Addolorata non sono scaricabili.

RISPOSTA

Gli schemi sono in formato compresso. E' necessario utilizzare apposito software per la decompressione del file con estensione .rar di larga diffusione.

QUESITO N. 2

LOTTO N. 24: - Richiesta di riformulazione del lotto, costituito da test vari con metodologie diverse, prevedendo l'aggiudicazione a singola voce o, in alternativa, scinderlo in più lotti "omogenei" per metodologia (raggruppamento test rapidi, ELISA, Sierologia, ecc..)

RISPOSTA

Il lotto 24, costituito da 79 tipologie di prodotti eterogenei, ha caratteristiche dimensionali e complessità tali da richiedere la partecipazione di diverse ditte per la formulazione di una offerta.

I fabbisogni per i singoli test/prodotti messi in gara sono indicativi, potendo variare in più o in meno in relazione al mutato fabbisogno dell' Azienda Ospedaliera che, realisticamente, può verificarsi nell' arco della durata di un contratto quinquennale.

La costituzione di un lotto unico, soluzione ottimale anche per una corretta e fluida gestione organizzativa, appare la forma più adeguata ad assicurare la continuità e la fruizione della fornitura, che non potrebbe essere altrimenti garantita nel tempo con aggiudicazioni a singolo prodotto, etc.

Si precisa che il 95% indicato come soglia nel lotto corrisponde a 75,05 e cioè 75.

QUESITO N. 3

Rif. Disciplinare di Gara – Paragrafo 7.2 "Modalità di attribuzione del punteggio economico (PE)" – pag. 30: "Il punteggio attribuito alle offerte economiche verrà calcolato secondo la seguente formula:

$$Pe = \frac{P_{\min}}{P_{\text{iesimo}}} \times P_{\max}$$

Per il valore P_{\max} si fa riferimento al punteggio tecnico anziché al punteggio economico diverso a seconda dei lotti di riferimento. Si chiede conferma che trattasi di errore materiale.

RISPOSTA

Per mero errore materiale è stato scritto TECNICO anziché ECONOMICO.

QUESITO N.4

Rif. Capitolato Tecnico – Allegato I al Capitolato tecnico – Lotto n. 7 – paragrafo 3 – Specifiche test – pag. 3: "In riferimento ai test elencati viene riportato il numero di test/anno richiesti, ma manca il numero di sedute settimanali". Si chiede di specificare il numero di sedute settimanali per ogni test richiesto.

RISPOSTA

Si precisa che le sedute sono:

per i test immunometrici 4/settimana per tutti i test ad esclusione di ASCA IgG, ASCA IgA Calprotectina e Anticorpi anti ribosomiali, che per mero errore materiale sono stati inseriti come indispensabili, ma sono da intendersi auspicabili e le cui sedute sarebbero 1/2 sett.

test in IFA 3 sedute/settimana per tutti i test

test blot 1 seduta /settimana

