

**U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi**Responsabile del procedimento
Dott.ssa Lorella Scorteccia

17 GIU. 2015

**AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L'ACQUISTO DI N. 3 TRAPANI ORTOPEDICI
NECESSARI PER LA UOC ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA**

L'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata intende procedere all'acquisto di n. 3 Trapani Ortopedici comprensivi del servizio di manutenzione, che presenta i requisiti descritti nella scheda allegata, ai sensi del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.

I soggetti economici interessati potranno inoltrare richiesta di partecipazione alla gara alla casella di posta certificata ao.sga@pec.hsangiovanni.roma.it entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della presente indicando in oggetto "INDAGINE DI MERCATO per la fornitura di n. 3 Trapani Ortopedici occorrenti alla UOC di Ortopedia e Traumatologia – UOC Acquisizione Beni e Servizi - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE".

Alla manifestazione di interesse seguirà apposita lettera di invito con dettagliato capitolato di gara.

Dal ricevimento della manifestazione di interesse per l'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata non conseguirà alcun obbligo ad invitare alla selezione.

Per qualsiasi ulteriore informazione contattare la UOC Acquisizione Beni e Servizi tel. 06.77053431, fax 06.77053301, e-mail approvvigionamenti@hsangiovanni.roma.it.

IL DIRETTORE F.F.
(Dott.ssa Lorella Scorteccia)

Allegata Scheda Tecnica con caratteristiche minime richieste.

Scheda Tecnica

TRO – TRAPANO ORTOPEDICO

Q.tà: 3

Descrizione:

Dispositivo per l'esecuzione degli interventi di chirurgia maggiore ortopedica con funzioni Reamer e Drill.

Caratteristiche minime:

Apparecchiatura	
1. Produttore	
2. Modello	
3. Codice repertorio	
4. Ditta distributrice	
5. Data di immissione sul mercato	
Conformità a Direttive e norme	
4. Direttiva CEE 43/92, Norma CEI EN 60601-1 (CEI 62-5) (si, no)	SI
6. Altre (specificare)	
Caratteristiche generali	
1. Manipolo a batteria dedicato per applicazioni ortopediche. Specificare le tipologie di attività previste;	
2. Indicare peso del manipolo comprensivo del pacco batteria (g);	
3. Batterie non autoclavabili: indicare tipologia, durata e tempi di ricarica, ecc...	
4. Specificare velocità (rpm) e coppia (Nm) entrambi senza adattatore sia in modalità drill che reamer;	
5. Specificare caratteristiche grilletto;	
6. Specificare i livelli di pressione sonora e di potenza acustica in dB(A) emessi in conformità alla Direttiva UE 2006/42/CE;	
7. Specificare livelli di vibrazioni emessi in conformità alla Direttiva UE 2002/44/CE (m/s ²);	
8. Dovranno essere forniti in dotazione n. 2 carica batterie (specificare n. postazioni di carica e relative caratteristiche);	
9. Specificare i dispositivi di sicurezza presenti;	
10. Il dispositivo dovrà essere dotato di: - n. 2 batterie ricaricabili (totale n. batterie pari a 6); - n. 2 tipologie di mandrini (totale n. mandrini pari a 6); Specificare ulteriore dotazione presente in relazione alla destinazione d'uso del dispositivo in questione;	

L'apparecchiatura deve essere fornita completa di tutti i cavi e/o accessori necessari in numero adeguato per il corretto funzionamento	
Ulteriori e aggiuntive caratteristiche tecniche/prestazioni sopra non menzionate perché non richieste, inserite nella configurazione offerta, che evidenziano la peculiarità dell'apparecchiatura in relazione alla destinazione d'uso	
Caratteristiche dell'apparecchiatura non presenti nella configurazione offerta (potenzialità)	