



U.O.C. Approvvigionamentie Gestione Procedure e Contratti per il Programma Edilizio Responsabile del procedimento Dr.ssa A, Giuzio

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO Per l'affidamento della fornitura di KIT PER SITEMI DI MONITORAGGIO PRESSORIO

L'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata di Roma deve garantire l'approvvigionamento di KIT PER SITEMI DI MONITORAGGIO PRESSORIO di cui si riportano in allegato le caratteristiche tecniche richieste, secondo quanto previsto dal D.Ivo 163/2006 s.m.i. art 125 co, 9, previo svolgimento d'indagine di mercato:

l soggetti economicamente interessati alla partecipazione alla gara per la scelta degli affidatari della fornitura, che si svolgerà nella forma della procedura negoziata, potranno inoitrare richiesta di invito tramite PEC all'indirizzo ao.sga@pec.hsangiovanni.roma,it ENTRO E NON OLTRE le ore 12:00 del giorno 20.04.2015 indicando in oggetto:

"AVVISO INDAGINE DI MERCATO - KIT PER SISTEMI DI MONITORAGGIO PRESSORIO - UOC Approvvigionamenti e Gestione Procedure e Contratti per il Programma Edilizio- MANIFESTAZIONE DI INTERESSE",

Alla manifestazione di interesse seguirà apposita lettera di invito con dettagliato disciplinare e capitolato speciale di gara; l'Azienda Ospedaliera San Giovanni-Addolorata si riserva la possibilità di limitare il numero massimo di concorrenti per ciascun lotto di gara in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 125 del D.lvo. 163/2006 e s.m.i. e nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.


Per qualsiasi ulteriore informazione contattare la UOC Approvvigionamenti e Gestione Procedure e Contratti per il Programma Edilizio tel 0677053244 oppure tramite e-mail: approvvigionamentigpc@hsangiovanni.roma.it

Distinti saluti.





(Dott.sså



UOC Farmacia Dispositivi Biomedici e Presidi

U.O.S. Monitoraggio Protesi e Kit personalizzati Responsabile: Dr. Alfredo Asemi Tel. 06 77056675-6691-5556 Fax 0677056724

SISTEMI DI MONITORAGGIO PRESSORIO

1 - KIT ARTERIOSO PER IL MONITORAGGIO DELLA GITTATA CARDIACA IN CONTINUO

Il kil deve essere così costituito:

- un catetere da 4 o 5fr
- yalvola emostatica con raccordo fuer lock e con derivazione laterale per la rilevazione della pressione arteriosa
- due linee di monitoraggio composta da camera di gocciolamento
- un sensore di temperatura

QUANTITA' 35

2 - KIT PER IL MONITORAGGIO DI DUE PRESSIONI

Il kit deve essere così costituito:

- camera di gocciolamento con filtro antibolle
- sistema di chiusura linea
- tubo di collegamento
- raccordo con due valvole di lavaggio (3ml/h oppure rapido) e possibilità del test dell'onda quadra
 - a) circuito chiuso

QUANTITA' 150

b) circuito aperto

QUANTITA' 85

3 - KIT PER IL MONITORAGGIO DI UNA PRESSIONE

Il kit deve essere-cost costituito:

- camera di gocciolamento con filtre antibolle
- un trasduttore monouso
- una linea di collegamento di 120cm circa
- una linea di 30cm circa

a) circuito chiuso

) 14]...

QUANTITA' 185

b) circuito aperto

QUANTITA' 935

4 - CANNULE DI PRELIEVO PER IL SISTEMA A CIRCUITO CHIUSO

OUANTITA' 800

La ditta aggiudicataria dovrà fornire in sconto merce:

- cavi di collegamento con i monitor in uso
- portatrasduttori

a

