

**QUESITO 1:** Con riferimento alla scheda tecnica allegato 2CSA pagina 1 paragrafo “descrizione” – viene richiesto: “esami mammografici, tomosintesi e mammografia e tomosintesi combinati con la medesima compressione della mammella”.

Tale condizione prevede di mantenere la paziente sotto compressione per tempi lunghi (esecuzione esame, elaborazione in console, valutazione medico/diagnostica) per poi eseguire eventualmente l’esame 3D.

Il mammografo commercializzato dalla nostra società non prevede esami mammografici, tomosintesi e mammografia e tomosintesi combinati con la medesima compressione della mammella per non obbligare la paziente a “posizioni” per la persona inutilmente prolungati e sfavorevoli, ma prevede la suddivisione dei due momenti di esame 2D e 3D assicurando, nel caso di esami di tomosintesi 3D, la massima ergonomia nel rispetto della paziente e la migliore acquisizione dell’esame diagnostico 3D.

Vista quindi la condizione migliorativa, chiediamo di ritenerla equivalente, e quindi non a pena esclusione, a quella richiesta dal capitolato.

**RISPOSTA 1:** Si conferma la specifica richiesta e indicata nell’allegato tecnico di gara.

**QUESITO 2:** Con riferimento alla scheda tecnica allegato 2/CSA pagina 1 generatore punto 1 “generatore ad alta frequenza ed elevata potenza (descrivere e specificare potenza non inferiore a 5kW), il mammografo commercializzato dalla nostra società, grazie alla nuovissima tecnologia adottata e all’ottimizzazione e riduzione della dose, non necessità di generatori di potenza elevata come richiesto dal presente capitolato.

Vista la condizione migliorativa, chiediamo di ritenere equivalente, e quindi non a pena esclusione, una potenza massima erogabile di circa 3 kW che ovviamente garantirà un basso consumo energetico, una bassa dissipazione termica, nessuna particolare predisposizione impiantistica di installazione, affidabilità nonché assicurare una medesima qualità di immagine a bassa dose.

**RISPOSTA 2:** Si conferma la specifica richiesta e indicata nell’allegato tecnico di gara.

**QUESITO 3:** Con riferimento alla Scheda Tecnica Allegato 2/CSA pagina 2 Caratteristiche Generali punto 25 “Escursione verticale non inferiore a 65 cm” il mammografo commercializzato dalla nostra società presenta un’escursione verticale di 57 cm (da 81 a 138 cm), misura comprovata più che sufficiente per eseguire gli esami sulla totalità delle pazienti.

Si richiede pertanto di ritenere equivalente, e quindi non a pena esclusione, tale parametro.

**RISPOSTA3:** Si conferma la specifica richiesta e indicata nell’allegato tecnico di gara.