



UOSD Ingegneria Clinica

Prot. 3418/2017 del 02/02/2017

AVVISO PER LA RICEZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Acquisizione in noleggio di una Crioteca per le esigenze della UOC Medicina Trasfusionale

L'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata intende procedere alla fornitura in noleggio comprensiva della formazione/addestramento nonché della manutenzione di n. 1 Crioteca per le esigenze della UOC Medicina Trasfusionale avente i seguenti requisiti minimi:

- Rispettare il peso lordo massimo a pieno carico degli attuali contenitori (476 Kg);
- Rispettare le dimensioni di ingombro consentite dalla piastra di ripartizione del carico . La piastra attuale è 100 x 110 cm ed è utile per apparecchiatura 90 x 100 max (L X P in cm);
- Dotata di centralina propria per gestione del riempimento in automatico di LN2, tramite collegamento con flessibile a bombola per gas refrigerati compressi a bassa pressione da 180 lt, e per il controllo/allarme dei livelli di LN2, delle temperature interne e dello stato di apertura coperchio ; la centralina deve inoltre registrare le temperature ad intervalli massimi di 4 ore, e registrare tutti gli eventi di allarme;
- Il sistema di valvole di alimentazione per LN2 deve includere una valvola di sicurezza a protezione della linea di rifornimento;
- L'apparecchiatura deve potersi interfacciare con il SW gestionale Cryodata attualmente in uso, per la trasmissione registrazione e back up dei dati rilevati e registrati dal contenitore ; in alternativa la crioteca dovrà essere fornita con SW di gestione proprio:
 - Specificare se tale software è in grado di interfacciarsi tramite scheda RS485 a centraline di tipo M505 e le specifiche di configurazione del PC su cui il SW può essere installato.
 - Il SW eventualmente fornito dovrà essere corredato di certificato di validazione del produttore secondo requisito standard Jacie
- Dotata di sistema di stoccaggio interno per la gestione dello stoccaggio di sacche congelate di volume nominale di 500 ml (sacche con sovrasacca SAFE2 SIAD Healthcare)
- Sono accettabili contenitori con stoccaggio in fase liquida/vapore, o con stoccaggio in fase di vapore

Periodo noleggio: 24 mesi dall'esito positivo del collaudo
 Importo presunto a base d'asta € 19.000,00 I.V.A. esclusa.
 Tempi di consegna: max 30 gg dall'ordine

I soggetti economici interessati potranno inoltrare richiesta di partecipazione alla gara alla casella di posta certificata ao.sga@pec.hsangiovanni.roma.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 14/02/2017, indicando il numero di protocollo del presente avviso, l'oggetto "INDAGINE DI MERCATO per la fornitura in noleggio di n. 1 Crioteca per le esigenze della UOC Medicina Trasfusionale – UOSD INGEGNERIA CLINICA - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE"

Alla manifestazione di interesse seguirà apposita lettera di invito.

Dal ricevimento della manifestazione di interesse per l'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata non consegnerà alcun obbligo ad invitare alla selezione.

Per qualsiasi ulteriore informazione contattare il Servizio di Ingegneria Clinica tel. 06.77053508, fax 06.77053625, e-mail slazzari@hsangiovanni.roma.it.

Il Dirigente
 UOSD INGEGNERIA CLINICA
 (Ing. Stefano LAZZARI)