

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 106/DG **DEL** 03 FEB. 2017

Oggetto: UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, CO. 2 DEL D. L.VO N. 50/2016 CON CONFRONTO COMPETITIVO PER LA FORNITURA, INSTALLAZIONE E MESSA IN FUNZIONE, LA FORMAZIONE/ADDESTRAMENTO ED IL PIANO DI MANUTENZIONE DI UN MAMMOGRAFO DIGITALE DIRETTO CON TOMOSINTESI E STEREOTASSI PER LE ESIGENZE DEL CENTRO SENOLOGIA PER IMMAGINI. Importo presunto di € 149.500,00 IVA esclusa pari ad € 182.390,00 IVA inclusa. Deliberazione di indizione n. 907/DG del 21/11/2016. ESCLUSIONE della ditta METALTRONICA S.p.a. e della ditta TRADE ART 2000 S.p.a.

Esercizio _____ Conto _____

Centro di Costo _____

Sottoconto n° _____

Budget:

- Assegnato € _____

- Utilizzato € _____

- Presente Atto € _____

- Residuo € _____

Ovvero schema allegato

Scostamento Budget NO SI

Il Direttore U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale _____

Data _____

U.O.C. Acquisizione di Beni e Servizi

Ramona Terelle
L'estensore (Ramona Terelle)

Il Responsabile del Procedimento

Data 2/02/17 Firma [Signature]
(Ing. Stefano Lazzari)

Il Direttore f.f. della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Data 2/2/17 Firma [Signature]
(Dott. Paolo Cavallari)

Proposta n° 109 del 02.02.17

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

[Signature]

Data 2.2.17

[Signature]

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Stefano Pomplii

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

[Signature]

Data 2/2/17

[Signature]

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Cristiano Camponi

La presente deliberazione si compone di n° 10 di cui n° 4 di pagine di allegati e di una pagina attestante la pubblicazione e l'esecutività, che ne formano parte integrante e sostanziale.

Il Direttore f.f. della U.O.C. Acquisizione di Beni e Servizi

- VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTI** il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016 s.o. n. 10);
la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.;
- PREMESSO** che il Dr. Paolo Cavallari, Direttore F.F. della UOC Acquisizione di Beni e Servizi, ha preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento, con la firma in calce al presente provvedimento, dichiara di aver accertato:

che con Deliberazione n. 907/DG del 21/11/2016 è stata indetta una Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36, co. 2, del D. L.vo n.50/2016 con confronto competitivo per la fornitura, installazione e messa in funzione, la formazione/addestramento ed il piano di manutenzione di un MAMMOGRAFO DIGITALE DIRETTO CON TOMOSINTESI E STEREOTASSI per le esigenze del Centro Senologia per Immagini dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata di Roma, per un importo presunto di € 149.500,00 IVA esclusa pari ad € 182.390,00 IVA inclusa, da effettuare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, co. 2, del D. L.vo n. 50 del 18/04/2016;

che entro il termine previsto nella lettera invito prot. n. 32362 del 30/11/2016 fissato alle ore 12,00 del giorno 22/12/2016, hanno presentato offerta le seguenti ditte in precedenza ammesse con Deliberazione n. 907/DG del 21/11/2016:

- TRADE ART. 2000 S.p.a.;
- METALTRONICA S.p.a.;
- BIESSE MEDICA S.r.l.;

che con Ordinanza n. 45/DG del 27/12/2016 è stata nominata la Commissione per l'esame delle offerte relative alla procedura di cui sopra;

che con p.e.c. prot. n. 422/2017 del 09/01/2016 è stata data comunicazione della 1ª seduta pubblica fissata per il giorno 16/01/2017 alle ore 11,30 presso la sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata, via dell'Amba Aradam n. 9 – Roma;

che il giorno 16/01/2017 alla seduta pubblica di cui sopra erano presenti ed hanno assistito ai lavori i rappresentanti delle ditte concorrenti, muniti di deleghe acquisite e custodite agli atti della Commissione di gara;

che, nella stessa sede, la Commissione di gara ha proceduto all'apertura dei plichi e all'esame delle buste delle ditte partecipanti riguardanti la documentazione amministrativa e la documentazione tecnica, presentate in conformità a quanto richiesto nella lettera d'invito, allo scopo di verificare l'ammissibilità delle ditte stesse;

che la Commissione di gara ha rilevato nella documentazione tecnica presentata dalla ditta METALTRONICA S.p.a. la mancanza della documentazione relativa a "l'elenco delle parti di ricambio e dei materiali di consumo e/o usurabili" di cui al

le

SP
P
u

punto 10 – Busta B del Disciplinare di Gara;

che con nota prot. n. 1252 del 16/01/2017 la Commissione di gara ha richiesto alla ditta METALTRONICA S.p.a. l'invio dell'elenco mancante di cui sopra nelle more della decisione sull'ammissibilità, riservandosi di valutare in merito;

che con nota prot. n. 0097/17 del 18/01/2017 la ditta METALTRONICA S.p.a. ha inviato il "Listino Parti di Ricambio" con l'Indicazione dei prezzi di listino;

che la Commissione di gara, riunitasi in seduta riservata il giorno 23/01/2017 alle ore 12,00, come da VERBALE N.2, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale, ha deciso di escludere la ditta METALTRONICA S.p.a. in quanto nel Disciplinare di Gara alla voce BUSTA B, ultimo comma, prevede: *"Su tutta la documentazione di carattere tecnico non dovrà essere indicato alcun valore economico pena l'esclusione dalla gara"*; come risulta dal verbale n. 2 della Commissione di gara, allegato in copia al presente atto e trasmesso al R.U.P. in data 26/01/2017;

che la Commissione di gara, a seguito della valutazione dell'offerta tecnica presentata dalla ditta TRADE ART 2000 S.p.a., con nota prot. n. 2187 del 24/01/2017 ha convocato la ditta stessa per acquisire necessari chiarimenti sull'offerta presentata, con particolare riferimento se in essa sia prevista anche la "Stereotassi" integrata, come richiesto dall'oggetto della gara;

che il giorno 27/01/2017 la ditta convocata TRADE ART 2000 S.p.a. veniva rappresentata dal Sig. Blasi Marcello, rappresentante legale, e dalla Sig.ra De Ronzi Ilaria, responsabile dell'area tecnica;

che il Sig. Blasi Marcello ha dichiarato *"di non aver incluso nell'offerta tecnica la Stereotassi"*, avendo interpretato dal capitolato di gara e dalla scheda tecnica all. 2 punto 48 che la stessa non fosse inclusa nei requisiti minimi richiesti e nella configurazione oggetto di gara; ha dichiarato, altresì, che la "Stereotassi" è una componente che può essere integrata successivamente;

che la Sig.ra De Ronzi Ilaria ha confermato il mancato inserimento della "Stereotassi" nell'offerta tecnica tra i requisiti minimi;

che la Commissione di gara, riunitasi in seduta riservata il giorno 30/01/2017 alle ore 12,00, come da VERBALE N.5, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale, preso atto delle dichiarazioni espresse dalla ditta TRADE ART 2000 S.p.a. di cui al verbale n. 4 del 27/01/2017, in merito alla fornitura di "Stereotassi", ha deciso di procedere all'esclusione della ditta stessa per le seguenti motivazioni:

- da tutta la documentazione di gara risulta chiaramente che l'oggetto dell'appalto è la fornitura, installazione e messa in funzione, la formazione/addestramento ed il piano di manutenzione di un Mammografo digitale diretto con Tomosintesi e Stereotassi;

- la scheda tecnica All. 2/C.S.A. nella descrizione indica chiaramente un Mammografo digitale diretto con Tomosintesi e Stereotassi che consente l'esecuzione di esami mammografici, tomosintesi e mammografia e tomosintesi combinati con la medesima compressione della mammella; ed, in particolare, tra i requisiti minimi, è previsto il metodo stereotassico integrabile con il mammografo; il punto 48 ed il punto 49, poi, prevedono, invece, come oggetto di valutazione, l'uno il sistema motorizzato per esecuzione biopsie con metodo stereotassico



integrabile con il mammografo con accesso laterale e verticale; l'altro l'esecuzione biopsie stereotassiche su immagini di tomosintesi);

che, pertanto, la Commissione di gara ha trasmesso il verbale n. 5 del 30/01/2017 al R.U.P. in data 31/01/2017;

ATTESTATO

che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

ATTESTATO

altresì che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo attesta, in particolare, che lo stesso è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;


PROPONE

per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di escludere la ditta METALTRONICA S.p.a. con sede in via delle Monachelle n. 66, c.a.p. 00071, Pomezia (Roma), P.I. 01123731000; e la ditta TRADE ART 2000 S.p.a. con sede in via della Pisana n. 1353, c.a.p. 00163, Roma, P.I. 04607611003 dalla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, co. 2 del D. L.vo N. 50/2016 con confronto competitivo per la fornitura, installazione e messa in funzione, la formazione/addestramento ed il piano di manutenzione di un MAMMOGRAFO DIGITALE DIRETTO con TOMOSINTESI e STEREOTASSI per le esigenze del Centro Senologia per Immagini, di cui alla Deliberazione di indizione n. 907/DG del 21/11/2016;
- di ammettere alla successiva fase di valutazione tecnica la restante ditta:
 - BIESSE MEDICA S.r.l.

Il R.U.P.


(Ing. Stefano Lazzari)



Il Direttore f.f.

UOC Acquisizione di Beni e Servizi

(Dott. Paolo Cavallari)



IL DIRETTORE GENERALE

VISTO

il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

IN VIRTU'

dei poteri conferitigli con decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00031 del 30.01.2014;



PRESO ATTO

che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO

il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;


ritenuto di dover procedere

DELIBERA

di approvare la proposta così come formulata, rendendola disposto.

La U.O.S.D. Affari Generali curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente deliberazione.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Ilde Coiro)



Verbale n. 2

Commissione per l'esame delle offerte relative alla procedura negoziata con confronto competitivo per la fornitura, installazione e messa in funzione, la formazione/addestramento ed il piano di manutenzione di **UN MAMMOGRAFO DIGITALE DIRETTO con TOMOSINTESI e STEREOTASSI per il Centro Senologia per Immagini** deliberazione di indizione n. 907/DG del 21/11/2016 – Importo presunto di € 149.500,00 IVA esclusa pari ad € 182.390,00 IVA inclusa, da effettuare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 co. 2 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016.

L'anno duemiladiciassette, il giorno 23 Gennaio alle ore 12.00 presso la sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata, via dell'Amba Aradam n. 9 – Roma - si è riunita in seduta riservata la Commissione nominata con Ordinanza n. 45/DG del 27/12/2016 per il prosieguo dei lavori relativi alla procedura negoziata con confronto competitivo per la fornitura, installazione e messa in funzione, la formazione/addestramento ed il piano di manutenzione di UN MAMMOGRAFO DIGITALE DIRETTO con TOMOSINTESI e STEREOTASSI per il Centro Senologia per Immagini; la Commissione è così composta:

| | | |
|-----------------------------------|--|------------|
| Dott.ssa Angela Antonietta Gluzio | Dirigente Amministrativo Responsabile UOS Ciclo Attivo e Passivo | PRESIDENTE |
| Dott. Luigi Tipaldi | Direttore Dipartimento Diagnostica Per Immagini | COMPONENTE |
| Dott.ssa Laura Brogna | Dirigente Medico UOC Radiodiagnostica | COMPONENTE |
| Dott.ssa. Ramona Terelle | Collaboratore Amministrativo UOC Acquisizione Beni e Servizi | SEGRETARIO |

Alle ore 12.00 il Presidente, verificata la presenza di tutti i componenti della Commissione, dà inizio ai lavori.

La Commissione acquisisce agli atti la nota prot. n. 013/17/MC/md del 19 Gennaio 2017 pervenuta da parte della ditta TRADE ART 2000 S.p.a., avente ad oggetto:
Richiesta interlocutoria.

La Commissione nella seduta pubblica del giorno 16 Gennaio 2017 ha rilevato la carenza dell'elenco delle parti di ricambio e dei materiali di consumo e/o usurabili di cui al punto 10 della BUSTA B del disciplinare di gara da parte della ditta METALTRONICA S.p.a.

La Commissione, nelle more della decisione sull'ammissibilità della ditta METALTRONICA S.p.a, con nota prot. n. 1252/2017 del 16/01/2017 ha richiesto alla ditta stessa di inviare l'elenco delle parti di ricambio e dei materiali di consumo e/o usurabili di cui al punto 10 della BUSTA B del disciplinare di gara.

Con nota prot. n. 0097/17 del 18/01/2017 la ditta METALTRONICA S.p.a. ha inviato il "Listino Parti di Ricambio" con l'indicazione dei prezzi di listino.

Considerato che il Disciplinare di Gara alla voce **BUSTA B**, ultimo comma, prevede espressamente :

"Su tutta la documentazione di carattere tecnico non dovrà essere indicato alcun valore economico pena l'esclusione dalla gara".

La Commissione decide di escludere la ditta METALTRONICA S.p.a.

Il presente verbale viene inviato al Responsabile Unico del Procedimento Ing. Stefano Lazzari per gli adempimenti conseguenti.

La Commissione sospende i lavori alle ore 12,30.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente Dott.ssa Angela Antonietta Giuzio

Dott. Luigi Tipaldi

Dott.ssa Laura Broglio

Il Segretario
Dott.ssa Ramona Terelle

Ramona Terelle



Verbale n. 5

Commissione per l'esame delle offerte relative alla procedura negoziata con confronto competitivo per la fornitura, installazione e messa in funzione, la formazione/addestramento ed il piano di manutenzione di **UN MAMMOGRAFO DIGITALE DIRETTO con TOMOSINTESI e STEREOTASSI per il Centro Senologia per Immagini** deliberazione di indizione n. 907/DG del 21/11/2016 – Importo presunto di € 149.500,00 IVA esclusa pari ad € 182.390,00 IVA inclusa, da effettuare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 co. 2 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016.

L'anno duemiladiciassette, il giorno 30 Gennaio alle ore 12.00 presso la sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata, via dell'Amba Aradam n. 9 – Roma - si è riunita in seduta riservata la Commissione nominata con Ordinanza n. 45/DG del 27/12/2016 per il prosieguo dei lavori relativi alla procedura negoziata con confronto competitivo per la fornitura, installazione e messa in funzione, la formazione/addestramento ed il piano di manutenzione di UN MAMMOGRAFO DIGITALE DIRETTO con TOMOSINTESI e STEREOTASSI per il Centro Senologia per Immagini; la Commissione è così composta:

| | | |
|-----------------------------------|--|------------|
| Dott.ssa Angela Antonietta Giuzio | Dirigente Amministrativo Responsabile UOS Ciclo Attivo e Passivo | PRESIDENTE |
| Dott. Luigi Tipaldi | Direttore Dipartimento Diagnostica Per Immagini | COMPONENTE |
| Dott.ssa Laura Broglia | Dirigente Medico UOC Radiodiagnostica | COMPONENTE |
| Dott.ssa. Ramona Terelle | Collaboratore Amministrativo UOC Acquisizione Beni e Servizi | SEGRETARIO |

Alle ore 12.00 il Presidente, verificata la presenza di tutti i componenti della Commissione, dà inizio ai lavori.

La Commissione, preso atto delle dichiarazioni esposte dalla ditta TRADE ART 2000 S.p.a. di cui al verbale n. 4 del 27/01/2017, in merito alla fornitura di "Stereotassi", decide di procedere all'esclusione della ditta stessa per le seguenti motivazioni:

- da tutta la documentazione di gara risulta chiaramente che l'oggetto dell'appalto è la fornitura, installazione e messa in funzione, la formazione/addestramento ed il piano di manutenzione di un Mammografo digitale diretto con Tomosintesi e Stereotassi;

- la scheda tecnica All. 2/C.S.A. nella descrizione indica chiaramente un Mammografo digitale diretto con Tomosintesi e Stereotassi che consente l'esecuzione di esami mammografici, tomosintesi e mammografia e tomosintesi combinati con la medesima compressione della mammella;

ed, in particolare, tra i requisiti minimi, è previsto il metodo stereotassico integrabile con il mammografo;

DELIBERAZIONE

N. 106/129 DEL 03 FEB. 2017

Si attesta che la deliberazione è stata
pubblicata sull'Albo Pretorio on-line in data:

03 FEB. 2017

- è stata inviata al Collegio Sindacale in data:

03 FEB. 2017

- data di esecutività:

03 FEB. 2017


 Deliberazione originale
 n. 106 fogli
 composta da 11
 articoli
 U.O.S.d Affari Generali
 (Dott.ssa Maria Rita Corsetti)
ACerh

ACerh