



U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi
Responsabile del Procedimento
Dott. Paolo Cavallari

AVVISO PER LA RICEZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

**fornitura in noleggio di sistemi a circuito chiuso per la
conservazione e trasporto di campioni biologici da destinare alle UUOO
che utilizzano formalina**

importo presunto a base d'asta; € 200.000,00 IVA esclusa
durata della fornitura: 36 mesi

L'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata di Roma deve garantire l'approvvigionamento della fornitura sopra indicata di cui se ne riporta in allegato il dettaglio.

La procedura di scelta del contraente avverrà secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i. art. 36 c.2 lett. B, e previo svolgimento d'indagine di mercato.

I soggetti economici interessati alla partecipazione alla gara per la scelta degli affidatari della fornitura, che si svolgerà nella forma della procedura negoziata, potranno inoltrare richiesta di invito tramite PEC all'indirizzo ao.sga@pec.hsangiovanni.roma.it **ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 04/7/2017** indicando in oggetto:

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO: fornitura in noleggio di sistemi a circuito chiuso per la conservazione e trasporto di campioni biologici da destinare alle UUOO che utilizzano formalina - U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi – Manifestazione di interesse

L'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata si riserva la possibilità di limitare il numero massimo dei concorrenti per ciascun lotto in gara in ottemperanza delle disposizioni del D. l.vo 50/2016 s.m.i., e nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Distinti saluti.

Il Direttore
U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi
(Dott. Paolo Cavallari)



REGIONE LAZIO

Referente: Paolo Cavallari

e-mail pcavallari@hsangiovanni.roma.it

fax 06-77013301

Azienda Ospedaliera "Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata"

Via dell'Amba Aradam, 9 - 00184 ROMA - Tel. (06) 77051-Fax 77053253 - C.F. e P.IVA 04735061006 - Cod. Attività 8511.2
L.R. Lazio 16.06.94, n.18 - D.G.R. Lazio 30.06.94, n.5163

CARATTERISTICHE FONDAMENTALI DELLA FORNITURA

rif A) - SISTEMA PER IL TRASFERIMENTO SOTTO VUOTO DEI CAMPIONI BIOLOGICI

Dispositivo in grado di effettuare in completa automazione la sigillatura sottovuoto di campioni biologici freschi all'interno di apposite buste porta campione, con totale eliminazione della formaldeide dalle aree chirurgiche.

1. Dispositivo di minimo ingombro;
2. Facilmente lavabile e disinfettabile adatto per l'uso nelle sale operatorie;
3. Capacità di stoccare i campioni biologici senza formalina, solo vuoto;
4. Dispositivo dotato di sistema filtrante;
5. Display LCD
6. Possibilità di scelta tra diversi di programmi memorizzabili;
7. Sistema comprensivo di:
 - a. dispositivo per il trasporto e conservazione a temperatura controllata dei campioni biologici dalle camere operatorie all'Anatomia Patologica
 - b. stampante per etichette.

rif B) - SISTEMA PER RIEMPIMENTO DI FISSATIVO DI CAMPIONI BIOLOGICI (per Anatomia Patologica)

Dispositivo in grado di effettuare in completa automazione la sigillatura sottovuoto di campioni biologici mediante l'immissione automatica di fissativo/vuoto all'interno di appositi contenitori porta campione (preferibilmente buste), con assenza di contatto degli operatori con la formaldeide.

1. fasi consentite:
 - a. Vuoto
 - b. Immissione automatica di fissativo;
 - c. Immissione automatica di fissativo e vuoto nel contenitore sigillato
2. Possibilità di immissione della formalina in funzione del peso del campione sulla base di un rapporto predefinito dall'operatore;

P

