

«TIPOLOGIA_PROCEDURA» per la fornitura di Kit per il prelievo sottovuoto di frustoli mammari e clips per marcare il sito bioptico con sistema VABB



PROCEDURA NEGOZIATA per la fornitura di “Kit per il prelievo sottovuoto di frustoli mammari e clips per marcare il sito bioptico con sistema VABB” occorrenti all’UOS di Senologia per immagini.

ALLEGATO 3 - CAPITOLATO SPECIALE

L'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata di Roma deve garantire l'approvvigionamento della fornitura di seguito descritta "Kit per il prelievo sottovuoto di frustoli mammari e clips per marcare il sito bioptico con sistema VABB" occorrenti all'UOS di Senologia per immagini.

Caratteristiche tecniche:

1. Sistema a Kit per prelievo sottovuoto di frustoli mammari (VABB) da abbinarsi al mammografo stereotassico GIOTTO CLASS con adeguata guida per la sonda stereotassica .
2. Fornitura del conduttore motorizzato e del sistema per vuoto e da abbinarsi al mammografo in comodato d'uso completamente gratuito.
3. Dispositivo dotato di carrello con ruote per essere facilmente spostato.
4. Clips metalliche (titanio o acciaio) di 2-3 mm radiopaca e visibile a lungo termine e materiale visibile sotto guida ecografica (collagene, acido polilattico, acido poliglicolico).
5. Formazione del personale medico.

Il fabbisogno annuale è per 50 procedure