

Indizione procedura aperta per intervento di riqualificazione dell'Area Emergenza dell'Ospedale San Giovanni. - Affidamento della fornitura di n. 14 Ventilatori Polmonari per rianimazione comprensiva l'installazione e messa in funzione, la formazione/addestramento ed il piano di manutenzione. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 D.lgs 163/2006 e s.m.i. per un importo complessivo di € 490.000,00 + I.V.A.

#### QUESITO N. 1

Richiesta di chiarimento sulle specifiche tecniche "Allegato scheda tecnica n. 2" punto 1.3.2 dimensione schermo (pollici) non inferiore a 15"

#### RISPOSTA

Non verranno presi in considerazione schermi inferiore a 15" pollici (dove 15" deve essere il l'area di visualizzazione).

#### QUESITO N. 2

Richiesta di chiarimento in merito alla lingua Italiana

#### RISPOSTA

Per le dichiarazioni di conformità dei prodotti, certificati CEE ed i certificati ISO se prodotti in lingua inglese si accettano anche senza traduzione.

#### QUESITO 3

si chiede se sia la somma delle forniture eseguite nel triennio 2012/2013/2014 a dover essere superiore a € 490.000,00 posti a base d'asta.

#### RISPOSTA 3

No non è la somma delle forniture eseguite nel triennio 2012/2013/2014 bensì: **Requisiti di capacità tecnica e professionale** ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. richiesti: principali forniture di prodotti identici o registrati con indicazione d'uso identica a quella oggetto di gara realizzati nell'ultimo triennio 2012/2013/2014, con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari. La somma degli importi sopra indicati al netto dell'IVA, **relativo all'ultimo triennio distinto per anno** deve essere non inferiore, in almeno un esercizio, all'ammontare dell'importo a base d'asta. Il possesso dei requisiti verrà dimostrato dai concorrenti nelle forme semplificate previste ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

IL DIRETTORE  
(Dott.ssa Virginia Caracciolo)