



U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi

Prot. 28104 11/10/2017

**AVVISO PER LA RICEZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
SISTEMI DI MONITORAGGIO PRESSORIO**

L'Azienda Ospedaliera San Giovanni – Addolorata di Roma deve provvedere all'approvvigionamento della fornitura sopra indicata come dettagliato nell'allegato elenco.

Importo presunto annuo a base d'asta € 39.925,75 IVA esclusa

Durata della fornitura 12 mesi.

Procedura della scelta del contraente: procedura esperita sul MEPA

Requisiti di partecipazione: ai fini della partecipazione alla procedura di gara in questione è richiesta:

- L'abilitazione sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip Spa, in particolare, l'iscrizione al Bando per gli articoli di cui all'allegato ed avere a catalogo il corrispondente articolo;
- Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per lo specifico settore di attività oggetto dell'appalto;
- Assenza delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche dui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e smi.

Modalità e termini di presentazione della manifestazione d'interesse: le manifestazioni di interesse, debitamente firmate digitalmente dal titolare o rappresentante legale dell'impresa, dovranno pervenire esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo ao.sga@pec.hsangiovanni.roma.it ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12 DEL GIORNO 30/10/2017 indicando il numero di protocollo del presente avviso, l'oggetto "INDAGINE DI MERCATO – SISTEMI DI MONITORAGGIO PRESSORIO"

Procedura di scelta del contraente: procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, commi 2, lettera b) e 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, esperita su MEPA.

Criterio di aggiudicazione dell'appalto: l'appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi

Per qualsiasi ulteriore chiarimento contattare l'U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi tel. 06/77053343 fax 0677053301 - E - mail: acquisizionebenieservizi@hsangiovanni.roma.it.

Il Direttore f.f.
(Dott. Paolo Cavallari)



**SISTEMI DI MONITORAGGIO PRESSORIO****1 - KIT ARTERIOSO PER IL MONITORAGGIO DELLA GITTATA CARDIACA IN CONTINUO**

Il kit deve essere così costituito:

- un catetere da 4 o 5fr
- valvola emostatica con raccordo luer lock e con derivazione laterale per la rilevazione della pressione arteriosa
- due linee di monitoraggio composta da camera di gocciolamento
- un sensore di temperatura

QUANTITA' 35**2 - KIT PER IL MONITORAGGIO DI DUE PRESSIONI**

Il kit deve essere così costituito:

- camera di gocciolamento con filtro antibolle
- sistema di chiusura linea
- tubo di collegamento
- raccordo con due valvole di lavaggio (3ml/h oppure rapido) e possibilità del test dell'onda quadra

a) circuito chiuso

QUANTITA' 150

b) circuito aperto

QUANTITA' 85**3 - KIT PER IL MONITORAGGIO DI UNA PRESSIONE**

Il kit deve essere così costituito:

- camera di gocciolamento con filtro antibolle
- un trasduttore monouso
- una linea di collegamento di 120cm circa
- una linea di 30cm circa

a) circuito chiuso

QUANTITA' 185

b) circuito aperto

QUANTITA' 935**4 - CANNULE DI PRELIEVO PER IL SISTEMA A CIRCUITO CHIUSO****QUANTITA' 800**

La ditta aggiudicataria dovrà fornire in sconto merce:

- cavi di collegamento con i monitor in uso
- portatrasduttori