

**BANDO 05/2017**

Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. espletata in forma aggregata, per l'affidamento della fornitura di "Dispositivi Medici per Elettrofisiologia", suddivisa in n. 27 lotti – Importo biennale posto a base di gara € 8.366.700,00 IVA 22% esclusa pari ad € 10.207.374,00 IVA compresa.

CHIARIMENTO N. 2**QUESITO N. 1**

Richiesta dettaglio sub-criteri di valutazione.

RISPOSTA N. 1

Vedasi risposta al CHIARIMENTO N. 1, QUESITO N. 2.

QUESITO N. 2

Valutazione dei campioni.

RISPOSTA N. 2

La valutazione della campionatura richiesta in gara si conferma che sarà eseguita dalla Commissione di gara.

QUESITO N. 3

Possibilità di offrire stesso codice prodotto in lotti differenti.

RISPOSTA N. 3

Si conferma.

QUESITO N. 4

Si richiede conferma che il lotto n. 1 si riferisce ad elettrocateri bipolari.

RISPOSTA N. 4

Si conferma che nel lotto n. 1 si possono offrire ANCHE ELETTROCATETERI BIPOLARI.

QUESITO N. 5

Con riferimento alla dicitura: "DUODECAPOLARI ORIENTABILI DECAPOLARI" prevista nel lotto n. 4 si richiede di specificare con precisione la tipologia di catetere richiesta.

RISPOSTA N. 5

Trattasi di refuso per quanto riguarda il termine DECAPOLARI.

Pertanto, si conferma la descrizione in "DUODECAPOLARI ORIENTABILI".

QUESITO N. 6

Si richiede conferma che il lotto n. 8 si riferisce ad ELETTROCATETERI BIPOLARI.

RISPOSTA N. 6

Vedasi risposta al QUESITO N. 4.

QUESITO N. 7

Si richiede conferma che per i lotti n. 9, 11 e 13 oltre al sistema di navigazione cardiaca, l'offerta deve contenere anche le PATCH per il riferimento di posizione ed il relativo elettrocaterere ablatore.

RISPOSTA N. 7

Si conferma che per i lotti n. 9, 11 e 13 l'offerta PUO' CONTENERE ANCHE LE PATCH per il riferimento di posizione ed il relativo elettrocaterere ablatore.

QUESITO N. 8

Base d'asta lotto n. 26.

RISPOSTA N. 8

Si conferma la base d'asta posta in gara.

Il Direttore f.f. UDC Acquisizione Beni e Servizi
Dot. Paolo Cavallari