

**BANDO 05/2017**

Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. espletata in forma aggregata, per l'affidamento della fornitura di "Dispositivi Medici per Elettrofisiologia", suddivisa in n. 27 lotti – Importo biennale posto a base di gara € 8.366.700,00 IVA 22% esclusa pari ad € 10.207.374,00 IVA compresa.

Chiarimenti 5**Quesito 1**

LOTTO 1: Richiesta sub-criteri di valutazione.

Risposta 1

Vedasi risposta al CHIARIMENTO N. 1, QUESITO N. 2.

Quesito 2

LOTTO 2: Si chiede di voler confermare la richiesta di fornitura di sistema di registrazione poligrafica e di voler specificare se il predetto sistema dovrà essere fornito con riferimento ad ogni singolo presidio appartenente all'AO.

Risposta 2

Si conferma.

Quesito 3

LOTTO 2: sub-criteri di valutazione.

Risposta 3

Vedasi risposta al QUESITO N. 1, LOTTO 1.

Quesito 4

LOTTO 3: sub-criteri di valutazione.

Risposta 4

Vedasi risposta al QUESITO N. 1, LOTTO 1.

Quesito 5

LOTTO 4: Con riferimento alla dicitura: "DUODECAPOLARI ORIENTABILI DECAPOLARI" si richiede di specificare con precisione la tipologia di catetere richiesta.

Risposta 5

Trattasi di refuso per quanto riguarda il termine DECAPOLARI. Pertanto, si conferma la descrizione in "DUODECAPOLARI ORIENTABILI".

Quesito 6

LOTTO 4: sub-criteri di valutazione.

Risposta 6

Vedasi risposta al QUESITO N. 1, LOTTO 1.

Quesito 7

LOTTO 5: sub-criteri di valutazione.

Risposta 7

Vedasi risposta al QUESITO N. 1, LOTTO 1.

Quesito 8

LOTTO 8: sub-criteri di valutazione.

Risposta 8

Vedasi risposta al QUESITO N. 1, LOTTO 1.

Quesito 9

LOTTO 9: sistema di mappaggio in comodato d'uso.

Risposta 9

Vedasi risposta al CHIARIMENTO N. 1, QUESITO N. 1.

Quesito 10

LOTTO 10: sub-criteri di valutazione.

Risposta 10

Vedasi risposta al QUESITO N. 1, LOTTO 1.

Quesito 11

LOTTO 12: descrizione caratteristiche del lotto.

Risposta 11

Si confermano le caratteristiche indicate nella documentazione di gara.

Quesito 12

LOTTO 13: descrizione caratteristiche del lotto.

Risposta 12

Si confermano le caratteristiche indicate nella documentazione di gara.

Vedasi risposta al CHIARIMENTO N. 1, QUESITO N. 1.

Quesito 13

LOTTO 13: sub-criteri di valutazione.

Risposta 13

Vedasi risposta al QUESITO N. 1, LOTTO 1.

Quesito 14

LOTTO 14: sub-criteri di valutazione.

Risposta 14

Vedasi risposta al QUESITO N. 1, LOTTO 1.

Quesito 15

LOTTO 15: descrizione caratteristiche del lotto.

Risposta 15

Si confermano le caratteristiche indicate nella documentazione di gara.

Quesito 16

LOTTO 16: descrizione caratteristiche del lotto.

Risposta 16

Si confermano le caratteristiche indicate nella documentazione di gara.

Quesito 17

LOTTO 20: sub-criteri di valutazione.

Risposta 17

Vedasi risposta al QUESITO N. 1, LOTTO 1.



Quesito 18

LOTTO 21: sub-criteri di valutazione.

Risposta 18

Vedasi risposta al QUESITO N. 1, LOTTO 1.

Quesito 19

LOTTO 26: descrizione caratteristiche lotto.

Risposta 19

Si confermano le caratteristiche indicate nella documentazione di gara.

Quesito 20

LOTTO 26: sub-criteri di valutazione.

Risposta 20

Vedasi risposta al QUESITO N. 1, LOTTO 1.

Quesito 21

LOTTE 2, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 e 26 che prevedono anche la concessione in comodato di apparecchiature dettagliatamente prevista dall'allegato 10, ciascuna ditta dovrà permettere la visione del funzionamento del sistema tecnologico proposto alla commissione". Confermate che in fase di presentazione della campionatura vanno forniti solo i campioni dei prodotti offerti (disposable), mentre va dichiarata la disponibilità a presentare, in caso di richiesta da parte della commissione, la visione del funzionamento del sistema tecnologico?

Risposta 21

Si conferma.

Il Direttore ff
UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
(Dott. Paolo Cavallari)

