



U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi

Prot. 3534

del 5/2/18

**ANNULLA E SOSTITUISCE IL PRECEDENTE  
(PUBBLICATO IL 30/01/2018 – PROT. N. 2881)****Avviso pubblico per la presentazione di manifestazione di interesse a partecipare  
alla procedura negoziata telematica, tramite la piattaforma [www.net4market.com](http://www.net4market.com)****Trattamenti HD BED SIDE E CRRT**

L'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata di Roma intende acquisire manifestazione di interesse volta ad individuare gli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata telematica per l'affidamento della fornitura in comodato d'uso di n. 5 sistemi per trattamenti continui sostitutivi della funzione renale HD BED SIDE E CRRT e acquisto del materiale di consumo.

Importo complessivo presunto a base d'asta: € 100.000,00 IVA esclusa.

Durata della fornitura: 24 mesi

Procedura di scelta del contraente: procedura negoziata esperita su piattaforma [www.net4market.com](http://www.net4market.com).

Requisiti di partecipazione: ai fini della partecipazione alla procedura di gara in questione è richiesta:

- l'iscrizione al portale [www.albofornitori.it](http://www.albofornitori.it) – [www.net4market.com](http://www.net4market.com);
- iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per lo specifico settore di attività oggetto dell'appalto;
- assenza delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi.

Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse: le manifestazioni di interesse, debitamente firmate digitalmente dal titolare o rappresentante legale dell'impresa, dovranno pervenire esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo [ao.sga@pec.hsangiovanni.roma.it](mailto:ao.sga@pec.hsangiovanni.roma.it) **ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12 DEL GIORNO 13/02/2018**, indicando il numero di protocollo del presente avviso, l'oggetto "Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata telematica per la fornitura di Trattamenti HD BED SIDE E CRRT".

Procedura di scelta del contraente: procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, commi 2, lettera a) e 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, esperita su piattaforma [www.net4market.com](http://www.net4market.com).


Criterio di aggiudicazione dell'appalto: l'appalto sarà aggiudicato in base a quanto previsto dall'art. 95 del D.Lgs n. 50/2016 e cioè a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, nei termini di seguito dettagliati:

Criterio	Punteggio massimo
Offerta Tecnica	70
Offerta Economica	30
Totale	100

Dal ricevimento della manifestazione di interesse per l'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata non conseguirà alcun obbligo ad invitare alla selezione.

Per qualsiasi ulteriore informazione contattare la UOC Acquisizione di Beni e Servizi, tel. 0677053620, [acquisizionebenieservizi@hsangiovanni.roma.it](mailto:acquisizionebenieservizi@hsangiovanni.roma.it).

Il Direttore ff della UOC  
Acquisizione di Beni e Servizi  
(Dr. Paolo Cavallari)



## LOTTO - FORNITURA DI 5 MONITOR PER HD BED SIDE E CRRT

Questi monitor saranno utilizzati per trattamenti prolungati a lento flusso per pazienti con (grave instabilità cardiovascolare ricoverati in ambiente cardiologico)

Il presente lotto prevede la fornitura del materiale di consumo e delle relative apparecchiature in regime di "service".

**5 Monitor per CRRT trattamenti 200 anno**

Spesa presunta annua **50.000 EURO IVA esclusa** (con possibilità di fornitura di dispositivo per riscaldare le sacche dei liquidi di dialisi e di reinfusione)

- Per ogni trattamento dovranno essere assicurati i seguenti materiali di consumo: Filtro, linee, o KIT pre assemblato, almeno 10 sacche da 5 litri di liquidi per bagno dialisi e reinfusione oltre a sacche di raccolta in numero adeguato al volume infuso – Per 150 trattamenti –
- Per ogni trattamento dovranno essere assicurati i seguenti materiali di consumo: Filtro, linee, o KIT pre assemblato, sacche di citrato in numero sufficiente a coprire le 24h del bagno dialisi e reinfusione oltre a sacche di raccolta in numero adeguato al volume infuso – Per 50 trattamenti –

Il Servizio di assistenza tecnica dovrà comprendere:

- 1) Tutte le opere necessaria alla messa in funzione delle macchine compreso il trasporto e la installazione;
- 2) Manutenzione preventiva e correttiva full risk , da effettuarsi entro le 24 ore dalla richiesta, anche telefonica del reparto;
- 3) Numero di interventi programmati in 12 mesi non inferiore a 2;
- 4) Fornitura in scorta presso il reparto utilizzatore dei prodotti di consumo più facilmente usurabili (connettori al filtro, aste di aspirazione per soluzioni, spezzoni pompe peristaltiche, ecc.);
- 5) Verifiche di sicurezza elettrica norme CEI 62-5 e 62-19 con frequenza annuale;
- 6) Aggiornamenti sulla strumentazione fornita;
- 7) Supporto scientifico e metodologico per il personale addetto, compreso il corso di formazione iniziale;
- 8) Possibilità di collegamento rete informatica.

## CARATTERISTICHE TECNICHE DEI MONITOR

### Requisiti minimi indispensabili

1. Terapie continue possibili: SCUF, CVVH, CVVHD, CVVHDF, TP, HP
2. Facilmente comprensibile con chiare istruzioni in italiano sullo schermo
3. Reinfusione Pre e Post diluizione
4. Sensori di pressione : **almeno 4** ( accesso, pre filtro, rientro, effluente)
5. Memorizzazione dei dati del trattamento **almeno 72 ore**
6. Dotazione di pompe peristaltiche (flusso sangue, dialisato, reinfusato, effluente)
7. Pompa eparina a velocità regolabile
8. Dotazione di una pompa siringa per la somministrazione di anticoagulante od altra soluzione
9. Bilance gravimetriche ( dialisato, reinfusato, effluente )
10. Dotato di riscaldatore sangue e/o liquidi
11. Flussi di scambio orari **almeno 8 L/h** e ultrafiltrazione **almeno 2 L/h**
12. Dispositivi ( materiale di consumo e apparecchiatura ) marcati CE e Azienda certificata ISO 9001
13. Livello di sicurezza elettrica dell'apparecchiatura di tipo CF