



Allegato 9 – Criteri di valutazione e relative ponderazioni

Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per
l'affidamento della fornitura di “*Dispositivi Medici per oculistica*”, suddivisa in n. 28 lotti

MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

L'Appalto sarà aggiudicato, per singolo Lotto, per i lotti n. 1, n. 2, n. 15, n. 18, n. 19, n. 25, n. 26, n. 27, n. 28 mediante il criterio selettivo dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del Codice, nei termini di seguito dettagliati, mentre i Lotti n. 3, n. 4, n. 5, n. 6, n. 7, n. 8, n. 9, n. 10, n. 11, n. 12, n. 13, n. 14, n. 16, n. 17, n. 20, n. 21, n. 22, n. 23 e n. 24 saranno aggiudicati sulla base del criterio del minor prezzo, di cui all'art. 95, comma 4 del D.Lgs 50/2016 e smi., nei termini di seguito dettagliati:

Tabella 5

Criterio	Punteggio massimo
Offerta Tecnica	70
Offerta Economica	30
Totale	100

Il Punteggio Totale (P_{TOT}) attribuito a ciascuna offerta è uguale a $P_T + P_E$:

Dove:

P_T = somma dei punti attribuiti all'offerta tecnica

P_E = punteggio attribuito all'offerta economica

CRITERI DI VALUTAZIONE E RELATIVE PONDERAZIONI lotti n. 1 e n. 2

Per i lotti n. 1 e n. 2 il punteggio relativo all'Offerta Tecnica sarà assegnato sulla base dei seguenti criteri:

LOTTO N. 1

#	CRITERIO	PUNTEGGIO
A	Efficienza ed ergonomia del taglio in rapporto alla modulazione dell'aspirazione	5
B	Sistema di controllo della pressione intraoculare in funzione della pressione sistemica (si, no)	15
C	Sistema di controllo dell'aspirazione e del vuoto con pompa Venturi e peristaltica (si, no)	5
D	Sistema di prevenzione del collasso della camera anteriore anche di tipo meccanico (si, no)	10

Allegato 9 – Criteri di valutazione e relative ponderazioni

E	Possibilità di impostare parametri di vuoto e di aspirazione differenti per tutte le fasi da pedale con controllo lineare o fisso, compresa la fase di emissione degli ultrasuoni (si, no)	5
F	Caratteristiche tecniche e di qualità del sistema di illuminazione	10
G	Elevata frequenza di taglio (**)	5
H	Possibilità di personalizzazione delle impostazioni e delle regolazioni di trasferimento dei dati dell'intervento e di aggiornamento software (si, no)	2
I	Ulteriori e aggiuntive caratteristiche tecniche/prestazioni sopra non menzionate perché non richieste, inserite nella configurazione offerta, che evidenziano la peculiarità dell'apparecchiatura in relazione alla destinazione d'uso	5
j	Caratteristiche dell'apparecchiatura non presenti nella configurazione offerta - potenzialità	3

(*) La Ditta partecipante dovrà fornire apposito riscontro per ciascun campo richiesto.

(**) Il punteggio verrà attribuito in misura proporzionale assegnando il max. alla caratteristica più performante.

LOTTO N. 2

#	CRITERIO	PUNTEGGIO
A	Sistema di controllo aspirazione e vuoto mediante pompa Venturi e peristaltica (si, no)	10
B	Sistema anticollasso della camera anteriore con sistema di infusione controllata (si, no)	22
C	Pedale wireless (si, no)	5

Allegato 9 – Criteri di valutazione e relative ponderazioni

D	Semplicità d'uso del sistema (es. display, interfaccia operatore etc.)	5
E	Disponibilità di manipoli con movimento alternativo alla semplice elongazione (si, no)	12
F	Ulteriori e aggiuntive caratteristiche tecniche/prestazioni sopra non menzionate perché non richieste, inserite nella configurazione offerta, che evidenziano la peculiarità dell'apparecchiatura in relazione alla destinazione d'uso	6
G	Caratteristiche dell'apparecchiatura non presenti nella configurazione offerta - potenzialità	5

(*) La Ditta partecipante dovrà fornire apposito riscontro per ciascun campo richiesto.

(**) Il punteggio verrà attribuito in misura proporzionale assegnando il max. alla caratteristica più performante.

Si precisa che per i **Lotti** numero **1** e **2** saranno altresì attribuiti **5 punti** sulla base del seguente criterio:

Qualità del prodotto: caratteristiche tecniche 2

Caratteristiche funzionali: aggiornamento tecnologico 2

Qualità confezionamento: facilitè di apertura 1

Istruzioni d'uso 1

CRITERI DI VALUTAZIONE E RELATIVE PONDERAZIONI

lotti n. 15, n. 18, n. 19, n. 25, n. 26, n. 27, n. 28

CRITERIO A

		Caratteristiche	Punti max	PUNTEGGIO MASSIMO
Sub criterio A1	Qualità del prodotto	Materiali costituenti il prodotto	6	20
		Caratteristiche tecniche	7	
		Innovazioni tecniche sotto il profilo rischio/beneficio	7	
Sub criterio A2	Caratteristiche funzionali	Facilità d'utilizzo	9	30
		Maneggevolezza	8	
		affidabilità	7	
		Tecnologia utile al corretto e sicuro impiego	6	
Sub criterio A3	Qualità del confezionamento	Facilità d'apertura	6	20
		Accorgimenti per il mantenimento della sterilità in campo operatorio	6	
		Istruzioni per l'uso	4	
		etichettatura	4	
TOTALE				70

CRITERIO B

		Caratteristiche	Punti max	PUNTEGGIO MASSIMO
Sub criterio B1	Qualità del prodotto	Materiali costituenti il prodotto	6	20
		Caratteristiche tecniche	7	
		Innovazioni tecniche sotto il profilo rischio/beneficio	7	
Sub criterio B2	Caratteristiche funzionali	Facilità d'utilizzo	5	30
		Maneggevolezza	5	
		Trasparenza	5	
		antiriflesso	5	
		Entità delle aberrazioni	5	

		Idoneità elevata idrofilia minimo 78%	5	
Sub criterio B3	Qualità del confezionamento	Facilità d'apertura	6	20
		Accorgimenti per il mantenimento della sterilità in campo operatorio	6	
		Istruzioni per l'uso	4	
		etichettatura	4	
TOTALE				70

CRITERIO C

		Caratteristiche	Punti max	PUNTEGGIO MASSIMO
Sub criterio	Caratteristica funzionale	Prodotto MONOUSO	50	50
Sub criterio C2	Qualità del confezionamento	Facilità d'apertura	6	20
		Accorgimenti per il mantenimento della sterilità in campo operatorio	6	
		Istruzioni per l'uso	4	
		etichettatura	4	
TOTALE				70

Per ogni subcriterio di valutazione il relativo punteggio tecnico sarà attribuito in ragione del giudizio assegnato alle caratteristiche del prodotto offerto tra quelli riportati nella seguente tabella:

Giudizio	Eccellente	Ottimo	Buono	Sufficiente	Insufficiente
Valore V(a)i preliminare assegnato K	1,00	0,75	0,50	0,25	0,00